



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 1010

AGO-187-2016
06-12-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó de conformidad con el Plan Anual de Trabajo 2016 del Área Gestión Operativa, con el propósito de verificar las acciones ejecutadas en cuanto a la conservación y gestión de mantenimiento preventivo y correctivo, de las Salas de Operaciones del Área de Salud de Coronado.

Los resultados evidencian el deterioro de algunos elementos que componen las salas de operaciones como desgaste en el recubrimiento de las esquinas de las paredes internas, pisos agrietados, niveles de oxidación en varios elementos del mobiliario. Así mismo, la ausencia en la ejecución de mantenimiento preventivo de la infraestructura, equipamiento médico e industrial, sistema de gases medicinales y el sistema eléctrico, que no se encuentran bajo contrato de mantenimiento.

Además, se verificó evidenció la necesidad de fortalecer la fiscalización de los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo, específicamente en la aplicación de multas y cláusulas penales.

De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio, se recomendó implementar rutinas de mantenimiento periódico en la infraestructura, equipamiento médico e industrial, red de gases medicinales y el sistema eléctrico; asimismo, capacitar a los funcionarios que fiscalizan los contratos de mantenimiento preventivo, realizar acciones administrativas ante los incumplimientos en las visitas de mantenimiento del contrato de aires acondicionados y solicitar a las autoridades competentes, una evaluación integral de las Salas de Operaciones.