



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
AUDITORIA INTERNA  
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888  
Apdo.: 1010

**AGO-226-2016**  
**16-12-2016**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2016 de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar el estado de conservación y mantenimiento del equipo médico asignado al hospital de Golfito.

Los resultados del estudio evidencian que ese nosocomio dispone de un funcionario para atender la gestión de tecnología médica, situación que podría afectar la disponibilidad de equipos médicos en ese centro hospitalario. Asimismo, en la oficina del encargado de equipo médico se evidenció gran cantidad de consumibles, sin orden ni control.

Solo el 9 % del total de las horas registradas en las tarjetas de control y conservación, de noviembre 2015, se destinaron para el mantenimiento preventivo, situación que podría afectar la disponibilidad de equipamiento.

Los desfibriladores son equipos médicos utilizados en atenciones de emergencia y los asignados al hospital de Golfito no reciben labores de mantenimiento preventivo, situación que podría interferir al momento de atender un paciente en estado crítico.

De acuerdo con proyección realizada por esta Auditoría, la finalización de los contratos de garantía de varios equipos médicos nuevos generaría un impacto importante en el presupuesto de la Unidad, situación que debe prever la Administración Activa con el fin de gestionar lo pertinente.

En recorrido realizado por esta Auditoría por diferentes Servicios, 4 equipos médicos se evidenciaron en estado regular y 2 en mal estado de funcionamiento. Asimismo, se comprobó que 9 activos estaban sin la placa o identificación correspondiente y varios equipos médicos almacenados y sin utilizarse.

En cuatro de los cinco expedientes de compra revisados no se evidenció el cronograma de visitas para realizar el mantenimiento preventivo debidamente autorizado y aprobado por las autoridades correspondientes, lo cual podría generar desorden y descontrol.

De conformidad con los resultados del estudio se emitieron recomendaciones dirigidas a la Directora Administrativa Financiera y al Jefe de Ingeniería y Mantenimiento del hospital de Golfito, con el propósito de que se subsanen las debilidades encontradas.