

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

05/04/2021

14:42:38

sp01re90

Código 4 95 01 0020 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0066

RECIPIENTES RIGIDOS PARA DEPOSITOS DE DESECHOS PUNZOCORTANTES,
DE 3.7 A 5 LITROS.

CÓDIGO 4-95-01-0020

RECIPIENTES RÍGIDOS PARA DEPÓSITOS DE DESECHOS PUNZOCORTANTES DE 3,7 A 5,0 LITROS

1.- DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:

1.1-RECIPIENTES RÍGIDOS PARA EL DEPÓSITO DE DESECHOS PUNZOCORTANTES, MEDIANO.

2.- ESPECIFICACIONES:

2.1- CAPACIDAD: DE 3,7 A 5,0 LITROS. CON INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO: CON NIVEL DE LLENADO ENTRE EL 75 Y EL 90% DEL VOLUMEN TOTAL, QUE SEA VISIBLE Y QUE CONTRASTE CON EL COLOR DEL RECIPIENTE DE MANERA IMPRESA, CON TINTA PERMANENTE NO REMOVIBLE POR NINGÚN PROCESO FÍSICO QUÍMICO O IMPRESOS EN ALTO RELIEVE*

2.2- MATERIAL: RÍGIDO, A LA PRESIÓN MANUAL. IMPERMEABLE*, DE POLIPROPILENO *, PARA SER SOMETIDAS A AUTOCLAVE . SI UTILIZA AUTOCLAVE A VAPOR USE UNA TEMPERATURA DE 132 °C POR 40 MINUTOS A 30 LIBRAS DE PRESIÓN O EL EQUIVALENTE DE ACUERDO AL TIPO DE AUTO CLAVE, SEGÚN LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, DICHO CICLO DEBERÁ DE ELIMINAR COMPLETAMENTE TODA FORMA DE VIDA MICROBIANA Y OTRAS FORMAS DE VIDA, INCLUYENDO ESPORAS, POR MEDIO DE CALOR Y PRESIÓN.

2.3- FORMA: CON UNA BASE ESTABLE QUE NO PERMITA QUE SE VUELQUE EL RECIPIENTE, CON TAPA DE SEGURIDAD, QUE NO PERMITA ABRIRSE UNA VEZ CERRADA, CON UNA SOLA VÍA DE ENTRADA, LOS RECIPIENTES DEBEN PODER AUTOCLAVARSE CERRADOS SIN PERMITIR LA SALIDA DE PUNZOCORTANTES, ES INDISPENSABLE EL ADITAMENTO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE AGUJAS DE CUALQUIER TAMAÑO, SIN QUE REQUIERA TOCARLOS O MANIPULARLOS. EN EL CUERPO DEL RECIPIENTE O EN LA TAPA PUEDE PRESENTAR UNA AGARRADERA, UN SISTEMA DE SOPORTE O SUJECCIÓN QUE FACILITE SU SEGURA MANIPULACIÓN.

2.4- COLOR: ROJO. EL COLOR DEBE SER ROJO VIVO, QUE ATRAIGA LA ATENCIÓN. COLOR CONTEMPLADO EN EL RANGO DE 650 A 660 NANÓMETROS. *

2.5- IDENTIFICACIÓN: CON LA IDENTIFICACIÓN IMPRESA EN EL RECIPIENTE CON TINTA PERMANENTE NO REMOVIBLE POR NINGÚN PROCESO FÍSICO O QUÍMICO O IMPRESOS EN ALTO RELIEVE, DE LOS DESECHOS QUE CONTIENEN "PUNZOCORTANTES" EN ESPAÑOL, CON EL SÍMBOLO INTERNACIONAL DE DESECHOS BIOPELIGROSOS. INDICAR EL NÚMERO DE LOTE; NO DEBE VENIR EN ETIQUETA ADHESIVA, SINO INCORPORADO IMPRESO AL RECIPIENTE. EN RELACIÓN AL COLOR, TAMAÑO Y UBICACIÓN QUE SEA VISIBLE EN UNO DE LOS LADOS DEL RECIPIENTE, NO EN EL FONDO, NI EN LA TAPA. LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR DISTRIBUIDA DE TAL FORMA QUE PERMITA LA FÁCIL VISUALIZACIÓN, LECTURA Y COMPRESIÓN POR PARTE DEL USUARIO Y CON EL LOGOTIPO DE LA C.C.S.S. DE MANERA QUE CONTRASTE CONTRA EL FONDO DEL RECIPIENTE. NO REQUIERE FECHA DE VENCIMIENTO.

3.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:*

3.1- LIBRE DE METALES PESADOS, CLORO Y OTROS*

3.2- RESISTENCIA MÍNIMA: DE 12,5 NEWTON. PARA EVITAR EL TRASPASO DE AGUJAS, BISTURÍES Y OTROS OBJETOS PUNZOCORTANTES QUE SE HAN DEPOSITADO ADENTRO.*

3.3- DEBE DE TRAER INCORPORADO UN INDICADOR DE AUTOCLAVADO IMPRESO O EN ETIQUETA ADHESIVA EN EL RECIPIENTE EN IDIOMA ESPAÑOL QUE EVIDENCIE QUE EL PRODUCTO ESTA TRATADO, CON SEÑALIZACIÓN QUE IDENTIFIQUE EL LUGAR DONDE ESTÁ EL INDICADOR Y CUÁL SERÁ EL COLOR DE SU VIRAJE.*

4. -EMPAQUE PRIMARIO:

REPORTE NO DEFINIDO

Código 4 95 01 0020 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0066

RECIPIENTES RIGIDOS PARA DEPOSITOS DE DESECHOS PUNZOCORTANTES,
DE 3.7 A 5 LITROS.

- EN CAJAS DE CARTÓN RESISTENTE CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 12 UNIDADES Y UN MÁXIMO DE 40 UNIDADES, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL ARTÍCULO, CANTIDAD QUE CONTIENE, CÓDIGO INSTITUCIONAL, NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO, NOMBRE DE LA CASA PROVEEDORA, SIGLAS C.C.S.S. NO REQUIERE FECHA DE VENCIMIENTO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR EN SU OFERTA EL EMPAQUE Y CANTIDAD QUE OFRECERÁ, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CARTEL.

5- METODOLOGIA UTILIZADA EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS:

5.1 METODOLOGIA PARA PRUEBAS ORGANOLEPTICAS

PRESENTAR MUESTRA DE TRES RECIPIENTES (CON SU RESPECTIVA TAPA) DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA. PARA REALIZAR PRUEBAS ORGANOLEPTICAS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA.

ESTAS PRUEBAS SON: LAS PRUEBAS ORGANOLEPTICAS REALIZADAS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA Y USUARIOS DEL INSUMOS. CORRESPONDE A:

- PRUEBAS DE USO (LLENAR EL RECIPIENTE) PARA AUTOCLAVARLO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN, PRUEBAS DE REMOCIÓN DE AGUJAS, INSPECCIÓN VISUAL, QUE NO SE DERRAME SU CONTENIDO UNA VEZ AUTOCLAVADO, QUE NO SEA PERFORADO POR LOS PUNZOCORTANTES QUE CONTIENE Y QUE NO SE PUEDA ABRIR LA TAPA.

- INSPECCIÓN VISUAL DE LOS IMPRESOS DEL RECIPIENTE, VERIFICACIÓN DEL VIRAJE DEL INDICADOR DE AUTOCLAVADO, A LAS TEMPERATURAS ESTIPULADAS. SE OBSERVA SI LA MUESTRA CUMPLE CON LOS SELLOS REQUERIDOS O EN SU DEFECTO SI SE ADJUNTA A LA OFERTA CERTIFICACIÓN EN EL CUAL EL PARTICIPANTE SE COMPROMETA A CUMPLIR CON LOS EMPAQUES E IMPRESOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO CARTELARIO, EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

5.2 METODOLOGIA PARA PRUEBAS LABORATORIO U OTROS:

PRUEBAS DE AUTOCLAVADO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA INSTITUCIÓN, DONDE SE ANALIZARÁN LAS MUESTRAS CON BASE EN LA MATRIZ ADJUNTA.

NOTA:

EN VIRTUD DE QUE SE REALIZAN PRUEBAS EN UN NOSOCOMIO, EL CUAL ES EJECUTADO POR PERSONAL CALIFICADO Y EN ÁREAS RESTRINGIDAS DENTRO DEL MISMO, QUIENES DEBEN DE CUMPLIR CON PROTOCOLOS EN CUANTO AL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES ALTAMENTE INFECCIOSOS; RAZÓN POR LA CUAL SE IMPOSIBILITA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL AJENO A LA INSTITUCIÓN.

5.3 OTRAS CONSIDERACIONES:

LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS ES INDISPENSABLE DADO QUE SE TRATA DE ARTÍCULOS DESTINADOS A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DONDE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES CONTRA LA MUESTRA QUE SE PRESENTA ES NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PRODUCTO DE MÁXIMA CALIDAD SIN NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA PRODUCIRÁ UN IMPACTO NEGATIVO EN LA PRESTACIÓN DE LOS

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

05/04/2021

14:42:38

sp01re90

Código 4 95 01 0020 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0066

RECIPIENTES RIGIDOS PARA DEPOSITOS DE DESECHOS PUNZOCORTANTES,
DE 3.7 A 5 LITROS.

SERVICIOS DE SALUD, YA QUE LA AUSENCIA DE LAS MISMAS IMPOSIBILITA LA CERTEZA EN EL PRODUCTO QUE SE DESEA RECOMENDAR, LO CUAL PUEDE ACARREAR DESABASTECIMIENTO Y COMPRAS DESCONCENTRADAS QUE NO SE AJUSTAN A ECONOMÍAS DE ESCALA.

EN CASO DE QUE, DURANTE EL ANALISIS ORGANOLPETICO DE CUALQUIERA DE LAS MUESTRAS, SE PRESENTE DUDA RAZONABLE SOBRE LA CANTIDAD Y SEGURIDAD FISICA Y/O BIOLOGICA DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE SUS PARTES SE SOLICITARA ENVIAR EL ARTICULO A UN ANALISIS ESPECIALIZADO HECHO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR EL ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACION, QUE VERIFIQUE Y CERTIFIQUE LOS ASPECTOS PUESTOS EN DUDA SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, TODO ESTE PROCESO CON CARGO AL OFERENTE.

LA MUESTRA DEL PROVEEVOR QUE RESULTE ADJUDICADO (CONTRASTISTA), SE MANTENDRA EN CUSTODIA EN LA SUB AREA DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE INSUMOS PARA VERIFICAR HOMOGENIDAD EN CADA INGRESO DE LA MERCADERIA A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, EL RESTO DE LAS MUESTRAS PODRAN SER RETIRADAS DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 DEL REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

6. SUSTENTO LEGAL:

-DECRETO 30965-S EL REGLAMENTO SOBRE LA GESTIÓN DE LOS DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS QUE SE GENERAN EN ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTEN ATENCIÓN A LA SALUD Y AFINES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N°23 DEL 3 DE FEBRERO DE 2003, ALCANCE N° 8.

-LINEAMIENTO PARA EL MANEJO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CÓDIGO: L.GM.DDSS.ACS-SAGA07102020 Versión 3.2021

-LEY 8839 "LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS" GACETA N° 135 DE JULIO DE 2010, Y SUS REFORMAS DEL 2012.

NOTA:

-EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS CON UN ASTERISCO (*) DEBERÁN SER DEMOSTRADAS MEDIANTE UN INFORME DE ANÁLISIS Y CERTIFICADO CORRESPONDIENTE AL LOTE DE LA MUESTRA, EMITIDO POR UN LABORATORIO OFICIAL O UN LABORATORIO CON LAS PRUEBAS DE POLIMEROS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA ACREDITADAS. DEBERA DE ENTREGARSE, EN CASO DE ADJUDICACION, UN CERTIFICADO CON CADA ENTREGA DE MERCADERIA, QUE CONTEMPLA TODOS LOS RUBROS SEÑALADOS PARA LOS FINES DE ESTA LICITACION, SE REQUIEREN ANALISIS REALIZADOS POR LABORATORIOS ACREDITADOS O POR LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN ANALISIS DE POLIMEROS, ANALISIS DE METALES PESADOS Y PRUEBAS MECANICAS FIRMADO POR UN QUÍMICO Y REFRENDADO POR EL COLEGIO DE QUÍMICOS DE COSTA RICA, CON FECHA DE REFRENDADO NO MÁS DE SEIS MESES. LAS DETERMINACIONES FISICO QUIMICAS Y MECANICAS DEBEN BASARSE EN PRUEBAS VALIDADAS. LAS PRUEBAS MECANICAS DEBEN BASARSE EN METODOS DEL ASTM O EQUIVALENTES, DEBIDAMENTE VALIDADOS. ESTOS ANALISIS DEBEN SER ORIGINALES, NO TENER MAS DE DOCE MESES DE EMITIDOS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA. DEBE ESPECIFICAR: NUMERO DE LOTE DE LA MUESTRA PRESENTADA, EN CASO DE PRESENTAR FOTOCOPIA DEBE SER CERTIFICADA EN ORIGINAL POR NOTARIO PUBLICO DE COSTA RICA.

ESTAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS PERMITEN EVALUAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO OBTENIDO POR LA INSTITUCIÓN.

-ADJUNTAR CATÁLOGO DEL FABRICANTE ORIGINAL O COPIA NÍTIDA Y LEGIBLE DONDE PUEDA VERIFICARSE EL

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

05/04/2021

14:42:38

sp01re90

Código 4 95 01 0020 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0066

RECIPIENTES RIGIDOS PARA DEPOSITOS DE DESECHOS PUNZOCORTANTES,
DE 3.7 A 5 LITROS.

PRODUCTO OFRECIDO CON EL DE LA MUESTRA PRESENTADA. EN EL CATÁLOGO SE DEBE CORROBORAR EL
PRODUCTO CON EL NÚMERO DE REFERENCIA Y MARCA DEL MISMO. (EN IDIOMA ESPAÑOL)

NO REQUIERE FECHA DE VENCIMIENTO.

COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE SANEAMIENTO BASICO

MSC. MARLEN VILLEGAS SÁNCHEZ

ING. DIXIANA GUZMÁN ROJAS

AUSENTE
LIC. MARCO JOSÉ PÉREZ CASTRO