

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

20/08/2018

11:35:55

sp01re90

Código 2 48 08 0220 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0027

EYECTOR PARA SALIVA DESECHABLE DE POLIETILENO O P.V.C.

DESCRIPCION DEL ARTÍCULO:

Eyector para saliva

1. Desechable
2. De polietileno o PVC
3. Con boquilla firmemente adherida (Punta Plástica no desprendible)
4. Alambre de cobre o acero incorporado de aproximadamente 15 cms. (+ - 1 cm.). de longitud (debe presentar literatura del fabricante con la composición metalúrgica en español)
5. Diámetro externo del tubo de 6.5 mm. + - 0.5 mm. con boquilla de 15 mm. + - 1 mm. de longitud
6. Transparente
7. Flexible.

Se debe presentar la siguiente documentación con la oferta:

1. Literatura del fabricante original o copias en idioma español, que indique constitución química y características físicas.
2. Resultados de pruebas realizadas mediante ensayos del producto, que haga constar las características físicas y químicas del mismo.
3. Catálogo del fabricante (hoja donde pueda identificarse la muestra presentada con el número de referencia del catálogo del fabricante) No se aceptan hojas de Internet ni fotos del producto a fotocopia.
4. Forma y manejo de los desechos (con respecto al desecho del producto luego de cumplida su vida útil).
5. En caso que la oferta recomendada sea adjudicada el oferente debe presentar certificado original o con trámite consular del país de origen del producto cuando entrega la mercadería al Dpto. Almacenamiento y Distribución, quien trasladará muestras de los artículos recibidos, junto con el correspondiente certificado de calidad entregado, a la oficina institucional autorizada, para verificar que el artículo suministrado, corresponde a lo recomendado y adjudicado por la Institución.
6. Producción o No. de lote certificado. La oferta que sea adjudicada deberá presentar certificado original del fabricante, indicando el número de lote entregado. Este requisito debe cumplirse antes que la mercadería ingrese al Dpto. Almacenamiento y Distribución. Se debe presentar igual número de certificados al número de entregas pactadas.
7. Los certificados deben traer el número de registro otorgado por el organismo acreditado y traer sello de la casa fabricante. Debe estar vigente y en caso de venir en idioma extranjero, acompañarse de una traducción oficial en español.



C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

20/08/2018

11:35:55

sp01re90

Código 2 48 08 0220 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0027

EYECTOR PARA SALIVA DESECHABLE DE POLIETILENO O P.V.C.

Aportar Dirección, teléfono o E- Mail de la entidad que emite el certificado.

8. Adjuntar original, copia certificada ó carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico así como sus anexos (cuando corresponda) los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación dentro un período que no afecte el proceso de la contratación así como las entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.

9. Toda documentación adjunta que venga en idioma extranjero deberá incluir traducción oficial al idioma español y en caso de adjuntar copias, estas deberán venir autenticadas por un Notario Público.

10. En caso de quedar adjudicado, el proveedor al momento de entregar los lotes de producto en el Almacén General de la CCSS deberá presentar el certificado emitido por un ente acreditado y aprobado por el ECA (ente de acreditación costarricense) en que demuestre el cumplimiento de la composición química del metal (plomo, Cadmio, hierro, cobre y estaño), esto en apego al artículo 34 de la ley 8279 del Sistema de Calidad.

EMPAQUE:

Empaque Primario:

En cajas o bolsas originales de fábrica de 100 unidades debidamente selladas que brinden protección al artículo e identificadas con el nombre del artículo, cantidad, número de lote, país de origen, nombre de la casa fabricante.

Empaque secundario:

En cajas de cartón corrugado tipo encerado fuerte y resistente original de fábrica que proteja al producto en su transporte y almacenamiento conteniendo de 500 a 1000 unidades como máximo, debidamente identificadas con la siguiente información en idioma español: nombre del producto, código institucional 2-48-08-0220, cantidad contenida, número de lote, país de origen, nombre de la casa fabricante, fecha de vencimiento y siglas o logotipo de la C.C.S.S.

Muestras:

Presentar una (1) bolsa de cien (100) unidades en su empaque original de Fábrica. Las muestras son para uso y pruebas organolépticas de la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Odontología para hacer su respectiva recomendación. La muestra debe guardar estricto apego con lo ofertado.

La muestra será analizada mediante pruebas organolépticas por los miembros de la comisión técnica. El tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos, además se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de peso y de volumen según corresponda, para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridas.



C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

20/08/2018

11:35:55

sp01re90

Código 2 48 08 0220 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0027

EYECTOR PARA SALIVA DESECHABLE DE POLIETILENO O P.V.C.

En caso de duda ante el producto ofertado el oferente se debe comprometer en su oferta a pagar estudios de laboratorio de terceros en parte a solicitud de la administración.

COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE ODONTOLOGIA

Dr. William Lao Gallardo

Dra. Maribel Calvo Valerio

Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca

Dr. James Vargas Vargas

Dra. Lía Abarca Jiménez

