

sp01re90

Ficha Técnica

Código 2 75 01 3500 Nivel de Usuario ABC Versión Ficha Técnica: 0012

LENTE DE 30 GRADOS, PARA URETROCISTOSCOPIO DE ADULTOS



2-75-01-3500

Versión CTU-010

LENTE DE 30 GRADOS PARA URETROCISTOSCOPIO, DE USO EN ADULTOS

DESCRIPCIÓN

LENTE TELESCOPIO ESPECIAL PARA LA PRÁCTICA DE ENDOSCOPIAS RÍGIDAS DE LA URETRA Y LA VEGIJA.

CARACTERÍSTICAS

- LENTE FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA ENDOSCOPIAS UROLÓGICAS.
- SISTEMA INTERNO DE LENTES TIPO HOPKINS II O SIMILAR CON IGUAL O MEJOR CALIDAD.
- ESTERILIZABLE POR: AUTOCLAVE CONVENCIONAL, MÉTODOS QUÍMICOS, PLASMA, AUTOCLAVE DE GAS O GRAVITATORIA.
- QUE NO CONTenga ELEMENTOS DE ALUMINIO.
- CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO
- LENTES CILINDRICAS INTERNAS ENVUELTAS EN UN TUBO DE MATERIAL INOXIDABLE.
- DIAMETRO UNIFORME DE LA ÓPTICA DE 4 MM.
- VISIÓN OBLICUA DE 30 GRADOS DE ANGULO.
- CON ANILLO DE CODIFICACIÓN DE COLORES PARA ANGULO OCULAR DEL OBJETIVO DE COLOR ROJO.
- ANILLO MARCADOR AUTOCLAVABLE O INDICADOR EN CUALQUIER OTRA PARTE DEL LENTE.
- CON ADAPTADOR PARA PORTALUZ DESENROSCABLE, ADECUADO PARA CABLES DE LUZ MARCA KARL STORZ, OLYMPUS, IBE, WINTER Y WOLF (ESTE ÚLTIMO CON CONEXIÓN DE ENCHUFE DE 9 MM.)
- PITÓN DE ENTRADA DE LUZ, SIN ADAPTADOR, ADECUADO PARA CABLES DE LUZ MARCA ACM, EDER Y ZIMMER (CONEXIÓN DE ENCHUFE DE 7.5 MM)

PRESENTAR CON LA OFERTA:

- ORIGINAL O COPIA DE CERTIFICADO DE TERCERA PARTE OTORGADO AL FABRICANTE POR ORGANISMO INTERNACIONALMENTE RECONICIDO TALES COMO: FDA, CE, ISO, TUV, DEKRA, ENTRE OTROS.
- GARANTÍA MÍNIMA DE 12 MESES.

EMPAQUE:

EMPAQUE PRIMARIO:

INDIVIDUAL, EN CAJA DE CARTON RESISTENTE QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y DE PROTECCION DEL POLVO Y HUMEDAD Y DAÑOS CONTRA GOLPES, A SU VEZ DEBE VENIR DEBIDAMENTE SELLADAS E IDENTIFICADAS CON: NOMBRE DE LA CASA FABRICANTE, CANTIDAD, NUMERO DE LOTE, PAIS DE ORIGEN, LAS SIGLAS C.C.S.S. Y CODIGO INSTITUCIONAL 2-75-01-3500.

EMPAQUE SECUNDARIO:

EN CAJAS DE CARTON RESISTENTE QUE GARANTICEN LA ESTABILIDAD Y LA PROTECCION DEL ARTICULO

A large area of handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a signature that appears to be "AJBARRAN" and other illegible marks.

sp01re90

Ficha Técnica

Código 2 75 01 3500 Nivel de Usuario ABC Versión Ficha Técnica: 0012



LENTE DE 30 GRADOS, PARA URETROCISTOSCOPIO DE ADULTOS

CONTENIENDO 5 UNIDADES, ESTE EMPAQUE DEBERA DE VENIR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON: NOMBRE DEL ARTICULO, CODIGO INSTITUCIONAL 2-75-01-3500, SIGLAS DE LA C.C.S.S., NUMERO DE LOTE, CANTIDAD, NOMBRE DE LA CASA FABRICANTE Y PAÍS DE ORIGEN.

MUESTRAS:

PRESENTAR UNA MUESTRA EN SU CAJA ORIGINAL DE FABRICA CON TODAS LAS CARACTERITICAS IDENTICAS A LO SOLICITADO. ESTA SERÁ UTILIZADA POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA PRUEBAS ORGANOLEPTICAS Y REALIZAR LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN.

La muestra será analizada mediante pruebas organolépticas por los miembros de la Comisión Técnica. El tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos y en aplicación en los pacientes en caso de ser necesario, además se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de peso y de volumen según corresponda, para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridas.

La presentación de las muestras es indispensable dado que se trata de artículos destinados a la preservación de la salud de la población, donde la verificación de las especificaciones contra la muestra que se presenta es necesario para la adquisición de un producto de máxima calidad sin ningún riesgo para la salud.

La no presentación de la muestra producirá un impacto negativo en la prestación de los servicios de salud, ya que la ausencia de las mismas imposibilita la certeza en el producto que se desea recomendar, lo cual puede acarrear desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economías de escala.

Los insumos ofertados deberán cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de Costa Rica en materia de registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico para tal efecto deberá presentar registro sanitario ó en su defecto certificación emitida por el Ministerio de Salud que haga constar que el trámite de inscripción se encuentra aprobado

COMISIÓN TECNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE UROLOGÍA

Dr. Moisés Bravo López

Dr. Francisco Melo

Dr. Manuel Jara Calderón

Dra. Glenda Arguedas Monge

Dr. Dionicio Vargas González



Código: 2.75-01-3500

Descripción: LENTE DE 30 GRADOS, PARA URETROCISTOSCOPIO DE ADULTOS


Indicación de uso: Cirugía endoscópica
Consecuencias de no contar con el insumo: Peligra contra la vida del ser humano, al contar con este insumo en las cirugías anteriormente descritas.
Criticidad del insumo: Demandas contra la institución y la muerte del paciente.
Indicación sobre la disponibilidad de infraestructura y recurso humano para la utilización del producto: Usado principalmente por el personal de urología (Medico, técnicos) y enfermería.
Descripción del impacto del insumo: Mejora la calidad de vida del paciente ya que se resuelve el problema de salud


Atentamente,

COMISIÓN DE TÉCNICA DENORMALIZACION Y COMPRAS DE UROLOGÍA.


Dra. Glenda
Arguedas
Monge

Dr. José Francisco
Rivera
Melo


Dr. Dionicio
Vargas G.


Dr. Moisés Bravo
López

Dr. Manuel
Jara
Calderón