

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

20/08/2018

11:21:04

sp01re90

Código 2 48 04 0860 **Nivel de Usuario** X **Versión Ficha Técnica:** 0004

MASCARILLA PARA PROTECCION FACIAL NO DESECHABLE CON
PANTALLA PLASTICA INTERCAMBIABLE. PARA USO EN EL CONSULTORIO
DENTAL.

MASCARILLA PARA PROTECCION FACIAL NO DESECHABLE CON PANTALLA PLASTICA INTERCAMBIABLE. PARA
USO EN EL CONSULTORIO DENTAL.

ESPECIFICACIONES:

MASCARILLA PARA PROTECCION FACIAL PARA USO EN EL CONSULTORIO DENTAL
ESPECIFICACIONES

- 1 Reutilizable
- 2 Debe ser lavable
- 3 Que se desinfeste con jabón y solución antisépticos usados en la Institución
- 4 No debe contener estereofón
- 5 No debe tener espuma
- 6 Con un peso total no mayor a los 80 gr
- 7 LA PANTALLA
 - 7,1 De policarbonato o acetato
 - 7,2 Flexible
 - 7,3 Capaz de ser una barrera de micro partículas, material infeccioso, sangre y otros líquidos (entre otros)
 - 7,4 Altura igual o mayor a los 14.7 cm, medido en el centro horizontal, del lado más bajo al lado más alto.
 - 7,5 Ancho igual o mayor a 24 cm, medido en el lado más ancho de extremo a extremo
 - 7,6 Transparente. Que no produzca distorsión en el color

8 ARMAZÓN

- 8,1 Tipo anteojos. Sujeción en orejas y nariz
- 8,2 Con sistema para colocar la pantalla por tuerca tornillo o clip de sujeción
- 8,3 Construida en cualquiera de los siguientes tres materiales:
 - 8.3.1 Acero inoxidable.
 - 8.3.2 Metal recubierto que impida la oxidación
 - 8.3.3 Plástico resistente de calidad médica.

9 LA MASCARILLA EN POSICIÓN DE TRABAJO DEBE:

- 9,1 Quedar a 5 cm de la frente (mínimo) del usuario
- 9,2 Permitir el uso de anteojos por parte del usuario
- 10 Incluir 2 pantallas de repuesto (se deben entregar 3 en total por mascarilla)
- 11 Las pantallas deben entregarse empaquetadas por ambos por ambos lados o sistema que evite rayones en el almacenamiento o transporte

SE DEBE PRESENTAR CON LA OFERTA:

1. Literatura del fabricante original o copias en idioma español, que indique constitución química y características físicas.
2. Resultados de pruebas realizadas mediante ensayos del producto, que haga constar las características físicas y químicas del mismo.
3. Catálogo del fabricante (hoja donde pueda identificarse la muestra presentada con el número de referencia del catálogo del fabricante) No se aceptan hojas de Internet ni fotos del producto a fotocopia.
4. Forma y manejo de los desechos (con respecto al desecho del producto luego de cumplida su vida útil).
5. En caso que la oferta recomendada sea adjudicada el oferente debe presentar certificado original o con trámite consular del país de origen del producto cuando entregue la mercadería al Dpto. Almacenamiento y Distribución, quien trasladará



C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

20/08/2018

11:21:04

sp01re90

Código 2 48 04 0860 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0004

MASCARILLA PARA PROTECCION FACIAL NO DESECHABLE CON
PANTALLA PLASTICA INTERCAMBIABLE. PARA USO EN EL CONSULTORIO
DENTAL.

muestras de los artículos recibidos, junto con el correspondiente certificado de calidad entregado, a la oficina institucional autorizada, para verificar que el artículo suministrado, corresponde a lo recomendado y adjudicado por la Institución.

6. Producción o No. de lote certificado. La oferta que sea adjudicada deberá presentar certificado original del fabricante, indicando el número de lote entregado. Este requisito debe cumplirse antes que la mercadería ingrese al Dpto. Almacenamiento y Distribución. Se debe presentar igual número de certificados al número de entregas pactadas.

7. Los certificados deben traer el número de registro otorgado por el organismo acreditado y traer sello de la casa fabricante. Debe estar vigente y en caso de venir en idioma extranjero, acompañarse de una traducción oficial en español. Aportar Dirección, teléfono o E- Mail de la entidad que emite el certificado.

8. Toda documentación adjunta que venga en idioma extranjero deberá incluir traducción oficial al idioma español y en caso de adjuntar copias, estas deberán venir autenticadas por un Notario Público.

9. Adjuntar original, copia certificada ó carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico así como sus anexos (cuando corresponda) los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación dentro un período que no afecte el proceso de la contratación así como las entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social. El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.

EMPAQUE PRIMARIO:

Empaque individual de cartón, con su respectiva etiqueta que indique el nombre del artículo, nombre de la casa fabricante, país de origen, código institucional, número de lote, fecha de vencimiento y siglas C.C.S.S., el empaque original de fábrica

EMPAQUE SECUNDARIO:

En caja de cartón corrugado fuerte y resistente que proteja al producto en su transporte y almacenamiento conteniendo de 25 a 100 unidades máximo, con la siguiente información en idioma español: nombre del artículo, nombre de la casa fabricante, país de origen, código institucional, número de lote, fecha de vencimiento, cantidad contenida y siglas C.C.S.S.

EL PROVEEDOR DEBERA DE INDICAR EN SU OFERTA EL TIPO DE EMBALAGE (DE LOS INDICADOS) QUE ESTA OFRECIENDO, ESPECIFICANDO LA CANTIDAD DE UNIDADES POR CAJA.

MUESTRAS:

Presentar una unidad de muestra, que incluya 2 pantallas extra, en empaque original de fábrica, no se acepta muestra de calidad. las muestras son para uso y pruebas organolépticas de la comisión de odontología para hacer su respectiva recomendación.

La muestra será analizada mediante pruebas organolépticas por los miembros de la Comisión Técnica. El tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos, además se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de peso, de volumen, pruebas físicas y químicas, según corresponda, para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridas.

Nota:

Cuando la Comisión, así lo solicite, el proveedor adjudicado deberá presentar un certificado de calidad, en idioma español, emitido por un laboratorio externo a la empresa fabricante, reconocido a nivel nacional, expedido a nombre de la persona física o jurídica o representante legal que presenta la oferta, en el cual se verifiquen alguna o todas las características



C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

20/08/2018

11:21:04

sp01re90

Código 2 48 04 0860 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0004

MASCARILLA PARA PROTECCION FACIAL NO DESECHABLE CON
PANTALLA PLASTICA INTERCAMBIABLE. PARA USO EN EL CONSULTORIO
DENTAL.

físicas o químicas, que la Comisión solicite. Lo anterior, deberá de presentarse adjunto a la entrega del producto en el Área de Almacenamiento y Distribución, cuando la Comisión así lo solicite. El costo de dicho certificado estará a cargo del adjudicado. La Comisión podrá verificar en cualquier momento la veracidad de dicho certificado con los laboratorios externos.

COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE ODONTOLOGIA

Dra. Maribel Calvo Valerio

Dr. James Vargas Vargas

Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca

Dr. William Lao Gallardo

Dra. Lía Abarca Jiménez.

