

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

19/02/2018

08:36:04

sp01re90

Código 2 88 90 1360 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0024

TUBOS CONICOS DESCARTABLES, DE 50 ML.

DESCRIPCION DEL ARTICULO:

TUBO CÓNICO, DE POLIETILENO O DE POLIPROPILENO.

1. PRESENTACION

1.1 TUBO CÓNICO CON TAPA CUELLO ANCHO.

1.2 CADA TUBO DEBE CONTENER MARCA DE GRADUACIÓN DE VOLUMEN EN ESCALA DE MILÍLITROS.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 TAPA DE ROSCA QUE GARANTICE CIERRE HERMETICO.

2.2 DE 50 MILILITROS DE CAPACIDAD APROXIMADAMENTE.

2.3 DE POLIETILENO O DE POLIPROPILENO MUY CLARO.

2.4 ESTÉRILES CON NIVEL DE ASEGURAMIENTO DE LA ESTERILIDAD (SAL) NO INFERIOR A 10 A LA 3. LIBRES DE DNASA / RNASA Y PIRÓGENOS. CERTIFICAR DE FÁBRICA.

2.5 RESISTENTES A LA CENTRIFUGACIÓN (NO MENOS DE 1500 RPM) PRESENTAR COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CASA FABRICANTE.

2.6 FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTERILIDAD NO MENOR DE 24 MESES A SU INGRESO AL ALMACÉN GENERAL.

2.7 PRESENTAR COPIA DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO POR CASA MATRIZ

2.8 PRESENTAR CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485.

3. OTRAS ESPECIFICACIONES

3.1 INDICAR NÚMERO DE CATÁLOGO.

3.2 PRESENTAR CATÁLOGO O FOTOCOPIA DE PÁGINA DE CATÁLOGO, DEBIDAMENTE AUTENTICADO.

3.3 TODO CERTIFICADO SOLICITADO SE DEBE PRESENTAR ORIGINAL O FOTOCOPIA AUTENTICADA POR NOTARIO PÚBLICO, EN IDIOMA ESPAÑOL SI SE PRESENTA EN OTRO IDIOMA DEBE ADJUNTARSE LA TRADUCCIÓN OFICIAL AL IDIOMA ESPAÑOL. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO DEBE PRESENTAR LOS CERTIFICADOS ORIGINALES DEBIDAMENTE CONSULARIZADOS, TODOS DEBERÁN ESTAR VIGENTES AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA.

4. EMPAQUE

4.1 EMPAQUE PRIMARIO.

EMPAQUE DE 25 A 50 TUBOS, SELLADOS, QUE GARANTICE ESTERILIDAD Y PROTECCIÓN AL PRODUCTO, PREFERIBLEMENTE EN BOLSAS DE PLÁSTICO RESISTENTE, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, FECHA DE VENCIMIENTO, NÚMERO DE LOTE Y NOMBRE DEL FABRICANTE.

4.2 EMPAQUE SECUNDARIO.

CAJA DE CARTÓN CORRUGADO, CONTENIENDO DE 500 A 1000 UNIDADES, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO, FECHA DE VENCIMIENTO, NÚMERO DE LOTE Y NOMBRE DEL FABRICANTE.

EL PROVEEDOR DEBE INDICAR EN SU OFERTA LA CANTIDAD REGISTRADA EN EL EMPAQUE A ENTREGAR.

sp01re90

REPORTE NO DEFINIDO

Código 2 88 90 1360 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0024

TUBOS CONICOS DESCARTABLES, DE 50 ML.

5. MUESTRA

5.1 PRESENTAR 5 TUBOS COMO MUESTRA, PARA LA VALORACIÓN DE CARACTERÍSTICAS A EVALUAR DEL PRODUCTO, DE ACUERDO A LOS PUNTOS ARRIBA INDICADOS.

LA MUESTRA SERÁ ANALIZADA MEDIANTE PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA. EL TIPO DE PRUEBA SE REALIZA MEDIANTE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS, ADEMÁS SE UTILIZA EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL, MEDIDAS DE PESO Y DE VOLUMEN SEGÚN CORRESPONDA, TAMBIÉN SE ENVIARÁN LAS MUESTRAS A UN LABORATORIO CLÍNICO DE LA INSTITUCIÓN, PARA CONTROL DE CALIDAD, VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, VOLUMEN, TAPA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL CARTEL Y ASEGURAR EL ACATAMIENTO PARA LA FINALIDAD QUE SERÁN ADQUIRIDAS.

LA PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS ES INDISPENSABLE DADO QUE SE TRATA DE ARTÍCULOS DESTINADOS A LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DONDE LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES CONTRA LA MUESTRA QUE SE PRESENTA ES NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PRODUCTO DE MÁXIMA CALIDAD SIN NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA PRODUCIRÁ UN IMPACTO NEGATIVO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, YA QUE LA AUSENCIA DE LAS MISMAS IMPOSIBILITA LA CERTEZA EN EL PRODUCTO QUE SE DESEA RECOMENDAR, LO CUAL PUEDE ACARREAR DESABASTECIMIENTO Y COMPRAS DESCONCENTRADAS QUE NO SE AJUSTAN A ECONOMÍAS DE ESCALA.

COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS LABORATORIO CLÍNICO


Dra. Vilma Carvajal Gutiérrez


Dra. Jonielle García Quesada


Dra. Mónica Henríquez García


Dr. Ricardo González Cascante

Código: 2-88-90-1360

Descripción: Tubos cónicos descartables de 50 ml

Indicación de uso:

Para realizar la descontaminación de la muestra de esputo para la determinación de microorganismos, o concentración de las mismas.

Consecuencias de no contar con el insumo:

No se realizan varios procedimientos de Laboratorio.

Criticidad del insumo:

Se ven afectados o no se realizan varios procesos de diagnóstico para diferentes patologías.

Indicación sobre la disponibilidad de infraestructura y recurso humano para la utilización del producto:

No es competencia de esta Comisión brindar dicha información. Por lo que se insta a solicitar este dato a la Gerencia Médica

Descripción del impacto del insumo:

No se podría realizar el diagnóstico de varias patologías, con afectación de la Salud Pública.

Atentamente


**COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS
LABORATORIO CLÍNICO**


Dra. Vilma Carvajal Gutiérrez


Dra. Jonielle Garcia Quesada


Dr. Ricardo González Cascante

VACACIONES
Dra. Lisbeth Soto Alvarado


Dra. Mónica Henríquez García