



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

CODIGO: 2-42-01-2760

DESCRIPCION: EQUIPO COMPLETO PARA ACCESO CRANEAL DESCARTABLE

Seleccione la opción que corresponde:

La Modificación de la Ficha técnica es realizada por la(s) siguiente(s) razón(es):

- (X) Por valoración de oficio del ente técnico
() Solicitud realizada por terceros (usuarios internos y/u oferentes)
() Solicitud planteada mediante recurso de objeción

Las modificaciones corresponden a:

- () Correcciones ortográficas o de redacción (cambios de forma)
() Actualización de datos técnicos de los artículos (cambios de fondo)
(X) Ampliación de especificaciones técnicas (cambios de fondo)

Descripción en ficha técnica anterior	Modificación realizada en ficha vigente
<p>1. ESPECIFICACIONES</p> <p>1.1 Debe incluir al menos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cuchilla de afeitar.- Paño para el procedimiento fenestrado.- Toallas para empapar (al menos 2).- Taladro manual craneal con mandril ajustable.- Brocas con tope ajustable (de 3.5 mm +/- 1mm y de 6.0 +/- 1mm).- Llave Allen.- Jeringa.- Agujas (calibre 18 +/- 1 y calibre 24 +/- 1).- Escalpelo (n°11 y n°15, con cubierta de seguridad).- Fórceps Adson con dientes.- Marcador- Regla (puede venir incorporada a un marcador).- Pinza mosquito curva (2)- Retractor pequeño con auto retén.- Portaagujas.- Tijeras de sutura.- Sutura de nylon con aguja (3-0 o 4-0).- Apósito.- Gasa.- Tubo para cultivo de líquido cefalorraquídeo. Con tapa roscada <p>5. EMPAQUE:</p> <p>5.1 Empaque primario:</p> <p>Todas las partes de este equipo, vienen en un empaque tipo blister, herméticamente sellado, con una cara en papel fuerte, grado médico, y la otra cara en plástico duro transparente, que no se deforme con presión manual, tipo ¿ampollas¿ o compartimentos, para cada una de las partes, asegurando así la protección que requiere. La sutura puede venir por aparte ajustándose a las normas de esterilidad.</p>	<p>1. ESPECIFICACIONES</p> <p>1.1 Debe incluir al menos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cuchilla de afeitar.- Paño para el procedimiento fenestrado.- Toallas para empapar (al menos 2).- Taladro manual craneal con mandril ajustable.- Brocas con tope ajustable (de 3.5 mm +/- 1mm y de 6.0 +/- 1mm).- Llave Allen.- Jeringa.- Agujas (calibre 18 +/- 1 y calibre 24 +/- 1).- Escalpelo (n°11 y n°15, con cubierta de seguridad).- Fórceps Adson con dientes.- Marcador- Regla (puede venir incorporada a un marcador).- Pinza mosquito curva (2)- Retractor pequeño con auto retén.- Portaagujas.- Tijeras de sutura.- Sutura de nylon con aguja (3-0 o 4-0).- Apósito.- Gasa.- Tubo para cultivo de líquido cefalorraquídeo con tapa roscada (2) <p>5. EMPAQUE:</p> <p>5.1 Empaque primario:</p> <p>Todas las partes de este equipo vienen en un empaque tipo blister, herméticamente sellado, con una cara en papel fuerte, grado médico, y la otra cara en plástico duro transparente, que no se deforme con presión manual, tipo ampollas o compartimentos, para cada una de las partes, asegurando así la protección que requiere.</p>



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

Indicar si el cambio favorece a la Institución respecto a la funcionabilidad del objeto a contratar; es decir; como mejora la calidad del producto en beneficio del usuario final? Mejora la funcionabilidad del objeto adquirir

Las características modificadas corresponden a:

- (x) - Aspectos esenciales y/o sustantivos del objeto de compra.
() Aspectos de cumplimiento deseable del objeto de compra (mejora del objeto)*

**Considerando el posible impacto económico que la mejora pueda implicar, en caso de ser un aspecto deseable, se deberá de incluir tabla de ponderación en donde el precio sea el elemento de mayor peso porcentual (debiendo atenderse este aspecto de acuerdo a la normativa vigente)*

En caso de que las modificaciones correspondan a aspectos esenciales y/o sustantivos del objeto, impactan al registro de proveedores en los siguientes aspectos:

- Excluye la participación de oferentes registrados actualmente* () SI (x) NO
- Direcciona las especificaciones a un solo oferente* () SI (x) NO
- Amplia la cartera de posibles oferentes (no registrados) (x) SI () NO

**En caso de limitar o dirigir las especiaciones técnicas, de frente a valorar el costo en razón del beneficio que traería el producto para la Institución y al usuario final, se deberá de justificar ampliamente dicha modificación, aportando además los elementos que hoy hacen imposible la utilización del insumo con las características anteriores de frente a la nueva ficha técnica modificada.*

No aplica

LA COMISIÓN TÉCNICA EXPRESA QUE EL CAMBIO PROPUESTO A LA FICHA TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A ESTE DOCUMENTO, CONSTITUYE UN CUERPO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CLARAS, SUFICIENTES, CONCRETAS, OBJETIVAS Y AMPLIAS EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR Y QUE POR LO TANTO SE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Atentamente,

COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE NEUROCIRUGÍA

Dr. Juan Luis Segura Valverde
Coordinador

AUSENTE

Dr. Héctor Torres Rodríguez

Dr. Alejandro Saenz Orozco
Sub. Coordinador

Dr. Fernando González Salazar

Dr. Esteban Sánchez Jiménez

