



GERENCIA LOGÍSTICA  
ÁREA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS  
SUB-ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSUMOS  
INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DEL PROCESO

<b>Código:</b> 2-48-04-0110
<b>Descripción:</b> BROCA FISURA DE DIAMANTE. ALTA VELOCIDAD. GRANO FINO PARA PULIR RESINAS, GRADO DE DIAMANTE NATURAL LIGADO EN NIQUEL A LA ESTRUCTURA DE LA BROCA MEDIANTE PROCESO DE GALVANIZACIÓN
<b>Indicación de uso:</b> Dicha broca es utilizada para la preparación cavitaria de los distintos procedimientos que se pueden dar en la operatoria dental.
<b>Consecuencias de no contar con el insumo:</b> Se afectaría las consultas odontológicas, toda vez que, habría una afectación en cuanto a la preparación de cavidades en piezas dentales que requieran ser tratadas por procesos infecciosos.
<b>Descripción del impacto del insumo:</b> El insumo es utilizado en la preparación cavitaria de las distintas piezas dentales que requieran ser tratadas por procesos cariosos.
<b>Criticidad del insumo:</b> El no contar con el insumo afectaría parte de la continuidad de los tratamientos odontológicos, en especial aquellos relacionados con preparaciones cavitarias
<b>Indicación sobre la disponibilidad de infraestructura y recurso humano para la utilización del producto:</b> Sí existe infraestructura en todos los establecimientos de Salud y el recurso humano capacitado para el uso de este

COMISION TECNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE ODONTOLOGÍA

Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca  
Coordinador

Dra. Norma Lucía Wong Fernández  
Sub-Coordinadora

Dra. Karen Sobalvarro Mojica

AUSENTE  
Dr. James Vargas Vargas

AUSENTE  
Dr. Ricardo Corrales Aguilar