



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

Fecha: 08 de junio de 2021 -
Código: 5-10-02-0200

Seleccione la opción que corresponde:

La Modificación de la Ficha técnica es realizada por la(s) siguiente(s) razón(es):

- ☒ Por valoración de oficio del ente técnico
- ☐ Solicitud realizada por terceros (usuarios internos y/u oferentes)
- ☐ Solicitud planteada mediante recurso de objeción

Las modificaciones corresponden a:

- ☒ Correcciones ortográficas o de redacción (cambios de forma)
- ☐ Actualización de datos técnicos de los artículos (cambios de fondo)
- ☐ Ampliación de especificaciones técnicas (cambios de fondo)

SI SE CAMBIA ALGO DEL CUADRO HAY QUE PONERLO AQUÍ.

Descripción en ficha técnica anterior	Modificación realizada en ficha vigente
2- Calidad: Debe cumplir con los requisitos de construcción de la tela, además de presentarse libre de los defectos en acabado, presentación y empaque.	2. Muestras:
3- Acabado: La tela no debe presentar:	2.1. Finalidad para lo cual se solicitan las muestras:
3.1 Ancho de la tela desigual	Para valoración de las características técnicas de la materia prima por parte de los miembros de la Comisión Técnica Textil de la CCSS, el Laboratorio Textil reconocido y acreditado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditación). Cada proveedor debe presentar cinco metros de tela, empacados en una única bolsa sellada u otro empaque que asegure la muestra, esta debe de venir de la siguiente manera 2.5 mts para el laboratorio acreditado, 2.5 mts como custodia. Con respecto a la identificación del empaque (bolsa sellada u otro empaque), éste debe contar con una etiqueta adherida que contenga los mismos datos solicitados en cada muestra de tela; todo lo anterior en idioma español, en caso de que las muestras se presenten en otro idioma deberá acompañarse de traducción oficial original siempre y cuando el oferente se comprometa por escrito a que, en caso de ser adjudicado, el producto tendrá todos sus impresos en idioma español. Estas muestras se utilizarán para el análisis de las mismas y la evaluación del cumplimiento de los requisitos solicitados. Las muestras deben guardar estricto apego con lo solicitado en el cartel y al producto que ingresará para su distribución.
3.2 Orillos dispares, desalineados, desgarrados y/o defectuosos	
3.3 Agujeros o huecos.	
3.4 Tela sucia, con manchas o mojada.	
3.5 Olor desagradable o irritante.	
3.6 Residuos de cualquier producto químico utilizado en el proceso de fabricación de la tela, que afecte la salud del usuario, la presentación y/o el uso al que está destinado el producto.	
3.7 Arrugas o pliegues.	
3.8 Efectos de recuperación en las dimensiones, debidas a una tensión excesiva en el enrollado. Esta tensión debe ser solamente la necesaria para mantenerla enrollada correctamente, en el tubo.	
4- Muestras:	
a. Finalidad para lo cual se solicitan las muestras:	
Para valoración de las características técnicas de la materia prima por parte de los miembros de la Comisión Técnica Textil de la CCSS, el Área Fábrica de Ropa y el Laboratorio Textil reconocido y aprobado	