

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

18/10/2018

11:08:43

sp01re90

Código 2 72 02 6728 Nivel de Usuario C Versión Ficha Técnica: 0011

SISTEMA PARA OSTEOSÍNTESIS PARA SUPRACONDILEAS DE FEMUR.

SISTEMA COMPLETO DE OSTEOSÍNTESIS DE CADERA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO PARA FRACTURA DE SUPRACONDILEA DE FÉMUR, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:

- 1.PLACA CON ANGULO DE 90° Y/O 95° PARA FRACTURA SUPRACONDILEA CON 3 A 12 ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 4,5 MM, CON CILINDRO ESTÁNDAR DE 38 MM (\pm 4MM).
- 2.TORNILLOS DE ESPONJOSA DESLIZANTE PARA SER UTILIZADA CON LA PLACA SUPRA CONDILIA DE CADERA, ENTRE 50 MM Y 125 MM DE LONGITUD, EN RANGOS DE 5 MM.
- 3.TORNILLO 4,5 MM DE 20 MM A 60 MM DE LONGITUD, EN RANGOS DE 2 MM, AUTOTARRAJANTES. LOS TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACION DE LA PLACA.
- 4.TORNILLO DE UNIÓN O CONTRATORNILLO

Documentación a presentar:

1-Copia del certificado que especifique que la materia prima utilizada en la fabricación de los implantes cumple con las Normas ASTM correspondientes, dicho certificado deberá ser emitido por un laboratorio independiente que cuente con el aval del F.D.A., C.E., o Swiss Federal Office, según donde se ubique el laboratorio.

2-Adjuntar original, copia certificada o carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico así como sus anexos (cuando corresponda), los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura así como durante todo el periodo de ejecución de la contratación. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación dentro de un período que no afecte el procedimiento de la contratación así como las entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social. El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.


3- Presentar catálogos o literatura original del producto ofrecido en idioma español o inglés con traducción oficial al español.

4- Todos los certificados según los puntos 1, 2, y 3 deberán presentarse en original o fotocopia debidamente certificada por notario público. Además, los certificados deben venir en idioma español, de venir en otro idioma, debe de acompañarse por traducción oficial al español.

La Documentación a presentar y la oferta, deberán de ser identificadas según el número de ítem ofertado. Deberá estar en un orden lógico.

El oferente deberá expresar el compromiso escrito de los siguientes aspectos:

1-El oferente deberá garantizar que al momento del acto quirúrgico los insumos suministrados se encuentren en condiciones óptimas para su utilización.



C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

18/10/2018

11:08:43

sp01re90

Código 2 72 02 6728 Nivel de Usuario C Versión Ficha Técnica: 0011

SISTEMA PARA OSTEOSINTESIS PARA SUPRACONDILEAS DE FEMUR.

2-El oferente debe presentar una carta donde la casa matriz se comprometa a mantener el apoyo a este, mientras exista el contrato con la CCSS. En dicha carta deberá indicarse de manera explícita la vigencia de este respaldo cuyo término deberá estar en concordancia con el plazo establecido y las posibles prórrogas del contrato.

3-El contratista se compromete con la Institución, a contar con un inventario de al menos dos meses del consumo anual estimado en su empresa que permita la dotación en los establecimientos de salud.

4-El contratista se compromete a mantener un inventario del instrumental suficiente para restituir aquellas piezas del mismo que se deterioren a través de su uso normal, sin que ello le faculte a presentar facturas adicionales por dicho concepto. Para los efectos del presente contrato, se entiende que la cotización implica una solución tecnológica en donde el contratista contempló en su plica todos los costos asociados a dicha solución.

5- La compañía o proveedor que se adjudique dicha compra debe aportar el equipo de instrumental completo necesarios para la colocación y extracción de los implantes sin costo alguno para la institución.


MUESTRAS:

Debe presentarse una muestra exacta de cada uno de los componentes de cada sistema, solo un tamaño del componente que se ofrece. La muestra será analizada mediante pruebas organolépticas realizada por los miembros de la CTOT, se utilizará el sistema métrico decimal, medidas de peso y volumen según corresponda. Por tanto, las muestras del contratista no serán devueltas durante el plazo de vigencia del contrato, siendo que se constituye en elemento de referencia para verificar la calidad del mismo en la ejecución contractual. Las muestras deberán estar debidamente identificadas, indicando el número de concurso, número de referencia del catálogo y nombre del oferente. La no presentación de la muestra completa representará la exclusión de la oferta.

Tabla de ponderación:


Ver pliego de condiciones técnicas especiales


COMISION DE NORMALIZACION Y COMPRAS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA


Dr. Luis Roberto Arce Pérez

Dr. Francisco Brenes Villalobos


Dr. José Barrientos Calvo


Dr. Felipe Meza Arguello


Dr. Carlos Argumedo Carvajal



C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

18/10/2018

11:08:43

sp01re90

Código 2 72 02 6728 Nivel de Usuario C Versión Ficha Técnica: 0011

SISTEMA PARA OSTEOSINTESIS PARA SUPRACONDILEAS DE FEMUR.



[Handwritten signatures and scribbles in black ink across the bottom of the page]

Código: 2-72-02-6728


Descripción: SISTEMA PARA OSTEOSINTESIS PARA SUPRACONDILEAS DE FEMUR.

Indicación de uso: Fracturas complejas de fémur distal
Consecuencias de no contar con el insumo: No se podrían realizar la osteosíntesis requerida de estas patologías
Críticidad del insumo: ALTA
Indicación sobre la disponibilidad de infraestructura y recurso humano para la utilización del producto: Sí existe infraestructura en todos los establecimientos de Salud y el recurso humano capacitado para el uso del mismo.
Descripción del impacto del insumo: ALTO


COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA


Dr. Luis Roberto Arce Pérez

Dr. Francisco Brenes Villalobos


Dr. Jose Barrientos Calvo


Dr. Felipe Meza Arguello


Dr. Carlos Argumedo Carvajal



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN DIRECTRIZ PLANTEADA EN OFICIO DTBS-0465-2008.

(Marque con "X" la opción que corresponde).

Modificación de la Ficha técnica por:

- Correcciones ortográficas o de redacción.
- Actualización de datos técnicos de los artículos.
- Solicitud de oferentes (objeciones al cartel).
- No se realizan Modificaciones.

En caso de ser necesario, justifique.

¿Las modificaciones realizadas tienen valor agregado en términos de costo beneficio? (en caso de ser afirmativa su respuesta justifique).

- Si
- No N/A

¿Las modificaciones tienen algún impacto económico con relación a las características anteriores? (en caso de ser afirmativa su respuesta justifique).

- Si
- No N/A


¿Las modificaciones realizadas afectan el registro de proveedores?

- Si No N/A

¿Como lo afecta?

___ Aumenta la Cantidad de oferentes ___ Disminuye la Cantidad de Oferentes

LA COMISIÓN TÉCNICA EXPRESA QUE EL CAMBIO PROPUESTO A LA FICHA TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A ESTE DOCUMENTO, CONSTITUYE UN CUERPO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CLARAS, SUFICIENTES, CONCRETAS, OBJETIVAS Y AMPLIAS EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR Y QUE POR LO TANTO SE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA ACTIVIDA CONTRACTUAL



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'COMISIÓN TÉCNICA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA' around the perimeter and 'COSTA RICA' in the center. There is also a handwritten number '3' and a signature in blue ink over the stamp.

Código del producto: 2-72-02-6728



Análisis para la determinación de Cláusulas Penales

a) Tiempo Recurso Administrativo: Todo proceso de incumplimiento generado por el contratista ante entrega tardía o anticipada, genera horas de trabajo adicional al quehacer diario, se debe hacer la recepción y generar los respectivos reportes en la Sub-Área de Almacenamiento y Distribución, y su posterior gestión por parte del Área de Gestión de Bienes y Servicios (o encargado de compras) teniendo como parámetro de referencia y complejidad la cantidad de ítems que componen la contratación, lo cual puede generar una inversión de horas efectivas desde 1 a 20 según los recursos (reclamos) o gestiones derivadas que se puedan presentar, por lo que este parámetro según el análisis del objeto se seleccionara una cantidad de horas del rango mencionado, utilizando siempre como dato de partida un promedio de 10 horas efectivas y en caso que el análisis del expediente arroje elementos que refieran mayor o menor nivel de complejidad se seleccionará una cantidad de horas entre 1 y 20 acorde al análisis.

Horas Administrativas

10

b) Tiempo de Recurso Técnico (unidad solicitante): La entrega tardía ó anticipada tiene un componente importante de trabajo e inversión de horas para trabajar en los reportes, atención de reclamos y gestiones derivados del incumplimiento en la entrega, además que la no entrega del bien requeriría la búsqueda de aprovisionamiento por medio de otras herramientas legales, así como de tiempo para coordinación de abastecimiento por otros medios, lo cual puede significar una inversión desde 1 a 20 horas efectivas de trabajo, por lo que para efectos del análisis se utilizará como punto de partida un promedio de 10 horas de inversión de tiempo y en caso que la naturaleza del objeto desprenda mayor o menor complejidad se seleccionará la inversión de tiempo que se ajuste a un rango de 1 a 20 horas efectivas.

Horas Técnicas

10

c) Criticidad: adicional al tiempo que los funcionarios de la institución deben invertir en la gestión del incumplimiento el tiempo de entrega dependiendo del bien tendrá una afectación en la salud y en los pacientes de forma directa o indirecta lo que se plantea en una escala de 1 a 60 con el siguiente detalle según la naturaleza del objeto:

Nivel 1 (uso común)

Medico (1 a 20)
Administrativo (1 a 20)

60

Breve Motivación criticidad

Nivel 2 (uso industrial)

Medico (21 a 40)
Funcional (21 a 40)

Nivel 3 (uso clínico)

Medicamentos (41 a 60)
LOM
C (verdes) de 41-50
B (Amarillos) Del 51-55
A (Rojos) Del 56-60
NO LOM Del 56-60

Fracturas complejas de fémur distal. Imposibilidad de una resolución adecuada de la fractura con complicaciones asociadas a la evolución del paciente. El no contar con el insumo, paralizaría la continuidad del servicio, no se podría realizar el procedimiento quirúrgico, lo cual podría implicar: mayor cantidad de días de internamiento, posible aumento en la morbilidad y mortalidad y un deterioro en la calidad de vida del paciente. aumento en incapacidades y hospitalización. aumento de secuelas por tardanza de la atención, impactando en la vida laboral y económica del paciente a futuro.

Consumibles (41 a 60)
Equipo (41 a 60)

60

Nivel de Afectación

80

Rango

6

Días Hábiles

Para este proceso de compra por cada día de atraso se rebajará:

4,16

%

Porcentaje por hora

%Día dividido entre x horas

Esta plantilla corresponde al cálculo de eventuales daños producto del incumplimiento, deberá analizarse para cada caso particular entendiéndose cada compra, cada ítem y cada objeto, en caso de considerarse la incorporación de la cláusula penal, **DEBERÁ SER APLICADA DICHA PLANTILLA POR PARTE DEL ÓRGANO TÉCNICO**, a fin de que, considerados los elementos atrás indicados y realizado el razonamiento correspondiente, se incorporen los puntajes según el objeto analizado, de forma tal que, la herramienta es la llamada a calcular, el porcentaje que corresponde al objeto en análisis y que NO podrá sobrepasar el 25% máximo establecido por el marco que regula la materia.

Para su llenado debe observarse lo señalado en la Guía para la determinación de la Cláusula Penal en los procedimientos de Contratación Administrativa en la CCSS. Tanto la Guía como esta plantilla deben incorporarse como parte del cartel de la contratación.

Análisis para Aplicación de Cláusulas Penales

- Cálculo del Porcentaje por Rebajar por cada día de atraso:

$$\text{Porcentaje por Rebajar} = \frac{\text{Porcentaje legal máximo de rebajo}}{\text{Rango de Tolerancia}}$$

$$\text{Porcentaje por Rebajar} = \frac{25}{\text{Rango de Tolerancia}}$$

- Cálculo del Rango de Tolerancia: (Resultado en Días Hábiles)

$$\text{Rango de Tolerancia} = [\text{Días Mes} - (\text{Días Mes} * \text{Nivel de Afectación } \%)]$$

$$\text{Rango de Tolerancia} = [30 - (30 * \text{Nivel de Afectación } \%)]$$

- Cálculo del Nivel de Afectación: (Resultado en Horas)

$$\text{Nivel de Afectación} = \sum \text{Horas Administrativas} + \text{Horas Técnicas} + \text{Criticidad}$$

Ahora bien, en relación al porcentaje **POR DÍA DE ATRASO PARA CADA CASO CONCRETO**, cabe destacar, tal como se explicó líneas atrás, que el mismo va a depender de la **valoración e inversión** que tenga que realizar la institución mediante sus Órganos Técnicos Especializados, sobre el nivel de afectación e impacto que el incumplimiento de dicho bien pueda causar en la población. Derivando estas valoraciones Ver Guía y sus anexos para el llenado de esta plantilla