

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

24/02/2021

11:54:01

sp01re90

Código 2 54 02 0406 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0013

AUDIFONO RETROAURICULAR PARA PERDIDA AUDITIVA DE LEVE A MODERADAMENTE SEVERA.

AUDÍFONO RETROAURICULAR PARA PÉRDIDA AUDITIVA DE GRADO LEVE A MODERADAMENTE SEVERO

CÓDIGO: 2-54-02-0406

DESCRIPCION:

Descripción: Audífono que se coloca sobre la oreja y se acopla en el conducto auditivo externo mediante un molde auditivo anatómico, que permita la ayuda al paciente con pérdidas auditivas que se encuentre entre los niveles de leve a moderadamente severo en el oído(s) prescrito(s), con base en la normativa de la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 2015, entendiéndose pérdida auditiva de leve a moderadamente severo los niveles de 25 decibeles a 70 decibeles; y que cumpla con las siguientes características:

CARACTERISTICAS TECNICAS

- * Prótesis auditiva (audífono) donde el micrófono capta la señal acústica y la convierte a una señal análoga y posteriormente a una señal digital utilizando algoritmos del software para manipular las características electroacústicas del mismo y convertir la señal nuevamente en una forma análoga que saldrá del audífono como señal acústica por medio del receptor.
- * Prótesis auditiva (audífono) controlado digitalmente con procesamiento digital de la señal, cuyos parámetros están bajo el control de la computadora y el software específico de la marca.
- * Audiometría in situ
- * Prótesis auditiva (audífono), con ocho (8) canales como mínimo, cuyo procesamiento sea independiente.
- * Cuatro (4) programas auditivos (memorias de audición para diferentes ambientes, incluido telebobina) como mínimo.
- * Sistema para el procesamiento adaptativo de la señal para el ruido y el habla.
- * Sistema para reducción del ruido de fondo, reducción del ruido del micrófono y bloqueo de viento
- * Sistema para el registro de datos y uso de la prótesis auditiva.
- * Sistema para la cancelación de la retroalimentación (feedback).
- * Sistema limitador de la ganancia de acuerdo a las necesidades del paciente.
- * Sistema de Compresión (WDRC, EDRC u otros).
- * Sistemas multimicrófono (poseer micrófono direccional, omnidireccional y función combinada).
- * Sistema de Aclimatización/adaptación auditiva para usuarios de primera vez.
- * Señal de pila agotada
- * Regulador de volumen y control del volumen (manual o software)
- * Pulsador del selector de programa (manual o software), y la señal del cambio del programa
- * Conectividad: Compatibilidad con accesorios propios de marca, activación o programación remota.

* RANGO DE COBERTURA FRECUENCIAL:

Debe estar en el rango frecuencial de 200 Hz a 6000 Hz. como mínimo.

* RANGO DE COBERTURA DE HIPOACUSIA:

Que cubra pérdidas auditivas de leve a moderadamente severo

PRESENTAR CON LA OFERTA:

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

24/02/2021

11:54:01

sp01re90

Código 2 54 02 0406 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0013

AUDIFONO RETROAURICULAR PARA PERDIDA AUDITIVA DE LEVE A MODERADAMENTE SEVERA.

1- Adjuntar original, fotocopia certificada o carta de aprobación del Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico, así como sus anexos (cuando corresponda) los cuales deberán estar vigentes desde el momento de la apertura, así como durante todo el proceso de la contratación hasta su entrega total. En caso de que el Registro Sanitario de Equipo y Material Biomédico esté en proceso de vencerse, será responsabilidad del oferente realizar los trámites de renovación dentro un período que no afecte el proceso de la contratación, así como las entregas, es decir, deberá estar siempre vigente ante la Caja Costarricense de Seguro Social. El Registro Sanitario debe coincidir con el producto ofertado, proveedor y registrante. En caso de no coincidir el registrante, adjuntar oficio del ente rector que acredite su condición de distribuidor autorizado en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 34482-S.

2- Para el molde auditivo: Adjuntar Certificación emitida por la casa fabricante donde se describa que el material utilizado es hipoalergénico.

3- FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO: Documento emitido por el fabricante el cual deberá indicar datos técnicos, características electroacústicas del modelo especificado en el documento, rango frecuencial, descripción del producto ofertado.

4- CERTIFICACION DE NORMAS:

Todas las especificaciones técnicas (medición de datos electroacústicos) sea acoplador 2 cc y/o simulador de oído deberán estar respaldadas mediante certificación donde se compruebe que cumple con las normas ANSI S3.22:2014 (American National Standard Institute) y/o IEC 118-7:2005 (International Electrotechnical Commission). Deberán presentarse en original o fotocopia debidamente certificada por notario público. Además, los certificados deben venir en idioma español, de venir en otro idioma, debe de acompañarse por traducción oficial al español.

5- Presentar catálogos o literatura original del producto ofrecido en idioma español o inglés con traducción oficial al español, donde se visualice cada uno de los códigos o números de referencia de los productos ofertados.

6- Todos los certificados anteriormente solicitados deberán presentarse en original o fotocopia debidamente certificada por notario público. Además, los certificados deben venir en idioma español, de venir en otro idioma, debe de acompañarse por traducción oficial al español.

7- Solo se permitirá la presentación de ofertas bases.

EMPAQUE PRIMARIO:

Empaque individual de plástico sólido, donde debe venir la audioprótesis con sus accesorios de limpieza y uso, que lo mantenga protegido de golpes. El material del empaque ofrecido deberá asegurar la integridad de la prótesis y accesorios.

Debe de tener impreso de fábrica y en idioma español lo siguiente: Marca, modelo, serie, nombre del producto con sus características y fecha de fabricación, país de origen, nombre del fabricante, código institucional 2-54-02-0406. Datos personalizados del paciente (nombre, número de identificación)

6- MUESTRAS:

REPORTE NO DEFINIDO

Código 2 54 02 0406 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0013

AUDIFONO RETROAURICULAR PARA PERDIDA AUDITIVA DE LEVE A MODERADAMENTE SEVERA.

Debe presentarse una muestra exacta del modelo y marca de la prótesis auditiva ofertada. Además, deberá de aportarse todos los elementos necesarios (en caso de requerirse: cables y/o zapatas, y baterías) que permitan la verificación de las características electroacústicas en el software de programación (incluyendo la guía emitida del fabricante, donde se detallen la localización de cada una de las características a evaluar). El software deberá de ser entregado dentro del mismo paquete que contendrá la muestra, en un dispositivo USB. En la oferta se deberá de detallar las condiciones mínimas que debe tener el equipo (computadora) para correcto funcionamiento del programa.

6.2- TIPO DE PRUEBAS QUE SE VA A REALIZAR A LAS MUESTRAS

6.2.1: Las muestras serán analizadas organolépticamente por los miembros de la comisión, el tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos. al referirse a las propiedades organolépticas, estas son las que se perciben con los órganos de los sentidos, como la textura, el color, el peso, consistencia, elasticidad, el tamaño, según corresponda. Además, se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de longitud y de volumen, (mediante instrumentos como regla, lupa, centímetro, estetoclip, según corresponda) para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridos

6.2.2 PRUEBAS DE LABORATORIO U OTROS:

- 1- Corroboración de que la prótesis enciende y apaga
- 2- Corroboración de las características electroacústicas por medio del software de programación.

6.3 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS:

6.3.1 METODOLOGIA PARA PRUEBAS ORGANOLEPTICAS

Las pruebas organolépticas realizadas por parte de los miembros de la comisión técnica corresponden a:

- Verificación de muestra, mismas que deberá coincidir con las características, el numero de referencia y modelo detallados en la oferta.
- Análisis organoléptico se realizará al momento de análisis de las ofertas.

6.3.2 METODOLOGIA PARA PRUEBAS LABORATORIO U OTROS:

- 1- Por medio de un estetoclip, se verificará que la prótesis encienda y apague
- 2- Con base en la guía emitida por el fabricante de la prótesis, y suministrada por el oferente, se procederá a realizar la verificación de cada una de las características electroacústicas detalladas en esta ficha técnica, mismas que deberán coincidir con las que se encuentren presentes en el software de programación. Para dicha tarea, se utilizará el equipo instalado en la Sub Area de Investigación y Evaluación de Insumos.

6.4 OTRAS CONSIDERACIONES:

La presentación de las muestras es indispensable dado que se trata de artículos destinados a la preservación de la salud de la población, donde la verificación de las especificaciones contra la muestra que se presenta es necesario para la adquisición de un producto de máxima calidad sin ningún riesgo para la salud.

C.C.S.S.
REPORTE NO DEFINIDO
REPORTE NO DEFINIDO

24/02/2021

11:54:01

sp01re90

Código 2 54 02 0406 Nivel de Usuario X Versión Ficha Técnica: 0013

AUDIFONO RETROAURICULAR PARA PERDIDA AUDITIVA DE LEVE A MODERADAMENTE SEVERA.

La no presentación de la muestra producirá un impacto negativo en la prestación de los servicios de salud, ya que la ausencia de las mismas imposibilita la certeza en el producto que se desea recomendar, lo cual puede acarrear desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economías de escala, así como la respectiva exclusión de la oferta, en caso de no presentar la muestra con todos los elementos necesarios para su análisis y verificación por parte de este ente técnico.

En caso de que, durante el análisis organoléptico de cualquiera de las muestras, se presente duda razonable sobre la cantidad y seguridad física y/o biológica del producto en cualquiera de sus partes se solicitara enviar el artículo a un análisis especializado hecho por un laboratorio certificado por el ente costarricense de acreditación, que verifique y certifique los aspectos puestos en duda sobre las características del producto, todo este proceso con cargo al oferente.

La muestra del proveedor que resulte adjudicado (contratista), se mantendrá en custodia en la Sub Área de Investigación y Evaluación de insumos para verificar homogeneidad en cada ingreso de la mercadería a la caja costarricense de seguro social, el resto de las muestras podrán ser retiradas de acuerdo al plazo establecido en el Artículo 57 del reglamento a la ley general de contratación administrativa.

COMISION TECNICA DE NORMALIZACION Y COMPRAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y AUDIOLOGIA

Dr. Max Ortuño Lizano

Dr. Johan León Ulate

Msc. Randy Camacho Rojas

Dra. Valeria Rees Alpízar

Bach. Karen Villalobos Bermudez