



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

Código Institucional: 2-54-02-0407

Seleccione la opción que corresponde:

La Modificación de la Ficha técnica es realizada por la(s) siguiente(s) razón(es):

- (x) Por valoración de oficio del ente técnico
() Solicitud realizada por terceros (usuarios internos y/u oferentes)
() Solicitud planteada mediante recurso de objeción

Las modificaciones corresponden a:

- () Correcciones ortográficas o de redacción (cambios de forma)
(x) Actualización de datos técnicos de los artículos (cambios de fondo)
(x) Ampliación de especificaciones técnicas (cambios de fondo)

Descripción en ficha técnica anterior	Modificación realizada en ficha vigente
SE INCLUYE ESPECIFICACION TECNICA	*Audiometría in situ
* Conectividad: Compatibilidad con accesorios propios de marca	* Conectividad: Compatibilidad con accesorios propios de marca, activación o programación remota.
3- FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO: deberá indicar datos técnicos, rango frecuencial, descripción del producto.	3- FICHA TECNICA DEL PRODUCTO OFERTADO: Documento emitido por el fabricante el cual deberá indicar datos técnicos, características electroacústicas del modelo especificado en el documento, rango frecuencial, descripción del producto ofertado.
SE INCLUYE ESPECIFICACION TECNICA	7- Solo se permitirá la presentación de ofertas bases.
SE INCLUYE ESPECIFICACION TECNICA	6- MUESTRAS: Debe presentarse una muestra exacta del modelo y marca de la prótesis auditiva ofertada. Además, deberá de aportarse todos los elementos necesarios (en caso de requerirse: cables y/o zapatas, y baterías) que permitan la verificación de las características electroacústicas en el software de programación (incluyendo la guía emitida del fabricante, donde se detallen la localización de cada una de las características a evaluar). El software deberá de ser entregado dentro del mismo paquete que contendrá la muestra, en un dispositivo USB. En la oferta se deberá de detallar las condiciones mínimas que debe tener el equipo (computadora) para correcto funcionamiento del programa. 6.2- TIPO DE PRUEBAS QUE SE VA A REALIZAR A LAS MUESTRAS 6.2.1: Las muestras serán analizadas organolépticamente por los miembros de la comisión, el tipo de prueba se realiza mediante los órganos de los sentidos. al referirse a las propiedades



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

Descripción en ficha técnica anterior	Modificación realizada en ficha vigente
	<p>organolépticas, estas son las que se perciben con los órganos de los sentidos, como la textura, el color, el peso, consistencia, elasticidad, el tamaño, según corresponda. Además, se utiliza el sistema métrico decimal, medidas de longitud y de volumen, (mediante instrumentos como regla, lupa, centímetro, estetoclip, según corresponda) para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el acatamiento para la finalidad que serán adquiridos</p> <p>6.2.2 PRUEBAS DE LABORATORIO U OTROS:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Corroboración de que la prótesis enciende y apaga2- Corroboración de las características electroacústicas por medio del software de programación. <p>6.3 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS:</p> <p>6.3.1 METODOLOGIA PARA PRUEBAS ORGANOLEPTICAS</p> <p>Las pruebas organolépticas realizadas por parte de los miembros de la comisión técnica corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verificación de muestra, mismas que deberá coincidir con las características, el numero de referencia y modelo detallados en la oferta.- Análisis organoléptico se realizará al momento de análisis de las ofertas. <p>6.3.2 METODOLOGIA PARA PRUEBAS LABORATORIO U OTROS:</p> <ol style="list-style-type: none">1- Por medio de un estetoclip, se verificará que la prótesis encienda y apague2- Con base en la guía emitida por el fabricante de la prótesis, y suministrada por el oferente, se procederá a realizar la verificación de cada una de las características electroacústicas detalladas en esta ficha técnica, mismas que deberán coincidir con las que se encuentren presentes en el software de programación. Para dicha tarea, se utilizará el equipo instalado en la Sub Area de Investigación y Evaluación de Insumos. <p>6.4 OTRAS CONSIDERACIONES:</p> <p>La presentación de las muestras es indispensable dado que se trata de artículos destinados a la</p>



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

Descripción en ficha técnica anterior	Modificación realizada en ficha vigente
	<p>preservación de la salud de la población, donde la verificación de las especificaciones contra la muestra que se presenta es necesario para la adquisición de un producto de máxima calidad sin ningún riesgo para la salud.</p> <p>La no presentación de la muestra producirá un impacto negativo en la prestación de los servicios de salud, ya que la ausencia de las mismas imposibilita la certeza en el producto que se desea recomendar, lo cual puede acarrear desabastecimiento y compras desconcentradas que no se ajustan a economías de escala, así como la respectiva exclusión de la oferta, en caso de no presentar la muestra con todos los elementos necesarios para su análisis y verificación por parte de este ente técnico.</p> <p>En caso de que, durante el análisis organoléptico de cualquiera de las muestras, se presente duda razonable sobre la cantidad y seguridad física y/o biológica del producto en cualquiera de sus partes se solicitara enviar el artículo a un análisis especializado hecho por un laboratorio certificado por el ente costarricense de acreditación, que verifique y certifique los aspectos puestos en duda sobre las características del producto, todo este proceso con cargo al oferente.</p> <p>La muestra del proveedor que resulte adjudicado (contratista), se mantendrá en custodia en la Sub Área de Investigación y Evaluación de insumos para verificar homogeneidad en cada ingreso de la mercadería a la caja costarricense de seguro social, el resto de las muestras podrán ser retiradas de acuerdo al plazo establecido en el Artículo 57 del reglamento a la ley general de contratación administrativa.</p>

Indicar si el cambio favorece a la Institución respecto a la funcionabilidad del objeto a contratar; es decir; como mejora la calidad del producto en beneficio del usuario final?

No aplica

Las características modificadas corresponden a:

- (x) Aspectos esenciales y/o sustantivos del objeto de compra.
- () Aspectos de cumplimiento deseable del objeto de compra (mejora del objeto)*

****Considerando el posible impacto económico que la mejora pueda implicar, en caso de ser un aspecto deseable, se deberá de incluir tabla de ponderación en donde el precio sea el elemento de mayor peso porcentual (debiendo atenderse este aspecto de acuerdo a la normativa vigente)***

En caso de que las modificaciones correspondan a aspectos esenciales y/o sustantivos del objeto, impactan al registro de proveedores en los siguientes aspectos:



JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS

- Excluye la participación de oferentes registrados actualmente* () SI (x) NO
- Direcciona las especificaciones a un solo oferente* () SI (x) NO
- Amplia la cartera de posibles oferentes (no registrados) (x) SI () NO

****En caso de limitar o dirigir las especiaciones técnicas, de frente a valorar el costo en razón del beneficio que traería el producto para la Institución y al usuario final, se deberá de justificar ampliamente dicha modificación, aportando además los elementos que hoy hacen imposible la utilización del insumo con las características anteriores de frente a la nueva ficha técnica modificada.***

LA COMISIÓN TÉCNICA EXPRESA QUE EL CAMBIO PROPUESTO A LA FICHA TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A ESTE DOCUMENTO, CONSTITUYE UN CUERPO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CLARAS, SUFICIENTES, CONCRETAS, OBJETIVAS Y AMPLIAS EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR Y QUE POR LO TANTO SE CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LA ACTIVIDA CONTRACTUAL

Atentamente

**COMISIÓN TÉCNICA DE NORMALIZACIÓN Y COMPRAS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y
AUDIOLOGÍA**

Ausente

Dr. Max Ortuño Lizano

Msc. Randy Camacho Rojas

Dr. Johan León Ulate

Dra. Valeria Rees Alpízar

Bach. Karen Villalobos Bermudez



GERENCIA LOGÍSTICA
ÁREA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS
SUB-ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSUMOS

JUSTIFICACIÓN A MODIFICACIONES DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS MÉDICOS