



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**

21 de enero 2020

**SCASC-012-2020**

**Señores Proveedores**

**ASUNTO:** Aclaración para el proceso 2020CD-000010-2102 correspondiente a  
"CANASTA TIPO RED PARA EXTRACCION DE POLIPOS".

Estimados señores:

Para lo que corresponda y como aclaración en las especificaciones Técnicas para el Cartel indicado en el Asunto; adjunto copia del oficio SG-018-2020, suscrito por la Dra. Giselle Vindas Murillo, Jefe Servicio de Gastroenterología, Hospital San Juan de Dios.

No omito manifestar, que demás condiciones se mantienen invariables.

Agradeciendo lo anterior, suscribe,

Mba. Daniel Castro Vargas  
Jefe a.i., Sub Área de Contratación Administrativa



Archivo

Giselle Murillo


**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Hospital San Juan de Dios  
Jefatura de Gastroenterología  
Teléfonos: 2547-8000 Ext. 8351

**SG-018-2020**

20 de enero del 2020

Máster

Daniel Castro Vargas

**Coordinador**

Sub-Área de Contratación Administrativa

**Área de Gestión de Bienes y Servicios**

Estimado MBA Castro:

En respuesta a oficio SCASC-003-2020 del 20 de enero 2020 sobre aclaración al proceso Licitario 2020CD-000010-2102 correspondiente a "Canastas tipo Red para Extracción de Pólipos" le informamos lo siguiente:

Esta Jefatura acepta modificar para el ítem 2 la medida de la vaina de 2.3 a 2.5mm de diámetro, de acuerdo a lo presentado por la casa comercial.

Sin otro particular, se suscribe

Atentamente,

Dra. Giselle Vindas Murillo

Jefe Servicio de Gastroenterología



Archivo

HOSP. SAN JUAN DE DIOS

A.G.U.S-RECEPCION

21/ENE/2020 AM 7:52

*Carlos Bolaños Villalobos*