



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Lunes 27 de enero del 2020

SCASC-032-2020

Sr.
Proveedor

ASUNTO: Solicitud de modificación al cartel 2020CD-000041-2102

En respuesta a oficios de modificación al cartel, la Dra. Eugenia Cruz Harley en oficio Adm-SC-026-2020 se manifiesta al respecto, la cual se anexa a la presente. De igual manera se estará notificando este oficio vía fax a todos los potenciales oferentes interesados en participar en este concurso.

Por otro lado se le informa que la fecha del acto de apertura se modifica quedando para el día jueves 30 de enero de 2020, a las 07:30 horas

Agradeciendo lo anterior, suscribe

MBA. Daniel Castro Vargas.
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa



Cc.
Archivo/jcpl



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Jefatura Servicio de Cirugías

27 de enero de 2020
Adm-SC-026-2020

Master
Daniel Castro Vargas
Coord. Sub Área de Contratación Administrativa

HOSP. SAN JUAN DE DIOS
P.O. BOX-RECEPCION
27/ENE/2020 11:20
Carlos Daniel Castro Vargas

Asunto: Aclaración al cartel 2020CD-000041-2102

Estimado Señor:

En atención a oficio SCASC-018-2020, una vez revisada las notas presentadas por las casas comerciales Optilez INC S.A. y Insumed, le manifiesto lo siguiente:

Ítem #5: Ambas empresas solicitan modificar el largo total de la tijera, lo cual aceptamos el rango de 108 a 114mm, para que ambas empresas puedan participar. Con respecto al largo de la hoja se acepta las dos medidas propuestas por la casa comercial Optilez.

Ítem #9: Para la pinza capsulorrexis utrata se hace la aclaración que debe ser 11mm (+/-1mm) la longitud de la mandíbula y la longitud total debe ser de 110mm de largo.

Ítem #10: En cuanto al gancho cortador de núcleo tipo seibel aceptamos que la medida sea 120mm +/-2mm.

Ítem #11: Para la pinza Putterman se acepta que sea en titanio, ya que es una mejora tecnológica.

Ítem #12: La pinza intraocular bishop harmon se acepta la modificación que piden en cuanto al tamaño de los dientes.

Ítem #13: Gancho manipulador de Drysdale se acepta que la longitud sea de 121mm +/-1mm y se acepta la punta pulidora de capsula.

Ítem # 18: Sonda Pigtail en cuanto al rango de longitud total puede ser de 140 a 146mm, con respecto al material aceptamos que sea de acero inoxidable o titanio.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Jefatura Servicio de Cirugías

Ítem #19: Tijera Gills Welsh Vannas se acepta el rango de longitud total de 86mm +/- 3mm.

Atentamente,

Dra. Eugenia Cruz Harley
Jefe Servicio de Oftalmología



MJJ

Ci: Archivo