



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Jefatura Servicio de Cirugías

28 de febrero de 2020
Adm-SC-066-2020

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez

Coord. Sub Área de Contratación Administrativa

Asunto: Aclaración al cartel 2020CD-000107-2102

Estimado Licenciado:

En atención a oficio SCASC-068-2020, una vez revisada la nota remitida por la casa comercial Optilez INC S.A., se determina:

Ítem #5: Para el gancho con angulación de 90°, se acepta que la medida de longitud sea de 16cm +/-0.8cm.

Ítems #13 y 14 no se acepta lo presentado, debido a que no especifican las características que se quieren modificar.

Atentamente,

Dra. Etilma Aguilar Víquez
Jefe a.i. Servicio de Otorrinolaringología

MJJ

Ci: Archivo



HOSP. SAN JUAN DE DIOS

A.G.O.-RECEPCION

28/FEB/2020 PM 1:05

Carlos Andrés Araya Jiménez