



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Juan de Dios  
Área de Gestión de Bienes y Servicios  
Sub Área de Contratación Administrativa  
Teléfonos: 2547-8283

**175** | HOSPITAL  
ANIVERSARIO | **San Juan de Dios**

25 de Marzo del 2020  
**SCA-SC-151-2020**

Señores  
Proveedores


**ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel 2020CD-000165-2102 “Dilatadores Castroviejo / Tijeras Cannas y Westcott”.**

Estimados Proveedores:

En respuesta a petición de modificación al cartel realizada por la empresa **EUROCIENCIA S.A**, adjunto oficio **Adm-SC-095-2020**, suscrito por el Dra. Eugenia Cruz Harley, Jefe Servicio de Oftalmología, en el cual se refiere a la petición realizada. (Se adjunta documento folio 51).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día 27 de marzo del 2020 a las 12:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

  
Lic. Andrés Araya Jiménez  
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa



Archivo  
2020CD-000165-2102  
Denís S



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Jefatura Servicio de Cirugías



25 de marzo de 2020  
Adm-SC-095-2020

Licenciado  
Andrés Araya Jiménez  
**Coord. a.i. Sub Área de Contratación Administrativa**

Asunto: Aclaración y modificación al proceso de compra 2020CD-000165-2102

Estimado Licenciado:

En atención a oficio SCA-SC-0141-2020, se revisa la documentación presentada por la casa comercial EUROCIENCIA, S.A., y se determina:

Ítem 2 y 3: No se acepta el rango de lo solicitado, debido a que si se disminuye o se amplía el rango de la medida a más de 4mm o 5mm que es lo que están pidiendo, esta modificación si afecta el tamaño del instrumento y el fin para lo que se requiere.

El catálogo se solicita que las casas comerciales lo entreguen de la siguiente manera: Catálogo en español o copia certificada por un notario público de los ítems solicitados. No se acepta material bajado de internet.

Con respeto al tiempo de entrega no se acepta lo solicitado y se mantiene el plazo indicado.

**Atentamente,**

Dra. Eugenia Cruz Harley  
**Jefe Servicio de Oftalmología**



MJJ

Ci: Archivo