



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

San José, jueves 26 de marzo del 2020

SCASC-158-2020

Señores
Proveedores

ASUNTO: Respuesta a solicitud de aclaración-modificación al cartel 2020CD-000169-2102

Estimado Señor:

En respuesta a petición de modificación al cartel nota, adjunto oficio 077-2020-COMF-HSJD, suscrito por el Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca, Jefe del Departamento de Cirugía Oral, Maxilo Facial y Ortodoncia, quien se refiere a la petición realizada por su representada. (Se adjunta documento folios 91 y 92).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día lunes 30 de marzo del 2020 a las 09:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe


26/3/2020

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador de la Sub Área de Contratación Administrativa



Cc.
Archivo/caro

ss

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 SERVICIO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL Y ORTODONCIA
 JEFE DE SERVICIO: Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca
 TEL: 2547-8000, EXT: 8146
 APARTADO No 1475-1000



077-2020- COMF-HSJD

25 de Marzo 2020

Licenciado
 Carlos Andrés Araya Jiménez
 Coordinador
 Sub Área de Contratación Administrativa
 Hospital San Juan de Dios

ASUNTO: SOLICITUD DE CRITERIO PARA MODIFICACION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estimado licenciado

En respuesta a su nota SCASC-0149-2020 generada a partir del oficio AC-125-2020 firmado por el señor Nerio David Mavarez Iriarte, representante de la compañía Eurociencia en donde solicita modificación de especificaciones de dos insumos, ítem 7 e ítem 9 del procedimiento licitatorio 2020CD-0149-2020 a saber:

Para el ítem # 7: Se solicita ampliar el rango de longitud del instrumento, cuya especificación se estableció entre 19 a 22 cm, toda vez que el proveedor en marras oferta el insumo con una longitud de 17.5 cm.

Resolución.

Una vez analizada la solicitud se acepta la misma, de tal manera que las especificaciones técnicas para dicho insumo se modifican de la siguiente manera:

ITEM 7. 2 48 01 0422

Empacador para gasa tipo Luniatscheck de 17 a 22 cm de longitud, de doble punta activa.

Empacador de Gasa

Del tipo Luniatscheck

17 a 22 cm de longitud

En acero inoxidable grado médico

Debe de tener dos extremos o partes activas que sean aplanadas

Esterilizable a temperatura entre 132 y 135 grados centígrados

Para el ítem # 9: Se solicita ampliar el rango del diámetro interno en el rango de 2.0 a 3.3 mm.

Resolución.

Una vez analizada la solicitud se acepta la misma, de tal manera que las especificaciones técnicas para dicho insumo se modifican de la siguiente manera:

Carlos Bolaños Villalobos

HOSP. SAN JUAN DE DIOS

R.G.B.S-RECEPCION

25/MAR/2020 PM 2:51

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 SERVICIO DE CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL Y ORTODONCIA
 JEFE DE SERVICIO: Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca
 TEL: 2547-8000, EXT: 8146
 APARTADO No 1475-1000



077-2020- COMF-HSID

ITEM 9. 2 48 01 1212 Boquillas para aspiración de ojo lateral, calibre 8 o 10, esterilizable, acero quirúrgico

Cánulas de aspiración quirúrgicas.

Tipo Frazier

Que tengan un calibre entre 8 y 10 mm

Agujero de parte activa debe de tener un diámetro entre 2.0 y 3.3 mm

En acero inoxidable grado médico

Que puedan esterilizarse entre 132 y 135 grados centígrados

Agradeciendo de antemano la atención, se despide atentamente

Dr. Rodolfo Gamboa Montes de Oca
 Jefe
 Depto. De Cirugía Oral, Maxilo Facial y Ortodoncia
 HSJD
 C/c Archivo





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Sub-Area Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-82-83 / Fax: 2258-09-27



SCA-045-2020

23 de marzo de 2020

Señores Proveedores

Presente.

Debido a la situación provocada por la enfermedad del COVID-19, según Decreto ejecutivo 42227-MP-S; por la condición de emergencia y las recomendaciones sanitarias establecidas al efecto, siguiendo la Directriz emanada de la Dirección Técnica de Bienes y Servicios, Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social; Dirección General y Dirección Admirativa y Financiera de este Centro Hospitalario; el Area Gestión de Bienes y Servicios ha tomado la decisión de manera temporal en recibir ofertas por medio de Correo Electrónico, siendo lo idóneo que se remita con firma digital, de no contar el Proveedor con firma digital, serán recibidas con firma física de forma escaneada por medio de correo electrónico. De igual manera, esto no limita lo dispuesto en las Condiciones Administrativas punto 1.1 del Formulario para Presentación de Ofertas.

Para la compra correspondiente, el correo electrónico asignado es: smsolanoo@ccss.sa.cr el mismo corresponde al funcionario asignado en la Sección de Carteles de la Sub-Área de Contratación Administrativa, Área Gestión de Bienes y Servicios.

En caso de que el Pliego Cartelario solicite "MUESTRA", la misma debe ser entregada en la recepción del Area Gestión de Bienes y Servicios en forma física, con al menos 24 horas de antelación a la fecha y hora de recepción de las ofertas.

Con respecto a la presentación de "CATALOGO o LITERATURA" se podrán presentar en forma digital al correo electrónico indicado. De no contar con esta documentación en digital, la misma deberá presentarse de forma física en la recepción del Area Gestión de Bienes y Servicios, con al menos 24 horas de antelación a la fecha y hora de recepción de las ofertas.

En cuanto a los recursos de Objeción, aclaraciones o modificaciones que se deriven de este cartel, se recibirán de la misma manera, vía correo electrónico, manteniendo los plazos de Ley para la interposición de los mismos.

Se aclara que estas nuevas disposiciones se realizaran de **FORMA TEMPORAL** por la situación que enfrenta el país.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CARLOS ANDRES ARAYA JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
CARLOS ANDRES ARAYA
JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.03.24 13:57:34
-06'00'

Lic. Andrés Araya Jiménez
Coordinador, a.i.
Sub Área de Contratación Administrativa