



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-8283

175
ANIVERSARIO

HOSPITAL
**San Juan
de Dios**

29 de abril del 2020
SCA-SC-241-2020

Señores
Proveedores

**ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel
2020CD-000225-2102 "SIERRA ELECTRICA ESTERNAL".**

Estimados Proveedores:

En respuesta a petición de modificación al cartel realizada por la empresa **QUALITY-1**, adjunto oficio N°D.I.-1531-04-2020 suscrito por el Dr. Roger Jiménez Juárez, Jefe Servicio Vascular Periférico, en los cuales se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjunta documentos folios 098-099).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día 05 de mayo del 2020 a las 10:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe


29/4/2020

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Departamento Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118

175
UNIVERSARIO

HOSPITAL
San Juan
de Dios

98

29 de abril del 2020

D.I.-1531-04-2020

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinadora Sub Área de Contratación Administrativa

Gestión de Bienes y Servicios

Wendy
su atención,
respuesta a aclaración
Carteja
29/4/2020

HOSP. SAN JUAN DE DIOS

A.G.B.S.-RECEPCION

29/ABR/2020 PM 3:10

Carlos Bolaños Villalobos

Estimado Señor:

ASUNTO: REPUESTA A OFICIO SCA-SC-236-2020 REFERENTE A RECURSOS DE OBJECCION PARA EL PROCESO LICITATORIO 2020CD-000225-2102 CORRESPONDIENTE A "SIERRA ELÉCTRICA ESTERNAL"

De acuerdo con lo mencionado en el epígrafe, en solicitud de aclaración por parte de la empresa QUALITY-1, se aclara lo siguiente:

Especificaciones técnicas

Punto 2.9: "Velocidad de perforación 16000 rpm como mínimo".

Se solicita: Definir rango de oscilación de 0-11000 rpm en corte.

Léase correctamente:

Punto 2.9: "Velocidad de oscilación graduable en un rango no menor de 0-11000 rpm en corte".

Punto 3.4: "01 mango en T para fijar laminas dentales".

Punto 3.10: "01 adaptador para sierra sagital".

Se solicita: Aclarar si el servicio necesita de dos acoples iguales, ya que se solicitan dos acoples idénticos en función de corte pero con nombres diferentes.

Léase correctamente:

Punto 3.4: Respecto a este punto, la fiscalización de la compra determina eliminarlo.

Punto 3.10: "01 adaptador para sierra sagital, (con sus respectivos accesorios o llave para fijar hojas de sierra)".



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Departamento Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



99

Sin más por el momento, dispuestos a atender dudas o consultas al respecto, se despiden

Atentamente,


Dr. Roger Jiménez Juárez
Jefe Servicio de Vascular Periférico
Hospital San Juan de Dios




Ing. Juan José Arroyo Hernández
Compras de Equipo Médico
Ingeniería y Mantenimiento



Ci Expediente de Compra 2020CD-000225-2102
Archivo