



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Juan de Dios  
Área de Gestión de Bienes y Servicios  
Sub Área de Contratación Administrativa  
Teléfonos: 2547-8283

**175** | HOSPITAL  
ANIVERSARIO | San Juan  
de Dios

06 de mayo de 2020  
**SCA-SC-257-2020**

Señores  
Proveedores


**ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel 2020CD-000234-2102 "LAMPARA CIELITICA DE UNA CUPULA".**

Estimados Proveedores:

En respuesta a peticiones de modificaciones al cartel realizadas por las empresas **MEDITEK S.A y EUROCIENCIA COSTA RICA**, adjunto oficio D.I.-1586-04-2020 suscrito por el Dr. Zenén Zeledón Morales, Jefe Servicio Oncología Quirúrgica e Ing. Juan Jose Arroyo Hernandez, en los cuales se refieren a las peticiones realizadas. (Se adjunta documento folios 111 al 116).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se mantiene para el día 08 de mayo del 2020 a las 13:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

  
6/5/2020



Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez  
**Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa**



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Hospital San Juan de Dios  
Departamento Ingeniería y Mantenimiento  
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



05 de mayo del 2020

D.I.-1586-04-2020

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa

Gestión de Bienes y Servicios

Estimada Señor:

**ASUNTO: REPUESTA A OFICIOS N°SCA-SC-0251-2020 Y SCA-SC-0253-2020 REFERENTE A  
RECURSOS DE OBJECION PARA EL PROCESO LICITATORIO 2020LA-000234-2102  
CORRESPONDIENTE A "LÁMPARA CIELÍTICA DE UNA CUPULA".**

De acuerdo con lo mencionado en el epígrafe, en solicitud de aclaración por las empresas MEDITEK S. A. y EUROCIENCIA COSTA RICA respectivamente, por parte de los fiscalizadores de la compra, se aclara lo siguiente:

**REQUISITOS ADMINISTRATIVOS**

1. La empresa debe contar y adjuntar con la oferta los siguientes requerimientos para su participación:
  - b. Presentar un mínimo de **dos facturas**, órdenes de compra o contratos con antigüedad de 5 años en donde se demuestre la experiencia del oferente en la venta de **lámparas cielíticas (quirúrgicas) de la marca ofertada aun cuando los modelos sean anteriores**, en Instituciones Públicas y Privadas Nacionales. La documentación presentada debe señalar claramente la fecha, el centro asistencial y debe contar con los sellos de cancelación en casos de facturas o bien, vigencia y firma del contrato en caso de las órdenes de compra y contratos.

**La administración se mantiene**, ya que este punto pretende valorar la experiencia del oferente en la venta del equipo ofertado y no de otros equipos de similar complejidad, ya que son unidades vitales para personal médico y el paciente. Cabe mencionar que este requisito lo cumplen varios de los potenciales oferentes para este proceso licitatorio.



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Hospital San Juan de Dios  
 Departamento Ingeniería y Mantenimiento  
 Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



Ante lo expuesto, el incorporar equipos cuya complejidad y soporte al paciente implican tecnologías de punta, ya probadas y utilizadas a nivel nacional nos permite asegurar la estabilidad de los equipos y su adecuado funcionamiento principalmente argumentando este punto en el poder de referencia ya que será un factor determinante para evaluar cuál ha sido la experiencia, funcionamiento y andamiaje al personal en otros centros médicos con la tecnología ya posicionada.

### Especificaciones técnicas

#### Punto 1.6

**Indica:** De diseño aerodinámico para evitar turbulencias del flujo laminar descendente del aire acondicionado del recinto con un valor igual a 36% o menor.

#### **Léase correctamente:**

De diseño aerodinámico para evitar turbulencias del flujo laminar descendente del recinto con un valor igual a 37.5% o menor.

#### Punto 1.9

**Indica:** Con sistema electrónico de control tipo tecla de membrana sellada para el manejo de la intensidad y el ajuste del diámetro del campo luminoso, el diámetro debe estar en un rango de 15cm hasta 40 cm y el control debe estar en la cúpula.

#### **Léase correctamente:**

Con sistema electrónico de control tipo tecla de membrana sellada para el manejo de la intensidad y el ajuste del diámetro del campo luminoso, el diámetro debe estar dentro de un rango de 15cm hasta 40 cm y el control debe estar en la cúpula.

#### Punto 2.4

**Indica:** La Iluminación remanente (residual) con una máscara no menor al 58%.

#### **Léase correctamente:**

La Iluminación remanente (residual) con una máscara no menor al 53%.



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Juan de Dios  
Departamento Ingeniería y Mantenimiento  
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



#### **Punto 2.6**

**Indica:** La Iluminación remanente (residual) con un tubo no menor al 96%.

#### **Léase correctamente:**

La Iluminación remanente (residual) con un tubo no menor al 93%.

#### **Punto 2.7**

**Indica:** La Iluminación remanente (residual) con un tubo y una máscara no menor al 58%.

#### **Léase correctamente:**

La Iluminación remanente (residual) con un tubo y una máscara no menor al 44%.

#### **Punto 2.12**

**Indica:** Índice de irradiación del color Ra: Mínimo 96.

#### **Léase correctamente:**

Índice de irradiación del color Ra: Mínimo 95

#### **Punto 2.14**

**Indica:** Profundidad de iluminación L1+L2 al 20%: No menor de 95cm.

#### **Aclaración:**

En este punto la **administración se mantiene**, ya que la característica solicitada la poseen varios fabricantes en el mercado.

#### **Punto 2.15**

**Indica: MEJORA TECNOLÓGICA:** Al equipo que posea una profundidad de iluminación L1+L2 al 20% de distancia mayor a 98cm se le asignará un porcentaje en la tabla de ponderación de dos por ciento (2%).



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Juan de Dios  
Departamento Ingeniería y Mantenimiento  
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



**Aclaración:**

En este punto la administración se mantiene, ya que las mejoras tecnológicas no son una condición excluyente.

Se adjunta Acta de la visita de campo del equipo en mención realizada el día de hoy.

Sin más por el momento, dispuestos a atender dudas o consultas al respecto nos despedimos

Atentamente,



**Dr. Zenen Zeledón Morales**  
**Jefe Servicio de Oncología Quirúrgica**  
**Hospital San Juan de Dios**



**Ing. Juan José Arroyo Hernández**  
**Compras de Equipo Médico**  
**Ingeniería y Mantenimiento**



CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

### VISITA DE CAMPO

Al ser las 9:00a.m. del día 05 de mayo del 2020 se realiza visita de campo correspondiente a compra de Lámpara Cielítica de una cúpula del Servicio de Oncología Quirúrgica, 2020CD-000234-2102.

#### Empresa (s) asistente (s):

Nombre de Empresa: Arsenio Murillo Madriz  
Representante: Eleinmsa  
Correo electrónico: [amurillo@eleinmsa.com](mailto:amurillo@eleinmsa.com)  
Cédula: 3-0248-0516  
Teléfono: 6296-6945

5/5/2020 Arsenio Murillo M  
10:10 a.m

Nombre de Empresa: Diana Cordero Gómez  
Representante: Mesa Medical  
Correo electrónico: [dcordero@me.co.cr](mailto:dcordero@me.co.cr)  
Cédula: 1-1223-0145  
Teléfono: 2527-0700

05/05/2020 Diana Cordero Gómez  
10:10 am

Nombre de Empresa: Juan José Escobar Alfaro  
Representante: Nutricare  
Correo electrónico: [jescobar@nutricare.co.cr](mailto:jescobar@nutricare.co.cr)  
Cédula: 1-1496-0194  
Teléfono: 8702-0694

05/05/2020 Juan José E  
10:10

Nombre de Empresa: Hugo Araya Paniagua  
Representante: Meditek  
Correo electrónico: [hugo.araya@meditekla.com](mailto:hugo.araya@meditekla.com)  
Cédula: 3-0501-0810  
Teléfono: 8561-7585

05/05/2020 Hugo Araya Paniagua  
10:10 am

#### OBSERVACIONES

1. Se solicita Breaker de atornillar preferiblemente marca SQUARE-D.
2. Parte de la instalación eléctrica viajará a través de un ducto existente y el otro tramo se realizará por medio de tubo EMT.

Los presentes durante la visita de campo mencionada anteriormente firmamos dicho documento como prueba de estar de acuerdo con las observaciones y puntos vistos durante la misma.



CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

**Por Empresa:**

Nombre	Empresa	Firma
Arsenio Murillo Madry	Eleinmsa	
Juan José Escobar	Wtricare	
Diana Cordero Gómez	MESA Medical	
Hugo Araya Paniagua	Medi-tehr	

**Por Hospital San Juan de Dios:**

Nombre	Firma
Ing. David Sánchez Larios	
Ing. Juan José Arroyo Hernández	

imp

