



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-8283

175 HOSPITAL
San Juan
de Dios
ANIVERSARIO

21 de mayo de 2020
SCA-SC-274-2020

Señores
Proveedores

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel
2020CD-000267-2102 "Pipeta Plástica Descartable para Transferir"

Estimados Proveedores:

En respuesta a peticiones de modificaciones al cartel realizadas por la empresa **BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL**, adjunto oficio LRIA-072-2020 suscrito por la Dra. Pamela Loaiza Yee, Jefe Laboratorio de Radioinmunoanálisis, en el cual se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjunta documento).

*** Cabe recalcar que la apertura del expediente se mantiene para el día
25 De Mayo Del 2020 A Las 10:00 Horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe


Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
LABORATORIO DE RADIOINMUNOANALISIS
TELÉFONO: 2547 1000 EXT: 8443**

21 de mayo de 2020
LRIA-072-2020

Dr. José Pablo Marín Gómez
Director de Laboratorio Clínico - HSJD.
Su oficina.

ASUNTO: RESPUESTA A RECURSO DE OBJECCIÓN DE BIOCIENTÍFICA INTERNACIONAL A 2020CD-00267-2102
--

Estimado doctor:

Por medio de la presente lo saludo atentamente y le comunico que con respecto al recurso de objeción de la empresa Biocientífica Internacional oficio DV 264-2020 al cartel de la 2020CD 00267-2102, se hacen las siguientes aclaraciones para responder a la SCA-SC-270-2020, enviada por el Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez, Coordinador de Sub Área de Contratación Administrativa:

Objeción de la empresa:

“Solicitamos se amplíe el rango del volumen de acuerdo a:

- Volumen: 3 a 3.5ml”

Respuesta de la administración:

La administración se allana y acepta la modificación propuesta por la empresa Biocientífica Internacional para que el volumen máximo que pueda contener la pipeta sea entre 3 a 3.5ml, ya que la diferencia de 0.5ml no nos ocasiona problemas de ejecución a la hora de utilizar la pipeta plástica para transferir.

Atentamente,

**PAMELA
LOAIZA YEE
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por PAMELA LOAIZA
YEE (FIRMA)
Fecha: 2020.05.21
13:19:09 -06'00'

Dra. Pamela Loaiza Yee
Jefe Laboratorio de Radioinmunoanálisis.
HSJD.

CC: Lcda. María Luisa Jiménez A. Asistente Administrativa Laboratorio Clínico.
Archivo