



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

San José, lunes 22 de junio del 2020

SCASC-309-2020

Señores  
PROVEEEORES


**ASUNTO:** Respuesta a solicitud de aclaración al cartel 2020CD-000326-2102

Estimado Señor:

En respuesta a petición de amplificación al cartel de las especificaciones técnicas de la compra 2020CD-000326-2102 de la empresa INSUMED, adjunto oficio Adm-SC-165-2020, suscrito por el Dra. Eugenia Cruz Harley, Jefe del Servicio de Oftalmología, quien se refiere a la petición realizada. (Se adjunta documento folio 47).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día miércoles 24 de junio del 2020 a las 14:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

  
23/6/2020

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinador de la Sub Área de Contratación Administrativa



Cc.  
Archivo/caro

ss



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Jefatura Servicio de Cirugías

**175** ANIVERSARIO  
HOSPITAL  
San Juan  
de Dios

22 de junio de 2020  
Adm-SC-165-2020

Licenciado  
Carlos Andrés Araya Jiménez  
**Coord. Sub Área de Contratación Administrativa**

Asunto: Aclaración al proceso de cartel 2020CD-000326-2102 por Anillo tensión capsular

Estimado Licenciado:

En atención a oficio SCASC-306-06-2020, una vez revisada la nota remitida por la empresa Insumed. Se acepta la solicitud planteada por la casa comercial en cuanto a la ampliación de rangos de diámetros de los ítems 1 y 2.

**Atentamente,**

Dra. Eugenia Cruz Harley  
**Jefe Servicio de Oftalmología**



MJJ

Ci: Archivo



**AMPLACION AL CARTEL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPRA DIRECTA 2020CD-000326-2102, PROMOVIDO POR LA SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Señores.  
Caja Costarricense del Seguro Social.  
Sub Área de Contratación Administrativa  
HOSPITAL SAN JUANA DE DIOS

CONCURSO: 2020CD-000326-2102.

OBJETO: Anillos De Tensión

Estimados señores:

En tiempo permitido y oportuno según el Reglamento y la Ley de Contratación Administrativa, quien suscribe **Rodolfo Apéstegui Hoffmaister**, Cedula 1-0682-0804 y en mi condición de Gerente General, con facultades de apoderado generalísimo de la Sociedad de esta plaza denominada **INSUMED INC S.A**, por este medio presento una solicitud de ampliación contra las especificaciones técnicas del cartel de la Contratación Directa 2020CD-0000326-2102, por los siguientes argumentos de hecho y derecho que de seguido paso a exponer:

- En las Generalidades Técnicas del Equipo se solicita:

- ✓ ítem 1° Diámetro 12mm

Solicitamos que se amplíe esta medida, entre 12mm a 12.3mm

Pues la medida solicitada no afecta en nada el procedimiento y la institución tendría más oferentes.

- ✓ ítem 2° Diámetro 14mm

Solicitamos que se amplíe esta medida, entre 14mm a 14.3mm

Pues la medida solicitada no afecta en nada el procedimiento y la institución tendría más oferentes.

Tel: (506) 2296-7422 • Fax: (506) 2296-7424 • info@insumedcr.com •  
www.insumedcr.com

Uruca, frente Hotel Irazú (al otro lado de la pista), entrada contigua a Grupo JCB (Tractores), 100 m este, 15 m sur y 10 m este, edificio gris y azul de 2 plantas. Apdo. Postal: 13349-1000 San José, Costa Rica

**PETITORIA**

1. Solicito a partir de las consideraciones indicadas se acoja el presente recurso de ampliación, así la institución cuente con más Oferentes para esta compra y podrá contar con insumos de gran calidad y adquiridos en muchas instituciones.

Atentamente,  
**P/ INSUMED INC S.A.**

RODOLFO JOSE APESTEGUI  
HOFFMAISTER  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por RODOLFO JOSE  
APESTEGUI  
HOFFMAISTER (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.18  
13:44:17 -06'00'

Sr. Rodolfo Apestegui Hoffmaister,  
Cedula 1-0682-0804  
Representante Legal.

Tel: (506) 2296-7422 • Fax: (506) 2296-7424 • [info@insumedcr.com](mailto:info@insumedcr.com) •  
[www.insumedcr.com](http://www.insumedcr.com)

Uruca, frente Hotel Irazú (al otro lado de la pista), entrada contigua a Grupo JCB (Tractores), 100 m este,  
15 m sur y 10 m este, edificio gris y azul de 2 plantas. Apdo. Postal: 13349-1000 San José, Costa Rica



### Capsular Tension Rings

Model No.	Size		Color
	Open	Compressed	
LR-1300	12.30	10.00	Clear
LR-1400	14.30	12.00	Clear
LR-1300B	12.30	10.00	Blue
LR-1400B	14.30	12.00	Blue

