



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Juan de Dios  
Área de Gestión de Bienes y Servicios  
Teléfonos 25478228 / Fax: 22580927  
Correo electrónico: dmsalazar@ccss.sa.cr



**HOSPITAL**  
**San Juan**  
**de Dios**

\*\*\*\*\*

**26 de junio de 2020**

SCA-SC-316-2020

Dr. Juan Ignacio Silesky Jimenez  
Jefe Servicio Unidad de Cuidados Intensivos  
**Hospital San Juan de Dios**

**ASUNTO:** Solicitud de Modificación / Aclaración para el proceso Licitatorio 2020CD-000343-2102  
correspondiente a "Cánula de Traqueostomía"

Estimado Doctor:

Debido a la situación sanitaria por la enfermedad COVID-19, según Decreto Ejecutivo 42227-MP-S y siguiendo la Directriz emanada de la Dirección Técnica de Bienes y Servicios, Gerencia de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social; Dirección General y Dirección Admirativa y Financiera de este Centro Hospitalario así como el Área Gestión de Bienes y Servicios se ha tomado la decisión de manera **temporal** enviar las solicitudes de Aclaraciones y/o Objeciones presentadas por los Proveedores interesados vía correo electrónico para su valoración y atención de la misma; la cual se debe remitir por el mismo medio con firma Digital ó bien de forma escaneada.

Por tal razón envió documento de aclaración y/o modificación por parte de la Casa Comercial **NUTRICARE** oficio 00149-GCAR-06-2020 con de fecha 26 de junio del 2020 para su atención; y adjunto el cartel creado para su adquisición en caso de requerir consultar el mismo.

Por lo anterior le solicito manifestarse **en un día hábil** posterior al recibido de la presente emitiendo su criterio según corresponda.

Cabe recalcar que la apertura del concurso se programó para el día **02 de julio de 2020** las **08:00** horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe,

Atentamente

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez

**Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa**



**\*\*Nota:** De requerir el expediente, solicitarlo por los medios indicados **\*\***

Correo: dmsalazar@ccss.sa.cr

**PROVEEDOR 7302**  
Oficio 00149-GCAR-06-2020

San Jose, 26 de junio 2020

Señores  
Area de Gestión de Bienes y Servicios  
Hospital San Juan de Dios  
Caja Costarricense de Seguro Social  
Presente.

HOSP. SAN JUAN DE DIOS  
A.G.D.S-RECEPCION  
26/JUN/2020 PM12:00

Asunto: Solicitud modificación al cartel  
Concurso: 2020CD-000343-2102  
Objeto: Cánulas de Traqueostomía

*Carlos Bolaños Villalobos*

Estimados Señores:

Quien suscribe, SILVIA GRILLO GONZALEZ, mayor, divorciada una vez, Secretaria, portadora de la cédula de identidad número uno-seiscientos veintiséis-novecientos setenta, en mi condición de apoderado generalísimo limitado, de la empresa NUTRICARE Sociedad Anónima, sociedad inscrita y vigente de acuerdo con las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-179050, atento manifiesto:

De conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 170 del Reglamento, en tiempo y forma interpongo formal solicitud de modificación al cartel de la compra directa en referencia.

#### LEGITIMACIÓN

La empresa que represento Nutricare Sociedad Anónima, es una Compañía especializada en Cánulas para Traqueostomía, presente en el mercado costarricense desde el año 1996. Somos una de las empresas líderes en ofrecer productos de alta calidad, a través del servicio personalizado de asesores especializados.

El concurso al que se refiere este proceso, versa sobre la contratación de Cánulas de Traqueostomía, la cual es típica y propia de la actividad a las que se dedica mi representada en su giro comercial; y que por años ha sido honrada y reconocida en contrataciones similares tanto en el ámbito dentro del sector público y en el privado.

Es por ello, que mi representada se entiende legitimada para acceder a un cartel que no le limite ni perjudique, al ser sus posibilidades de elección ciertas y probables, producto de vasta experiencia específica entorno al objeto de la Compra Directa.

### **OBJETO DE LA COMPRA DIRECTA**

La Compra Directa 2020CD-000343-2102, "**Canulas para traqueostomia**", es promovida por el Hospital San Juan de Dios (C.C.S.S.)

### **DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SUJETAS A MODIFICACION**

El cartel en las especificaciones técnicas indica que:

El kit debe contener:

Un tubo de traqueostomía, con balón de baja presión provisto de un obturador con sistema de clic, el cual minimice el movimiento en la punta, la cual debe ser de tipo atraumática, la cánula debe ser libre de látex., con lumen de succión integrado ayudando a eliminar las secreciones por encima del balón, con succión subglótica.

- Una cinta hipoalergénica para fijar la cánula al cuello
- Una aguja introductora con catéter de 14ga.
- Una pinza metálica o fórceps
- Una jeringa de 10 ml.
- Un dilatador corto
- Una guía metálica
- Un bisturí
- 2 endo cánulas

Se solicita:

Que las especificaciones se lean correctamente:

El kit debe contener:

Un tubo de traqueostomía, con balón de baja presión provisto de un obturador con sistema de clic, el cual minimice el movimiento en la punta, la cual debe ser de tipo atraumática, la cánula debe ser libre de látex., con lumen de succión integrado ayudando a eliminar las secreciones por encima del balón, con succión subglótica.

- Una cinta hipoalergénica para fijar la cánula al cuello
- Una aguja introductora con catéter de 14ga.
- Una pinza metálica o fórceps
- Una jeringa de 10 mL.
- Un dilatador corto
- Una guía metálica
- Un bisturí

Y por aparte incluir 2 endo cánulas con su respectivo empaque primario estéril.

Empaque primario kit de traqueostomía:

Empaque primario: Este artículo debe venir en kit con todos sus partes y accesorios, empacado de forma estéril (6 meses a partir de la recepción del insumo), individual y hermética, con una cara plástica transparente para visualizar los accesorios del kit. Debe tener claramente indicado el fabricante, país de fabricación, nombre y código del artículo, fecha de vencimiento, las leyendas producto de uso único o descartar después de usar, número de lote, número de referencia y otros datos propios del fabricante.

\*Además, se solicita poner las características del empaque primario de las endo cánulas\*

**Empaque primario endo cánulas:**

**Empaque primario:** Este artículo debe venir empacado de forma estéril (6 meses a partir de la recepción del insumo). Debe tener claramente indicado el fabricante, país de fabricación, nombre y código del artículo, fecha de vencimiento, las leyendas producto de uso único o descartar después de usar, número de lote, número de referencia y otros datos propios del fabricante.

**Justificación:**

La anterior modificación no interviene en el proceso quirúrgico, al contrario, al contar con las endo cánulas por separado y conteniendo de igual manera un empaque primario estéril, damos la opción de poder utilizar las endo cánulas en el momento que se desee sin alterar la esterilidad de las mismas. Ya que una vez se abra el set de traqueostomía los insumos que no se utilizaron deben de ser descartados, con esta opción se mantiene la esterilidad de las endo cánulas para ser utilizadas a necesidad del clínico.

Además de que esto no cuenta con un valor adicional.

Lo anterior garantizando la libre concurrencia, igualdad de oportunidades, equidad, justicia y competencia entre todos los potenciales oferentes.

### PETITORIA

Por los anteriores motivos, solicito que se declare con lugar la presente solicitud por estimarse fundamental los principios constitucionales en materia de contratación de: igualdad de oportunidades, equidad, justicia, competencia, libertad de concurrencia, transparencia; libre, abierta y amplia participación.

### DERECHO

Con base a los hechos antes expuestos fundamento el presente recurso en lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 81,82 de la Ley de Contratación Administrativa; y, en los artículos 2 inciso a, b, d, e, f, g, 16, 170 del Reglamento; En el artículo 182 constitucional, que trae inmerso los principios de seguridad jurídica, buena fe, equidad, igualdad, certeza negocial, y otros.

## NOTIFICACIONES

Las nuestras las atenderemos al correo electrónico:  
[contratacionadministrativa@nutricare.co.cr](mailto:contratacionadministrativa@nutricare.co.cr)

Ruego con el mayor respeto, se resuelva de conformidad

San José, 26 de junio 2020

Atentamente,

Atentamente



Silvia Grillo González  
Apoderada

NUTRICARE S.A.

Notificaciones al correo electrónico: [contratacionadministrativa@nutricare.co.cr](mailto:contratacionadministrativa@nutricare.co.cr)