



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

San José, lunes 6 de julio del 2020

SCASC-324-2020

Señores
PROVEEEORES


ASUNTO: Respuesta a solicitud de aclaración al cartel 2020CD-000354-2102

Estimado Señor:

En respuesta a las solicitudes de aclaración al cartel, adjunto oficio CI.0043-07-2020, suscrito por la Dra. Maureen Murillo Jiménez, Jefe a.i de Sección de Cirugía, quien se refiere a las peticiones sugeridas. Se adjunta documentos folio 49 y 50.

Cabe indicar que la apertura queda invariable para el día miércoles 8 de julio del 2020 a las 10:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe


Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador a.i de la Sub Área de Contratación Administrativa



Cc.
Archivo/caro

ss



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
 Hospital San Juan de Dios
 Sección Cirugía
 Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656
 Correo electrónico: hrival@ccss.sa.cr



06 de julio del 2020
 CL. 0043-07-2020.

Licenciado
 Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador Sub Área Contratación Administrativa
Área de Gestión Bienes y Servicios

ASUNTO: Solicitud de aclaración al cartel 2020CD-000354-2102

Estimado Licenciado:

En atención al oficio SCASC-0322-06-2020 proceso de compra 2020CD-000354-2102 correspondiente a "Porta aguja reusable recta y modular curva", procedo analizar el recurso de objeción presentado por las Casas Comerciales GERARD O. ELSNER LTDA, EUROCIENCIA Y REPRESENTACIONES GMG y concluyó lo siguiente:

Tiempo de entrega: No se encuentra objeción de ampliar el plazo de entrega a 30 días hábiles.

Muestra: Se da el visto bueno para que las casas comerciales presenten una muestra de calidad donde se puede determinar la calidad del material ofertado.

Con respecto a la solicitud de modificación y/o aclaración del ítem #1 porta aguja reusable recta, de 5mm de diámetro x 31 a 36 cm de longitud. Sistema modular mango axial, punta recta, le indico lo siguiente:

- El mango de esta porta aguja puede ser recto o curvo, de fácil manipulación y ergonómico.
- El mango debe ser con seguro.
- Se requiere que el porta aguja tenga inserto de carburo de Tungsteno (no modificable)

Con respecto a la solicitud de modificación y/o aclaración del ítem #2 PORTA AGUJA MODULAR CURVO DE 5MM DE DIAMETRO X 31 A 36 CM DE LONGITUD, MANGO AXIAL, PUNTA CURVA A LA IZQUIERDA, le indico lo siguiente:

- El mango de esta porta aguja puede ser recto o curvo, de fácil manipulación y ergonómico.
- El mango debe ser con seguro.
- Se requiere que el porta aguja tenga inserto de carburo de Tungsteno (no modificable)



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Sección Cirugía
Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656
Correo electrónico: hrival@ccss.sa.cr



Pág. #2

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinador Sub Área Contratación Administrativa

Área de Gestión Bienes y Servicios

Sin otro particular se despide.

Atentamente,

COMISIÓN CIRUGIA LAPAROSCÓPICA



3337
Dra. Maureen Murillo Jiménez
Jefe a.i. Sección Cirugía

Dra. Maureen Murillo Jiménez
Cirujano General
Emergencias UEQ
Cód. 3232 - HSJD

Cc: Archivo
gnd/0043.07.20