

## Kendall Innovadores en Cuidados al Paciente S.A.

800 metros noroeste del paso a desnivel frente a Multiplaza.  
Edificio VMG. Guachipelín de Escazú.  
www.medtronic.com  
Costa Rica  
Tel 506.2293.4854  
Fax 506.2293.4621 – Correo : dl.licitaciones@medtronic.com

San José, 07 de julio del 2020

Señores  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**Dr. Royner Montero Carvajal**  
**Coordinador**  
**Comisión Cirugía Laparoscópica**  
**Presente**

**REFERENCIA: ACLARACIONES AL CARTEL 2020CD-000358-2102**  
**“Pinza Laparoscópica Endograsper”**

Estimados Señores

Por este medio yo, **Gerardo Barrantes Romero**, con **cédula de identidad número 1-0736-0880**, en mi condición de **Apoderado Generalísimo** de mi representada **KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A. (MEDTRONIC)**, **cedula jurídica No. 3-101-211041**, me apersono ante ustedes de la manera más respetuosa, a fin de solicitar las siguientes aclaraciones para el cartel del concurso indicado en la referencia, por los hechos y argumentos que a continuación expongo.

### **LEGITIMACION:**

#### **Artículo 60.- Reglamento a Ley de Contratación Administrativa.**

...” Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración dentro del primer tercio del plazo para presentar las ofertas y serán resueltas dentro de los 5 días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera de ese plazo, podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada...”

### **FUNDAMENTACION TÉCNICA:**

Indica la administración licitante,

Código: 2-12-01-1394

**ITEM 1. PINZA LAPAROSCOPICA ENDOGRASPER DE UN SOLO USO, PINZA DE MANO DE 5MM DE DIAMETRO PARA AGARRE DE TEJIDOS, LONGITUD DE 31(+4) CM CON SISTEMA DE BLOQUEO.**

#### **Especificaciones**

- **Pinza laparoscópica Endograsper de un solo uso.**
- **Pinza de mano de 5mm de diámetro para agarre de tejidos.**
- **Longitud de 31 (+4) cm con sistema de bloqueo en acero inoxidable.**

Al respecto de lo requerido, respetuosamente le solicitamos nos aclare, si se nos permite ofertar la Pinza con el mecanismo de ratchet o sistema de bloqueo plástico y no acero inoxidable como lo pide el cartel.

Considere esa administración licitante, que el cambio solicitado no afecta la funcionalidad del producto y nos permitiría poder presentar oferta al concurso.

**PETITORIA:**

Por los hechos y argumentos expuestos, y con fundamento en el artículo # 60 del Reglamento de Contratación Administrativa, de la manera más respetuosa solicitamos, atender los argumentos expuestos en la presente, e indicarnos la aceptación de la aclaración solicitada.

**Notificaciones: Las atenderemos al correo: [dl.licitacionescr@medtronic.com](mailto:dl.licitacionescr@medtronic.com)**

Agradeciéndoles la atención a la presente; se despide atentamente;

---

**Gerardo Barrantes Romero**  
**Gerente Comercial y Apoderado Generalísimo**  
**KENDALL INNOVADORES EN CUIDADOS AL PACIENTE S.A.**