



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Departamento Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



13 julio del 2020

D.I.-2684-2020

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinadora Sub Área de Contratación Administrativa

Gestión de Bienes y Servicios

Estimado Señor:

**ASUNTO: ATENCION A RECURSO DE OBJECION PARA EL PROCESO
LICITATORIO 2020CD-000373-2102 CORRESPONDIENTE A "COLPOSCOPIO CON
SISTEMA DE VIDEO"**

De acuerdo con lo mencionado en el epígrafe, en solicitud de aclaración por parte de la empresa INSUMED INC S.A., se aclara lo siguiente:

Especificaciones técnicas

Punto 1.2: "Con posibilidad de conectarse a cabezales de cámara con adaptador universal".

Léase correctamente: Cámara integrada al equipo o con capacidad de conectarse a cabezales de cámara con adaptador universal".

Punto 5.1: "Unidad de control de cámara con procesamiento de la señal de video y que realice control del brillo.".

Léase correctamente: "Unidad de control de cámara (se acepta cámara integrada) con procesamiento de la señal de video y que realice control del brillo.".

Punto 6.2: "Monitor grado médico no menor a 22 pulgadas".

Punto 6.4: "Resolución de 1920 x 1200".

La administración se mantiene ya que se necesita un monitor que posea la capacidad de trabajo en un ambiente hospitalario y que garantice imagen de calidad para el usuario.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Departamento Ingeniería y Mantenimiento
Teléfonos: 2547-8387 / Fax: 2223-4118



Sin más por el momento, dispuestos a atender dudas o consultas al respecto, se despiden

Atentamente,



Dr. Zenén Zeledón Morales
Jefe Servicio de Oncología Quirúrgica
Hospital San Juan de Dios



Ing. Juan José Arroyo Hernández
Compras de Equipo Médico
Ingeniería y Mantenimiento

Ci Expediente de Compra **2020CD-000373-2102**
 Archivo