

San José, 10 de julio de 2020

**SOLICITUD DE OBJECCION Y MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CARTEL
COMPRA DIRECTA 2020CD-000373-2102 COLPOSCOPIO CON SISTEMA DE VIDEO, INCLUYE
(MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS).**

**PROMOVIDO POR EL ÁREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SUBÁREA DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**

Estimados Señores.
Caja Costarricense del Seguro Social.
Sub Área de Contratación Administrativa
Servicio de Oncología Quirúrgica
Hospital San Juan de Dios

Presente.

CONCURSO: 2020CD-000373-2102

OBJETO: Colposcopio con Sistema de Video, Incluye (Mantenimiento, repuestos y accesorios)

En tiempo permitido y oportuno según el Reglamento y la Ley de Contratación Administrativa, quien suscribe **Rodolfo Apestegui Hoffmaister**, Cedula 1-0892-0785 y en mi condición de Gerente General, con facultades de apoderado generalísimo de la Sociedad de esta plaza denominada **INSUMED INC S.A**, por este medio presento una solicitud de Objeción y modificación contra las especificaciones técnicas del cartel de la Licitación **2020CD-000373-2102**, por los siguientes argumentos de hecho y derecho que de seguido paso a exponer:

Solicitamos que se amplíen las especificaciones técnicas el siguiente ítem:

1. En el cartel, en las Especificaciones Técnicas

Ítem 01. Colposcopio con Sistema de Video, solicitamos cambiar los puntos:

- **Punto 1.2 Con posibilidad de conectarse a cabezales de cámara con adaptador universal**

Solicitamos que se elimine este punto.

Justificación: cumplimos con todas las características solicitadas de la cámara, ya que nuestro equipo ofrece los sistemas de cámaras de video totalmente integrada y alineadas ópticamente garantizan un rendimiento fiable y consistente, lo cual hace el disfrute de la belleza y la ergonomía del microscopio sin el obstáculo de cables o adaptadores de video externos.

- **Punto 5.1 Unidad de control de cámara con procesamiento de la señal de video y que realice control del brillo**

Que se amplíe a: Unidad de control de cámara integrada con procesamiento de la señal de video y que realice control del brillo

Justificación: ya que nuestro equipo ofrece los sistemas de cámaras de video totalmente integrada y alineadas ópticamente garantizan un rendimiento fiable y consistente, lo cual hace el disfrute de la belleza y la ergonomía del microscopio sin el obstáculo de cables o adaptadores de video externos.

- **Punto 6.2: Monitor grado médico no menor a 22 pulgadas.**

Solicitamos se elimine: grado médico

Justificación: se solicita a beneficio de la institución, ya que el mismo encarece el valor del equipo.

- **Punto 6.4: Resolución de 1920 x 1200**

Que se amplíe a: Resolución de 1920 x 1200 o 1920 a 1080.

Noten que durante muchos años hemos vendido los productos solicitados por la institución con características iguales o superiores a la de los cambios indicados, sin embargo, el fabricante, quien invierte gran parte de sus ganancias en investigación, lanzó un equipo de punta con características superiores siendo esto un beneficio tanto para el usuario como para el paciente. De ahí que nuestros productos cuenten con certificados de calidad y registros sanitarios del ministerio de salud (**EMB**), por lo que respetuosamente solicitamos se modifiquen las características.

ASPECTO LEGAL:

- En repetidas resoluciones de la Contraloría General de la Republica, esta ha indicado que las características o medidas exactas de lo solicitado debe darse UNICAMENTE como referencia, y que esto no puede interferir en la libre concurrencia de potenciales oferentes.
- Nos permitimos citar el oficio 12396 (DGCA-1296-98) del 3 de noviembre de 1998 del Órgano Contralor, que se refiere a un pliego de condiciones en **situación similar** a la que nos ocupa y dice expresamente: Si efectivamente los requerimientos de la invitación se ajustan a los de una marca específica, estos **deben tenerse como una mera referencia** sobre las dimensiones y potencia del equipo requerido y **no se debe discriminar o limitar la participación** de suministros en condiciones similares.

Cualquier desajuste con ellos que a juicio de la Administración implique una descalificación de la propuesta deberá estar fundamentada en un criterio técnico donde se determine que el desajuste de la oferta con lo pedido en la invitación impide que el suministro cumpla con las funciones que espera la Administración. (Negrita y subrayado es nuestro).

- El Reglamento General de la Contratación Administrativa en los artículos 5.1 y 5.2 los cuales se refieren al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE PARTICIPACIÓN, nos indica que no podrán introducirse en las condiciones del concurso, ninguna disposición que coloque a alguna parte en posición de ventaja respecto a otros competidores, ni se podrán introducir cláusulas limitativas para la participación.

PETITORIA

Solicito a partir de las consideraciones indicadas se acoja el presente recurso

Para la modificación de las condiciones técnicas de los productos y así la institución cuente con una oferta que se adapte a las necesidades de la área médica.

NOTIFICACIONES

Rotuladas a mi nombre por el sistema de Fax al 2296-7424 o al correo licitaciones@insumedcr.com.

Atentamente,
P/ INSUMED INC S.A.

Sr. Rodolfo Apestegui Hoffmaister,
Cedula 1-0892-0785
Representante Legal.