



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Teléfonos 25478598 / Fax: 22580927
Correo electrónico: klindor@ccss.sa.cr



17 de julio del 2020

SCASC-KK-17-07-2020


Señores Proveedores

ASUNTO: Proceso 2020CD-000389-2102 correspondiente a "TUBO OROTRAQUEAL".

Estimados señores:

Para lo que corresponda adjunto oficios de 16 julio 2020 J.S.A..203-07-2020 suscrita por la Dra. Laura Pérez Cascante, Jefe Servicio de Anestesiología, Hospital San Juan de Dios, derivada de la solicitud de aclaración por parte de la empresa MEDI EXPRESS CR. S.A. (adjunto documento para mejor entender).

Agradeciendo lo anterior suscribe,


Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador a.i., Sub Área de Contratación Administrativa



c.i. 2020CD-000389-2102

Archivo

**Se comunica la misma mediante la página de CCSS, dirección:
<https://www.ccss.sa.cr/licitaciones> **

klindor



SAN JOSÉ COSTARRICA

(506) 2292-7070 (506) 2292-6727 ventas@mediepress.co.cr

San José, 15 de julio 2020
2020-MEDIEXPRESS-110

Señor(a):
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Presente

Atención Dra. Laura Pérez Cascante
Analista

REFERENCIA: Aclaración al Pliego cartelario de la Compra Directa 2020CD-000389-2102, denominada "Tubo oro-traqueal"

Estimada Señor:

El suscrito Caleb Josué Phillips Castillo, mayor, soltero, empresario, con cédula de identidad número 1-1721-0541, vecino de San José, como Representante Legal, de la sociedad de esta plaza MEDI EXPRESS CR SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica número 3-101-696792, me presento antes ustedes con base al artículo 60 y 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, me presento en tiempo y forma para solicitar los siguiente:

Primero: para el ítem #1, en el pliego cartelario solicitan:

"Empaque primario: individual, sellado, en plástico transparente grado médico, que garantice la esterilidad del artículo, con todos los impresos detallados a continuación: descripción de artículo, fecha de vencimiento, número de lote, número de referencia, método de esterilización, libre de látex, nombre del fabricante, membrete de FDA, CE o similar y país de origen. No se aceptan datos en sellos..."

Para lo cual solicitamos se aclare y amplíe lo siguiente:

1. Se nos aclare el punto de plástico grado médico, se hacen referencia a una cara plástico grado medio y el otro papel grado médico.

De no ser así, solicitamos se amplié a : una cara plástico grado médico y la otra de papel grado médico, esto por cuanto como se sabe, los diferentes fabricantes a nivel mundial, elaboran de manera universal los empaques primarios, y utilizan este tipo de embalaje para brindar protección al artículo y además facilitan la apertura, lo que agiliza el procesos de intubación para los pacientes y sin perder la esterilizada de los mismos.

2. **Empaque primario:** individual, sellado, en plástico transparente grado médico, que garantice la esterilidad del artículo, con todos los impresos detallados a continuación: descripción de artículo, fecha de vencimiento, número de lote, número de referencia, método de esterilización, libre de látex, nombre del fabricante, con o sin membrete de FDA, CE o similar y país de origen. No se aceptan datos en sellos..."

Solicitamos se pueda ampliar de la descripción del empaque primario el membrete de la FDA, CE o similares, esto por cuanto, la sola presentación de los certificados solicitados en el pliego cartelario ver

punto **COPIA DE CERTIFICADO DE TERCERA PARTE** se sabe que los fabricantes y oferentes, cumplimos a cabalidad con las normas internacionales y protocolos de fabricación de este insumo médico, por otra parte, la no presencia de este impreso en el empaque primario, no implica una variación en el fin para el cual son fabricados los tubos orotraqueales, sino que dicha información se puede respaldar con la información presente durante la evaluación de las ofertas (certificados) se puede comprobar el cumplimiento de normas.

La no aprobación de dicha ampliación, restringiría en gran manera la participación de potenciales oferentes violentando así el principio de eficacia, eficiencia y libre participación, al restringir con el Membrete de FDA, CE o similar, cuando esto se puede confirmar con los certificados que se aportarían durante la evaluación de las ofertas.

Así mismo se reducirían las ofertas a analizar por parte del servicio y la administración lo que generaría la omisión de potenciales oferentes con precio factibles para la administración, que como se sabe ante la pandemia que se vive a nivel mundial, se deben cuidar los fondos publicas y reevaluar bien las necesidades.

Segundo: para el ítem #1, en el pliego cartelario solicitan:

Solicitamos se nos indique, si tiene alguna tabla de consumo promedio o anual, dado que en el cartel no se indica, y al ser una compra según demanda, queremos saber si tiene algún consumo promedio por año.

Así mismo se debe tomar en cuenta lo indicado en el artículo 2, inciso a, b y d, en los cuales se habla de la eficiencia, eficacia y libre participación, en el buen manejo de los recursos obteniendo así el objeto contractual más conveniente para el interés público, y no introduciéndose restricciones técnicas, legales o económicas que limiten la participación de potenciales oferentes. El propósito de la contratación administrativa, es que la administración obtenga la mejor cantidad de oferentes para poder satisfacer el fin.

Para notificaciones o cualquier consulta adicional nos pueden contactar al teléfono 2292-7070, fax 2292-6727 o al correo electrónica ventas@mediexpress.co.cr, o a la dirección en Calle Blancos, 200 mts Este.

Atentamente,

**CALEB
JOSUE
PHILLIPS
CASTILLO
(FIRMA)**

Firmado
digitalmente por
CALEB JOSUE
PHILLIPS
CASTILLO (FIRMA)
Fecha: 2020.07.15
12:33:10 -06'00'

Caleb Phillips Castillo
Representante Legal
Medi Express CR SA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Servicio de Anestesiología y Recuperación
Tel. 2547-8037/2547-8036



Julio 16, 2020
J.S.A. 203.07.2020

Licenciado
Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador, Sub-Área de Contratación Administrativa
Hospital San Juan de Dios
Presente

ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION PRESENTADA POR MEDI EXPRESS CR S.A. COMPRA 2020CD-000389-2102 "TUBO OROTRAQUEAL REFORZADO CON ESPIRAL METÁLICA 6.5MM"

Estimado señor:

En respuesta a lo requerido por el oferente citado, me permito emitir los siguientes criterios:

Petitoria 1 Empaque primario

1. Se aclara que el empaque primario efectivamente se solicita con una cara en papel y la otra plástico transparente, ambos grado médico, por lo se acepta lo indicado por el oferente y se modifica la especificación en la ficha técnica, quedando de la siguiente manera:

"Empaque Primario:

Individual, sellado, con una cara en papel y la otra plástico transparente, ambos grado médico, que garantice la esterilidad del artículo, con todos los impresos detallados a continuación: descripción del artículo, fecha de vencimiento, número de lote, número de referencia, método de esterilización, libre de látex, nombre del fabricante, membrete de FDA, CE o similar y país de origen. No se aceptan datos en sellos.

Debe comprometerse en su oferta a que en caso de resultar adjudicado, el producto traerá impresos las siglas de la C.C.S.S. y el código de barras o similar con la siguiente información: descripción del producto, código institucional, fecha de vencimiento y precio unitario; asimismo debe expresar en la oferta el compromiso de que todos los datos vendrán en idioma español en el producto que finalmente entregará, si resultara adjudicado."

2. No se acepta la sugerencia de eliminar los membretes de los entes acreditadores de calidad y seguridad por lo siguiente:

- La revisión del expediente y el cumplimiento de estos parámetros administrativos se realiza una vez en el periodo de análisis y recomendación técnica de las ofertas, durante la distribución y uso del insumo, el médico usuario no tiene a la vista la documentación citada para verificar cumplimiento, los membretes solicitados le confieren confianza y seguridad al acto anestésico.
- Aunque el oferente indique que los fabricantes y oferentes cumplen a cabalidad con las normas internacionales y protocolos de fabricación de insumos médicos, la experiencia institucional dicta otra cosa y en este sentido han habido eventos desfavorables para el paciente y la institución durante la ejecución contractual de insumos de la misma índole, por lo tanto cuando el oferente se refiere restricción de la participación de potenciales oferentes, se aclara que el único objetivo de esta especificación es salvaguardar la integridad del paciente y la administración, en concordancia con lo que él mismo afirma "se deben cuidar los fondos públicos".

Petitoria 2 Consumo anual

El consumo anual para esta compra se estimó en 150 UDS, pero este puede variar de acuerdo con el tipo de pacientes que requieran el insumo.

Atentamente,

LAURA MARCELA PEREZ CASCANTE (FIRMA)	Firmado digitalmente por LAURA MARCELA PEREZ CASCANTE (FIRMA) Fecha: 2020.07.16 15:03:47 -06'00'
--	--

Dra. Laura Pérez Cascante
Jefe Servicio de Anestesiología

Referencia: 2020-MEDIEXPRESS-110

C.i.
Archivo.