



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

San José, miércoles 15 de julio del 2020

SCASC-339-2020

Señores  
**PROVEEEORES**


**ASUNTO:** Respuesta a solicitud de aclaración al cartel 2020CD-000390-2102

Estimado Señor:

En respuesta a la solicitud de aclaración al cartel, adjunto oficio SRX-No.469-2020, suscrito por la Dra. Maritza Salazar Cabalceta, Médico Asistente Especialista en Radiología e Imágenes Médicas y el MSc. Luis Pablo Arce Corrales, Físico Médico y Encargado de Protección Radiológica, quien se refiere a las peticiones sugeridas. Se adjunta documentos.

**Cabe indicar que la apertura queda invariable para el día viernes 17 de julio del 2020 a las 11:00 horas.**

Agradeciendo lo anterior, suscribe

  
13/7/2020  


Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez,  
Coordinador a.i de la Sub Área de Contratación Administrativa

Cc.  
Archivo/caro

SOLMERC-0048-2020ADM

13 de julio del 2020

Señores
Sub-Área de Contratación Administrativa
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Presente

Referencia: Solicitud Aclaración proceso licitatorio concurso 2020CD-000390-2102, por la adquisición Vestimenta Plomada

Estimados Señores:

Nuestra empresa SOLME RC, S.A. número de proveedor 26605 como potencial oferente en el concurso indicado en el epígrafe, con todo respeto solicitamos que según lo solicitado en apartado MUESTRAS, se solicite solo una muestra para los siguientes ítem 1 y 2, una sola muestra para ítem 4, 5 y 6.

Lo anterior dado que aportar una unidad de muestra para los ítem que son mismo estilo pero con variación de tamaño ejemplo los ítem 1 y 2, Chaleco y falta y en el caso de los ítem 4, 5 y 6 Delantal de cuerpo entero, consideramos suficiente para que puedan valorar la calidad, el peso, material las costuras broches cierres y el porcentaje de atenuación. Se debe considerar que aportar una muestra de cada ítem tiene un valor significativo para cualquier empresa, y solicitar una muestra que viaje inmediato de la fábrica con la condiciones del transporte aéreo por la pandemia las mismas no arribarían en tiempo.

Solicitamos se nos aclare para el ítem 9 Cuello plomado también es requerido el bordado dado que la demás vestimenta si lo solicita y el ítem #9 en sus condiciones especiales no se visualiza esa solicitud.

Nos pueden informar a cualquiera de los medios info@solmecrsa.com fax 2260-6237

Agradeciendo las atenciones a la presente.

Atentamente,

Sra. Rosibel Blanco Granados
Encargada de Importaciones



HOSP. SAN JUAN DE DIOS
A.C.R.S-RECEPCION
14/7 JUL/2020 PM 12:04
Carlos Bolaños Villalobos



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
Hospital San Juan de Dios  
Servicio de Radiología  
Teléfonos: 2547-8543

---

15 de julio de 2020  
SRX-No.469-2020

Licenciado  
Carlos Andrés Araya Jiménez  
Coordinador Sub-Área de Contratación Administrativa  
Área de Gestión de Bienes y Servicios

**ASUNTO: MODIFICACIÓN AL CARTEL 2020CD-000390-2102 "VESTIMENTA PLOMADA"**

Estimado señor:

En respuesta a su oficio SCASC-0336-07-2020, con respecto a la solicitud de modificación al proceso de compra indicado en el epígrafe, al respecto se indica lo siguiente:

1- Se solicita modificar el aparado de **muestras**:

Al amparo del art. 57 del R.L.C.A. se solicita presentar 01 unidad de muestra con la oferta, para los ítems **1, 3, 4, 7, 8 y 9**, la cual se verificará que cumpla con los requerimientos técnicos indicados en el cartel, por lo se realizara un estudio de las propiedades organolépticas, calidad de las costuras, broches, cierres y porcentaje de atenuación del HAZ de radiación de la vestimenta plomada, según lo solicitado en el cartel.

2- Se aclara y se solicita adicionar el siguiente requisito técnico para el ítem #9 "Cuello plomado":

- Los cuellos deben ser bordados con las siglas del H.S.J.D., el nombre del Servicio donde se localizaran y un número consecutivo. Dicha información será proporcionada con cada solicitud de entrega.
-

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Hospital San Juan de Dios

Servicio de Radiología

Teléfonos: 2547-8543

Lo anterior, para lo que corresponda.

Atentamente,

MARITZA  
SALAZAR  
CABALCETA  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por MARITZA SALAZAR  
CABALCETA (FIRMA)  
Fecha: 2020.07.15  
09:13:20 -06'00'

**Dra. Maritza Salazar Cabalceta**  
**Médico Asistente Especialista en Radiología e Imágenes Médicas**  
**Jefe Servicio de Radiología**

LUIS PABLO  
ARCE  
CORRALES  
(FIRMA)

Firmado  
digitalmente por  
LUIS PABLO ARCE  
CORRALES (FIRMA)  
Fecha: 2020.07.15  
09:00:58 -06'00'

**MSc. Luis Pablo Arce Corrales**  
**Físico Médico y Encargado de Protección Radiológica**  
**Jefe Servicio de Radiología**

C.c.: Archivo

*ASB*