



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

San José, miércoles 22 de julio del 2020

SCASC-342-2020

Señores
PROVEEEORES

ASUNTO: Respuesta a solicitud de modificación al cartel 2020CD-000398-2102

Estimado Señor:

En respuesta a solicitud de modificación al cartel, adjunto oficio J.S.A.209.07.2020, suscrito por la Dra. Laura Pérez Cascante, Jefe del Servicio de Anestesiología, quien se refiere a las peticiones sugeridas. Se adjunta documentos.

Cabe indicar que la programación de la apertura queda invariable para el día **jueves 23 de julio del 2020 a las 11:30 horas.**

Agradeciendo lo anterior, suscribe


Licda. Adriana V. Álvarez Zumbado
Coordinadora a.i de la Sub Área de Contratación Administrativa



Cc.
Archivo/caro



17 de julio del 2020

DAM-GAR-HSJDD-0875

Vidrieth Vargas Cortés

SOFIA
SU atención, favor
VERIFICAR si está en
tiempo la Mod. al Cartel
y proceder
17/7/20

HOSP. SAN JUAN DE DIOS
H.G.B.S-RECEPCION

17 JUL/2020 AM 11:10

Señores
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Hospital San Juan de Dios
Caja Costarricense de Seguro Social
Presente

Asunto: Solicitud de Modificación al cartel
Referencia: Compra Directa No. 2020CD-000398.2102
"Bloqueador Endobronquial y Hoja Videolaringoscopio N0.4"

Estimados señores:

Nosotros D.A. MEDICA DE COSTA RICA, S. A., Cédula Jurídica # 3-101-237321, sociedad inscrita en el Registro Mercantil según Tomo 1145, Asiento 286, Folio 251, facsímil, 2234-6929, teléfonos: 2234-6930, 2234-2395, domiciliada en: Barrio Escalante, 33, Avenida Central, casa #20, Apartado Postal #5351-1000 San José, correo electrónico: ajimenez@damedica.com, a través de sus representantes legales y apoderados generalísimos: la señora Aída Jiménez Segura, cédula # 1-0689-0381 y el señor Oscar Jiménez Sandí cédula #1-0305-0291, inscrita en el Registro de Proveedores de la Institución con el código #10547, y según artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y el Artículo No. 60 del Reglamento de dicha ley, nos permitimos muy respetuosamente solicitar al Servicio Anestesiología, se sirvan modificar las especificaciones técnicas del ítems # 1 de esta compra y con esto no se cambie el objeto sino se amplíe la opción que abrirá la posibilidad de participación a varios proveedores, con la aplicación del Principio de Igualdad y Libre Competencia del artículo #2 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.



En el caso que nos ocupa el pliego cartelario solicita:

Constituido por las siguientes partes:

- Balón piloto proximal: ✓
- 2 balones pilotos proximales identificados con color distintivo que corresponde con el maguito distal oclusor, que indica la orientación distal del bloqueador en el lumen bronquial una vez colocado. ✓
- Lumen central: ✓
- 2 lúmenes centrales que permiten la administración de oxígeno a presión continua hacia el pulmón aislado, durante el procedimiento, de ser necesario. ✓
- Bifurcación distal en forma de Y. ✓
- Terminaciones distales que ocluyen la luz endobronquial, codificadas con el mismo color del balón piloto, respectivamente. ✓
- Con maguito de bajo volumen. ✓
- Material poliuretano. ✓
- Permite bloquear bronquios derecho o izquierdo selectivamente. ✓
- Atraumático en su superficie y punta distal. ✓
- Radiopaco. ✓
- Marcas en centímetros a lo largo del dispositivo que permitan medir la profundidad de inserción. ✓
- Adaptador para ventilación e introducción de videoendoscopio y sondas de aspiración. ✓

Solicitamos que se modifiquen las especificaciones técnicas del cartel, ya que están dirigidas a un producto en específico, lo cual limita nuestra participación como posible oferentes, nuestra compañía cuenta con un producto que cumple al 100% con el fin de obtener un producto para ventilación unipulmonar requerido en el ítem #1.

Especificación #2. *"2 balones pilotos proximales identificados con color distintivo que corresponde con el manguito distal oclusor, que indica la orientación distal del bloqueador en el lumen bronquial una vez colocado"*

Se modifique por:

El dispositivo cuente con 1 o 2 balones de oclusión. Además, que cuente con un sistema de guía con lazo opcional, el cual permite avanzar o retraer el bloqueador endobronqueal.

Justificación:

Nuestro producto cuenta con 1 balón y un sistema de guía con lazo, que cumple esta finalidad de orientación y bloqueo unipulmonar.

Especificación #4. *"2 lúmenes centrales que permiten la administración de oxígeno a presión continua hacia el pulmón aislado, durante el procedimiento, de ser necesario"*



Se modifique por:

1 o 2 lúmenes centrales que permiten la administración de oxígeno a presión continua hacia el pulmón aislado, durante el procedimiento, de ser necesario.

Justificación:

Nuestro bloqueador cuenta con 1 lumen central que permite la administración de oxígeno a presión hacia el pulmón aislado. No son necesarios 2 lúmenes en el bloqueador ya que solo 1 pulmón es el que se va a bloquear, por lo tanto, solo ese pulmón requiere administración de oxígeno a presión en caso de ser necesario. Esta es una característica técnica del dispositivo, no de funcionamiento.

Especificación#5. "Bifurcación distal en forma de Y"

Se modifique por:

Terminación distal en forma de Y o sencilla

Justificación:

No es necesario una bifurcación distal en forma de Y, ya que nuestro bloqueador tiene una terminación sencilla y en conjunto con el balón el cual cumple al 100% con el objetivo del bloqueo unipulmonar. Esta es una característica técnica del dispositivo, no de funcionamiento.

Especificación #6. "Terminaciones distales que ocluyen la luz Endobronquial, codificadas con el mismo color del balón piloto, respectivamente"

Se modifique por:

1 o 2 terminaciones distales que ocluyan la luz Endobronquial.

Justificación:

No son necesarias 2 terminaciones distales para la oclusión de la luz Endobronquial, ya que como se mencionó solo 1 pulmón se va a bloquear por lo tanto solo se requiere una terminación. Esto corresponde a una característica del dispositivo, no de funcionamiento. Por lo tanto, no son necesarias la codificación de colores del balón piloto.



Petitoria:

Dado lo anterior, solicitamos se modifiquen las especificaciones técnicas del cartel, aplicando el principio de igualdad y libre competencia establecido en el art. No.5 de la Ley de Contratación Administrativa, permitiendo así que los pacientes y la institución se vean beneficiados con mayor participación de oferentes que brinden insumos de alta calidad que cumplen al 100% con lo requerido por este servicio.

Notificaciones:

- Dirección: Barrio Escalante, 200 metros al sur de Intensa, Casa N° 20
- Apartado Postal: 5351-1000
- Correos Electrónicos: ajimenez@damedica.com, recepcion@damedica.com
- Números de Teléfonos: 2234-6930 / 2234-2395
- Número de Fax: 2234-6929

Respetuosamente agradecemos la atención a nuestra nota quedamos a sus órdenes para cualquier consulta adicional que necesiten.

Atentamente,

Oscar Jiménez
Representante Legal.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Servicio de Anestesiología y Recuperación
Tel. 2547-8037/2547-8036



Julio 22, 2020
J.S.A.209.07.2020

Licenciada
Sofía Solano Obando
Sección Carteles Área Gestión de Bienes y Servicios
Hospital San Juan de Dios
Presente

**ASUNTO: Criterio Solicitud de Modificación al Cartel 2020CD-000398-2102
"BLOQUEADOR ENDOBRONQUIAL"**

Estimada señora:

En respuesta a la solicitud de la casa comercial D.A. Médica S.A. sobre la modificación al cartel de las especificaciones técnicas, indico lo siguiente:

Petitoria especificación # 2:
Se acepta y se modifica.

Petitoria especificación # 4:
Se acepta y se modifica.

Petitoria especificación # 5:
Se acepta y se modifica.

Petitoria especificación # 6:
Se acepta y se modifica.

Se adjuntan las especificaciones técnicas con las modificaciones aceptadas.

Sin otro particular.

Atentamente,

LAURA
MARCELA PEREZ
CASCANTE
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LAURA MARCELA
PEREZ CASCANTE
(FIRMA)
Fecha: 2020.07.22
11:18:46 -06'00'

Dra. Laura Pérez Cascante
Jefe Servicio de Anestesiología

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM 1.

CÓDIGO 2-03-01-0008

BLOQUEADOR ENDOBRONQUIAL, DISPOSITIVO PARA VENTILACIÓN UNIPULMONAR, MATERIAL POLIURETANO, RADIOPACO.

Especificaciones

Dispositivo para ventilación unipulmonar, que permite la oclusión de cualquiera de los lúmenes bronquiales, a través del tubo endotraqueal descartable convencional de un solo lumen.

Constituido por las siguientes partes:

1. Balón piloto proximal:
 - 1 ó 2 balones pilotos proximales identificados con color distintivo que corresponde con el maguito distal ocluidor, que indica la orientación distal del bloqueador en el lumen bronquial una vez colocado. **OPCIONAL:** sistema de guía con lazo que se sujeta al videoendoscopio para avanzar o retraer el bloqueador endobronquial.
2. Lumen central:
 - 1 ó 2 lúmenes centrales que permiten la administración de oxígeno a presión continua hacia el pulmón aislado, durante el procedimiento, en caso necesario.
3. Terminación distal en forma de Y o sencilla:
 - 1 ó 2 terminaciones distales que ocluyen la luz endobronquial, codificadas con el mismo color del balón piloto, respectivamente.
4. Material poliuretano.
5. Permite bloquear bronquios derecho o izquierdo selectivamente.
6. Atraumático en su superficie y punta distal.
7. Radiopaco.
8. Marcas en centímetros a lo largo del dispositivo que permitan medir la profundidad de inserción.
9. Adaptador con puertos para ventilación e introducción de videoendoscopio independientes y sondas de aspiración.