



28 de septiembre del 2020
Adm-SC-225-2020

Licenciado
Andrés Araya Jiménez
Coord. Sub Área de Contratación Administrativa

ASUNTO: Aclaración y modificación al proceso de compra 2020CD-000452-2102

Estimado Bachiller:

En atención a correo electrónico enviado por la Sra. Kenia Lindor Monge, Área de Gestión de Bienes y Servicios, se procede a valorar los documentos presentados por las casas comerciales: INSUMED, MEDICAL VISION y OPTILEZ, INC, para el proceso de compra 2020CD-000452-2102 por Instrumental para Oftalmología, se determina:

Ítem 1: Mantenedor de cámara anterior se valora la solicitud planteada por las casas comerciales y se determina: que debe ser reutilizable ya sea de acero inoxidable o titanio, con la manguera plástica o de silicón.

Ítem 2: Tijera de retina horizontal de 23 Gauge. No se acepta la solicitud presentada por la casa comercial Optilez que solicita 20 GA. En cuanto a la casa comercial Medical Visión el material sea en titanio.

Ítem 4: Tijera de retina vertical de 23 gauge, se acepta que el material sea en titanio.

Ítem 5: Tijera corneal izquierda para transplante de córnea, se acepta la variación de la cuchilla a 7.00mm (+/-2mm) y el tamaño total de 108mm (+/-8mm).

Ítem 6: Tijera corneal derecha para transplante de córnea, se acepta la variación de la cuchilla a 7.00mm (+/-2mm) y el tamaño total de 108mm (+/-8mm).

Ítem 7: Cánula de irrigación y aspiración Simcoe, se hace la aclaración que este ítem no se necesita vencimiento, ya que es reutilizable.

Ítem 8: Porta aguja curvo sin seguro categoría mediano, se acepta la variación en la hoja de 10mm (+/-2mm) y la longitud total de 135mm (-10mm). Con respecto al material se mantiene el solicitado en Titanio.

Ítem 9: Tijera Stevens para tenotomía recta de 19 x 98 mm de largo, punta aguda, se acepta la variación de la medida de 19 x 98 mm (+19mm).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Jefatura Servicio de Cirugía

175 HOSPITAL
San Juan
de Dios
ANIVERSARIO

Ítem 10: Tijera Stevens para tenotomía recta de 19 x 98 mm de largo, punta roma, se acepta la variación de la medida de 19 mm (+13mm) x 98 mm (+17mm).

Ítem 12: Tijera Gill Welsh vannas angulada para capsulotomía, se acepta la variación de la medida de 9mm x 6mm x 83mm (+/-15mm).

Atentamente,

Dra. Eugenia Cruz Harley
Jefe Servicio de Oftalmología



MJJ

Ci: Archivo