



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Hospital San Juan de Dios  
 Sección Cirugía  
 Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656  
 Correo electrónico: hriveral@ccss.sa.cr



31 de marzo del 2020  
 JSC-ADM-110-03-2020

Licenciado  
 Andrés Araya Jiménez  
 Coordinador a.i. Sub-Área de Contratación Administrativa  
 Área de Gestión Bienes y Servicios

**Asunto: Respuesta Oficio SCA-SC-0164-2020**

Estimado Licenciado:

En atención a su oficio indicado en el epígrafe, esta Jefatura de Servicio ha procedido analizar la propuesta planteada por la Casa Comercial EUROCIENCIA S.A. y BOSTON SCIENTIFIC y no encuentra inconveniente en ampliar las especificaciones técnicas de los cistoscopios, en los ítems 1 y 2.

A continuación detallo las especificaciones técnicas ampliadas:

Código: 2-75-01-0040

**Ítem # 1: URETEROSCOPIO FLEXIBLE PARA ADULTOS DESCARTABLE.**

**Especificaciones**

- Ureteroscopio flexible para adultos descartable.
- Dispositivo estéril que conste de dos componentes principales:
  - Un mango con controles de articulación
  - Puertos de acceso para accesorios
  - Porción de cuerpo Flexible
- Angulo máximo deflexión 270°
- Permita rotación 360° al girar el mango
- Canal de trabajo de 3.6 Fr
- Ancho de la cara distal de 7.7 Fr (+/-0.2FR)
- Ancho de la cara proximal 9.5 Fr (+/-0.2FR)
- Longitud de trabajo del cuerpo 68 cm (+/-1cm)
- Longitud de canal de instrumentos 82 cm (+/-1 cm)
- Distancia de óptica de trabajo 2-50 mm
- Imagen digital
- Iluminación por led que no requiera equilibrio de blancos
- La empresa adjudicada debe comprometerse a suministrar el monitor para la utilización del insumo sin costo para la Institución en calidad de comodato.
- Ureteroscopio flexible descartable que permita el uso de accesorio para el manejo de canastas de extracción por el mismo usuario.



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Hospital San Juan de Dios  
 Sección Cirugía  
 Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656  
 Correo electrónico: hriveral@ccss.sa.cr



### Monitor Ureteroscopio

- Software en el procesamiento de imágenes.
- Variación en la intensidad de la luz
- Indicador visual del tiempo de funcionamiento del Ureteroscopio flexible descartable
- Permita el cambio de los controles táctiles de la pantalla de derecha a izquierda y viceversa
- Monitor touchscreen con resolución de 180 por 1024
- Debe incluir estación de trabajo para el monitor (carro compuesto por base con 5 ruedas para brindar estabilidad al monitor, tubo con base de soporte para el monitor con capacidad de ajuste de altura).
- Debe incluir cable de conexión VGA a monitores externos.

Código: 2-75-03-0010


**Ítem # 2: URETEROSCOPIO FLEXIBLE, NO DESCARTABLE, 7,5 (+/-0.5) CHARR, ANGULACIÓN DE 270 hasta 280GRADOS.**

- ✓ Ureteroscopio flexible, no descartable, 7,5 (+/-0.5) charr, angulación de 270 hasta 280 grados.

Atentamente,

**JEFATURA SERVICIO UROLOGIA**

Dr. David Zarnowski Varela  
**Jefe de Clínica**



Ci: Archivo  
 Hrl/110.03\*20



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
 Hospital San Juan de Dios  
 Área de Gestión de Bienes y Servicios  
 Sub Área de Contratación Administrativa  
 Teléfonos: 2547-8283



31 de Marzo del 2020  
**SCA-SC-167-2020**

Señores  
 Proveedores

**ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel 2020LA-000031-2102 "Uretoscopio / Vaina Ureteral".**

Estimados Proveedores:

En respuesta a petición de modificación al cartel realizada por la empresa **BOSTON SCIENTIFIC** y la empresa **EUROCIENCIA COSTA RICA S.A**, adjunto oficio **JSC-ADM-110-03-2020**, suscritos por el Dr. David Zarnowski Varela, Jefe Servicio Urología, en los cuales se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjuntan documentos folios 78 y 79).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día 07 de abril del 2020 a las 08:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe

Licda. Adriana Álvarez Zumbado  
**Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa**

