



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-8283

175
ANIVERSARIO

HOSPITAL
**San Juan
de Dios**

03 de abril del 2020
SCA-SC-178-2020

Señores
Proveedores

ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel
2020LA-000033-2102 "CONSUMIBLES PARA AUTOCLAVE DE PEROXIDO".

Estimados Proveedores:

En respuesta a petición de modificación al cartel realizada por la empresa **MEDITEK**, adjunto correo electrónico, suscrito por la Asistente Administrativa de Sala de Operaciones, en los cuales se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjunta documentos folios 91 y 92).

Cabe recalcar que la apertura del expediente se programó para el día 14 de abril del 2020 a las 08:00 horas.

Agradeciéndolo anterior, suscribe


Licda. Adriana Álvarez Zumbado
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa



Denis Mauricio Salazar Rodríguez

De: Cinthya Alvarado Ramírez
Enviado el: viernes, 03 de abril de 2020 09:54 AM
Para: Denis Mauricio Salazar Rodríguez
CC: Fernando Avendaño Alvarado
Asunto: RE: Respuesta Oficio 022-2020CA-RO Soicitud de Modificación al Cartel 2020LA-000033-2102
Datos adjuntos: image001.png; image002.png

Buenos días,

Se debe incluir la modificación en los ítems 7, 8 y 9:

- **Se debe presentar dos cartas de hospitales nacionales que cuenten con el esterilizador marca Steris en la carta se debe de indicar que el papel ofertado es 100% compatible con este esterilizador y que el mismo funciona correctamente."**

Muchas gracias



Cinthya Alvarado Ramírez
 Asistente Administrativa Sala de Operaciones
 Hospital San Juan de Dios
 ext. 8652 | 2547-8652
 calvarar@ccss.sa.cr

De: Denis Mauricio Salazar Rodríguez
Enviado el: jueves, 02 de abril de 2020 12:47 PM
Para: Cinthya Alvarado Ramírez
Asunto: RV: Respuesta Oficio 022-2020CA-RO Soicitud de Modificación al Cartel 2020LA-000033-2102

Buenas Tardes, Cinthya.

Reenvío correo suscrito por la empresa Meditek, cual solicita una aclaración en respuesta al oficio No. 060-JSOP-04-2020; para que el Dr. Fernando Avendaño se refiera al caso.

Por lo anterior le solicito manifestarse en un día hábil posterior al recibido del presente correo emitiendo su criterio según corresponda.

Muchas Gracias,

Saludos,

De: Adriana Gonzalez [mailto:adriana.gonzalez@meditekla.com]
Enviado el: jueves, 02 de abril de 2020 12:01

Para: Denis Mauricio Salazar Rodríguez

Asunto: RE: Respuesta Oficio 022-2020CA-RO Solicitud de Modificación al Cartel 2020LA-000033-2102

Buenas tardes Dennis,

Ustedes van a volver a sacar un nuevo cartel? Es que a pesar de que todas las objeciones fueron aprobadas, en el documento que nos envió, no indica la modificación del siguiente punto en los ítems 7, 8 y 9:

- “Deberá ser compatible con el equipo con el que cuenta la institución Equipo Marca Steris Modelo V-Pro. Se debe presentar dos cartas de hospitales nacionales que cuenten con el esterilizador VPRO en la carta se debe de indicar que el papel ofertado es utilizado por la institución en el esterilizador VPRO, que el mismo es compatible y funciona correctamente.”

Quedo atenta a sus comentarios.



De: Denis Mauricio Salazar Rodríguez [mailto:dmsalazar@ccss.sa.cr]

Enviado el: Thursday, April 2, 2020 10:27 AM

Para: Contratacion <contratacion@meditekla.com>

Asunto: Respuesta Oficio 022-2020CA-RO Solicitud de Modificación al Cartel 2020LA-000033-2102

Buen día,

Se envía respuesta solicitud de aclaración al cartel 2020LA-000033-2102 “Consumibles para Autoclave de Peróxido”

Saludos,

Este correo es de interés único del destinatario. Si usted lo recibió por error, elimínelo, por favor. El mensaje está libre de virus. CCSS.