



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Teléfonos 25478598 / Fax: 22580927
Correo electrónico: klindor@ccss.sa.cr



30 abril 2020

SCASC-243-2020

Señores Proveedores

ASUNTO: Proceso 2020LA-000040-2102 correspondiente a “MUEBLES VARIOS EN ACERO INOXIDABLE”.

Estimados señores:

Para lo que corresponda adjunto oficio #D.I.-1544-04-2020, suscrito por el Ing. Erlan Molina Murillo, Coordinador Área de Mecánica, derivada de la solicitud de aclaración por parte de las empresas Transmetal S.A.

Agradeciendo lo anterior suscribe,


Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez

Jefe a.i., Sub Área de Contratación Administrativa



c.i. 2020LA-000040-2102

Archivo

****Se comunica la misma mediante la página de CCSS, dirección:**
<https://www.ccss.sa.cr/licitaciones> ******

klindor



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital San Juan de Dios
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
Teléfono: 2547-8387 / Fax: 2223-4118

24 de abril de 2020
D.I.-1544-04-2020

Licenciada
Adriana Alvarez Zumbado
Coordinadora, Sub Área Contratación administrativa
Hospital San Juan de Dios

ASUNTO: ACLARACIÓN PARA EL PROCESO LICITATORIO 2020LA-000040-2102
"MUEBLES VARIOS EN ACERO INOXIDABLE".

Por medio de la presente deseo realizar aclaración solicitada por la empresa Transmetal S.A., si bien en cierto la empresa solicito dicha aclaración de manera extemporánea, una vez analizado el documento, encontramos dos puntos que son importantes de aclarar, debido a que puede cambiar significativamente el precio de los equipos y no se encuentra debidamente especificado en el cartel.

Por lo tanto se realizan las siguientes aclaraciones:

Ítems #5 "Tarimas con rodines" e ítem #9 "Mesa para pan": la estructura de la rueda debe ser construida en acero inoxidable para uso hospitalario.

Ítem #13 "Banco giratorio con respaldar en acero inoxidable": el material del tornillo de ajuste de altura debe ser de acero inoxidable para uso hospitalario.

Sin más por el momento, se despide atentamente.

Atentamente,

ERLAND ESTEBAN MOLINA MURILLO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ERLAND ESTEBAN MOLINA
MURILLO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 16:41:13
+06'00'

Ing. Erland Esteban Molina Murillo
Coordinador Área Mecánica

Correo: eemolina@ccss.sa.cr

Cc: Expediente 2020LA-000040-2102