



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-8283

19 de junio de 2020
SCA-SC-307-06-2020

Señores
Proveedores


**ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN AL CARTEL
2020LA-000056-2102 "INJERTO COMPUESTO DE MATRIZ ÓSEA"**

Estimados Proveedores:

En respuesta a peticiones de modificaciones y aclaración al cartel, realizada por la empresa **Urotec Medical**, adjunto remito oficio N° CL-030-06-2020, suscrito por el Dr. Royner Montero Carvajal, Coordinador Comisión de Laparoscopia, en el cual se refiere a las peticiones realizadas.

***** Cabe recalcar que la apertura del expediente está programada para el día 25 de junio de 2020 a las 09:00 Horas.**

Agradeciendo lo anterior, suscribe


19/6/2020

Lic. Carlos Andrés Araya Jiménez
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital San Juan de Dios

Sección Cirugía

Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656

Correo electrónico: hrival@ccss.sa.cr

Vidrieth
Su atención
Respuesta a la
objeción del Comité
Revisar, modificar y
comunicar
19/6/2020

175
ANIVERSARIO

HOSPITAL

San Juan
de Dios

18 de junio del 2020

CL.030-06-2020

HOSP. SAN JUAN DE DIOS

HOSP. SAN JUAN DE DIOS

A.G.D.S-RECEPCION

Carlos Bolaños Villalobos

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez

Coordinador Sub-Área de Contratación Administrativa

Área de Gestión de Bienes y Servicios

ASUNTO: Respuesta Oficio SCASC-0296-06-2020 "2020LA-000056-2102 Disector Maryland"

Estimado Licenciado:

En atención al oficio indicado en el epígrafe y en mi condición de Coordinador y Fiscalizador del proceso de compra 2020LA-000056-2102 correspondiente a "Disector Maryland", procedo analizar el recurso de objeción presentado por la Casa Comercial UROTEC y concluyó lo siguiente:

1. Para el ítem # 1 se solicitó **DISECTOR MARYLAND SIN MANGO, CON CÁNULA E INSERTO PARA DISECTOR DE MARYLAND LAPAROSCÓPICO DE 5MM DE DIAMETRO REHUSABLE, 36CM DE LONGITUD, ATRAUMÁTICO, FENESTRADO, COMPATIBLE CON MANGO KARL STORZ.**

Especificaciones

- Disector Maryland sin mango,
- Con cánula e inserto para disector de maryland laparoscópico de 5mm de diámetro rehusable, 36cm de longitud,
- Atraumático,
- Fenestrado,
- Compatible con mango karl storz

2. Se acepta y se modifica las especificaciones técnicas para el ítem # 1, quedando de la siguiente forma: **DISECTOR MARYLAND CON O SIN MANGO, CON CÁNULA E INSERTO PARA DISECTOR DE MARYLAND LAPAROSCÓPICO DE 5MM DE DIAMETRO REHUSABLE, DE 32 HASTA 36CM DE LONGITUD, ATRAUMÁTICO, FENESTRADO, COMPATIBLE CON MANGO KARL STORZ O CON EL MANGO INCLUIDO.**

Especificaciones

- Disector Maryland con o sin mango,
- Con cánula e inserto para disector de maryland laparoscópico de 5mm de diámetro rehusable, de 32 hasta 36cm de longitud,
- Atraumático,
- Fenestrado,
- Compatible con mango karl storz o con el mango incluido.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Sección Cirugía
Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656
Correo electrónico: hrival@ccss.sa.cr



HOSPITAL
San Juan
de Dios

Sin otro particular se despide.

Atentamente,

COMISIÓN CIRUGIA LAPAROSCOPICA

Dr. Royner Montero Carvajal
Coordinador



Cc: Archivo
hrl/030.06.2020