



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
AREA DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SUB AREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA**

San José, jueves 23 de julio del 2020

SCASC-345-2020

Señores
PROVEEEORES

ASUNTO: Respuesta a objeción y solicitud de ampliación de especificaciones técnicas al cartel solicitada por la casa comercial Boston Scientific 2020 LA-000058-2102

Estimado Señor:

En respuesta a objeción y solicitud de ampliación de especificaciones técnicas al cartel, adjunto oficio JSC-ADM.208-07-2020, suscrito por el Dr. Jairo Villareal Jaramillo, Jefe del Servicio de Urología quien se refiere a las peticiones sugeridas. Se adjunta documentos.

Cabe indicar que la apertura quedaría para el día viernes 07 de agosto del 2020 a las 10:00 horas.

Agradeciendo lo anterior, suscribe


Licda. Adriana V. Álvarez Zumbado
Coordinadora a.i de la Sub Área de Contratación Administrativa



Cc.
Archivo/

dms



SOLICITUD DE ACLARACIÓN

San José, 13 de julio de 2020

Personal a cargo
Sub Área de Contratación Administrativa
Hospital San Juan de Dios
Caja Costarricense del Seguro Social

Referencia	2020LA-000058-2102 guía urológica de nitinol y tungsteno
Asunto	Solicitud de Aclaración / Modificación

El suscrito **ARTURO ALFARO ARRIETA**, mayor, costarricense, casado en primeras nupcias, Ingeniero Electrónico, con cédula de identidad 2-0597-0711, residente de Santa Ana, actuando en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE COSTA RICA BSCR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, empresa costarricense con número de cédula jurídica 3-102-765761, mandato adjunto a la presente solicitud, con base el **artículo 60¹ Y 70 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)**, y a la **cláusula 1.17 de las Condiciones Administrativas del cartel**:

¹ Reglamento Ley de Contratación Administrativa, Artículo 60.—Modificaciones, prórrogas y aclaraciones:

Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan. Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración



L17 En cuanto a los recursos de objeción, aclaraciones o modificaciones que se deriven de este cartel, se recibirán de la misma manera, vía correo electrónico, manteniendo los plazos de Ley para la reposición de los mismos.

Respetuosamente me dirijo a esa Sub Área de Contratación Administrativa para **solicitar aclaración** sobre los siguientes aspectos del cartel:

1) Ítem 1: Código: 2-75-03-0239 / UGUIA UROLOGICA DE NITINOL Y TUNGSTENO, DE DIAMETRO DE 0.035 PULGADAS Y UNA LONGITUD DE 150 CM.

Conforme a la letra del cartel, se verifican las siguientes condiciones técnicas para el ítem 1:

"Guía urológica hidrofílica, con diámetro de 0.035 pulgadas y una longitud de 150 cm, la punta recta, con recubrimiento hidrofílico de 5 cm, con núcleo de nitinol resistente al acodamiento y con revestimiento de PTFE para mejor manipulación, que tenga la punta radiopaca en tungsteno para mejor visualización fluoroscópica y que no contenga látex."

Ante la anterior descripción, esta representación tiene dudas sobre las especificaciones específicas de los equipos, y dado que el cartel *"Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar"*² (subrayado no

importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo de contratación. **Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación.** Las que sean presentadas fuera de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.

² Reglamento Ley de Contratación Administrativa, CAPÍTULO V El Cartel, Artículo 51.-Concepto.



pertenece al original)), se solicitar aclarar si el equipo que participase pudiera o debiera cumplir al menos las siguientes condiciones técnicas:

- Con diseño en el extremo proximal tipo dual-flex flexible de 10 cm (+/- 0.5 cm) que facilita el paso a través de un ureteroscopio. (Esto ayuda a evitar el daño de los equipos al ser esta punta flexible)
- La punta y el cuerpo de la guía con diferencia de color para la identificación de la sección que va hacia el paciente.

Lo anterior se solicita como modificación de las características de los insumos con el fin de tener mayor claridad sobre el tipo y calidad del insumo que se requiere, y que resulta insuficiente con las características supra citadas.

De antemano agradecemos la atención del caso. Quedamos a su entera disposición para atender cualquier consulta o duda.

Notificaciones: atenderemos notificaciones al correo electrónico cascae1@bsci.com, con copia a Arturo.Alfaro@bsci.com, o al fax 2505-5601-

BOSTON SCIENTIFIC COMERCIAL DE COSTA RICA BSCR S.R.L

ARTURO
ALFARO
ARRIETA
(FIRMA)

Digitally signed
by ARTURO
ALFARO ARRIETA
(FIRMA)
Date: 2020.07.13
15:09:09 -06'00'

Arturo Alfaro Arrieta



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Sección Cirugía
Teléfonos: 2547-8000 / Ext.: 8656
Correo electrónico: hrivereal@ccss.sa.cr

175 HOSPITAL
San Juan
de Dios

22 de julio del 2020
JSC-ADM. 208-07-2020.

MBA.
Marvin Solano Solano
Jefe Área de Gestión Bienes y Servicios

ASUNTO: Solicitud de modificación/aclaración para el proceso Licitatorio 2020LA-000058-2102 correspondiente a "Guía Urológica de Nitinol y Tungsteno"

Estimado MBA. Solano:

Con respecto a la aclaración solicitada al cartel 2020LA-000058-2102 el Servicio solicita lo siguiente:

Ítem 1: Guía Urológica de Nitinol y Tungsteno, de diámetro de 0.035 pulgadas y una longitud de 150 cm,

Especificaciones: Guía urológica hidrofílica, con diámetro de 0.035 pulgadas y una longitud de 150 cm, la punta recta, con recubrimiento hidrofílico de 5 cm, con núcleo de nitinol resistente al acodamiento y con revestimiento de PTFE para mejor manipulación, que tenga la punta radiopaca en tungsteno para visualización fluoroscópica y que no contenga látex.

La empresa Boston Scientific solicita.

1. Con diseño en el extremo proximal tipo dual-flex flexible de 10 cm (+/- 0.5cm) que facilita el paso a través de un Ureteroscopio. **Se acepta modificación** en cuanto a longitud, quedando de la siguiente forma: Con recubrimiento hidrofílico de 5 cm o más.
2. La punta y el cuerpo de la guía con diferencia de color para la identificación de la sección que va hacia el paciente. **No se acepta modificación.**

Sin otro particular se despide.

Atentamente,

JEFATURA DEL SERVICIO DE UROLOGÍA

Dr. Jairo Villareal Jaramillo
Jefe



Cc: Archivo
20200722