

HSJD- JSC.ADM- 075-02- 2021

26 de febrero del 2021

Licenciado

Carlos Andrés Araya Jiménez, Coordinador Sub-Área de Contratación

Área de Gestión Bienes y Servicios -2102

Estimado señor:

ASUNTO: Respuesta Solicitud de aclaración al Concurso para la compra 2021CD-000029-2102 "Uretrotomo"

En atención al correo electrónico de fecha 23 de febrero del 2021, referente a solicitud de aclaración al cartel licitatorio 2021CD-000029-2102 para la adquisición de Uretrotomo presentada por la Casa Comercial Gerard O Elsner LTDA, referente a las especificaciones del ítem # 2 indicada en el cartel de licitación, la cual solicita:

Especificaciones

- Uretrotomo sachse, con camisa 20 fr., para adultos, completo

Se acepta modificar dicha especificación, quedando de la siguiente manera:

Ítem # 2: URETROTOMO SACHSE, CON CAMISA 20 ó 21 FR., PARA ADULTOS, COMPLETO

Especificaciones

- Uretrotomo sachse, con camisa 20 ó 21 fr., para adultos, completo

Con relación al plazo de entrega, se solicitó en el cartel de licitación una entrega a 15 días hábiles máximo y regirá a partir del día posterior a la notificación que realice el Área de Gestión Bienes y Servicios sobre la disponibilidad para retirar la orden de compra, la casa comercial solicita ampliar el tiempo de entrega a 45 días. Luego de analizar la petitoria, se determina ampliar el plazo de entrega a 30 días hábiles.

Es importante indicar que el Servicio de Urología está anuente en la modificación del cartel, así mismo quedamos sujetos a las disposiciones de la Sub-Área de Planificación y Programación de Suministros en cuanto al permiso del nivel central de modificar las medidas dentro del catálogo SIGES.

Sin otro particular, se despide

Atentamente,

JEFATURA SERVICIO UROLOGIA

Dr. Jairo Villarreal Jaramillo, Jefe

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Jefatura de Urología

Hrl/075.02*2021

Archivo