



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Hospital San Juan de Dios
Área de Gestión de Bienes y Servicios
Sub Área de Contratación Administrativa
Teléfonos: 2547-8283

80
ANIVERSARIO
CCSS

8 de marzo de 2021
SCA-SC-021-2021

Señores
Proveedores



ASUNTO: Respuesta a solicitud de Modificación / Aclaración al cartel
2021CD-000036-2102 "Recipiente para la Recolección y Envase para
Proteinuria"

Estimados Proveedores:

En respuesta a peticiones de modificaciones al cartel realizadas por las casas comerciales **GOODEN REPRESENTACIONES S.A** y **YIRE MEDICA S.A**, adjunto oficio QCL0014-21 suscrito por la Dra. Nidia Lobo Innecken, Jefe División Química Clínica, en el cual se refiere a las peticiones realizadas. (Se adjunta documento).

***** Cabe recalcar que la apertura del expediente se mantiene para el día 11 de Marzo del 2021 a las 08:30 Horas.**

Agradeciendo lo anterior, suscribe


8/3/2021


Lic. Carlos Andres Araya Jimenez
Coordinador a.i Sub Área de Contratación Administrativa



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
LABORATORIO CLÍNICO
QUÍMICA CLÍNICA

TEL: 2547-8441 TELFAX: 2257-5994

08 de marzo, 2021
QCL0014-21

Señor
Dr. José Pablo Marín
Director Laboratorio Clínico
Hospital San Juan de Dios

Asunto: Solicitud de Modificación al Cartel 2021CD-000036-2102 "Recipiente para la Recolección y Envase de Proteinuria".

Estimado Dr. Marín:

En respuesta a las consultas planteadas en el correo electrónico enviado por el Señor Denis Mauricio Salazar Rodríguez del Área de Gestión de Bienes y Servicios, para el concurso del cartel 2021CD-00036-2102 de "Recipiente para la Recolección y Envase de Proteinuria", refiero lo siguiente:

- 1- En el caso de la Empresa YIRÉ MÉDICA S.A., en el cartel, en el ítem de Especificaciones Técnicas, en el apartado "Empaque", se indica que "En bultos conteniendo un máximo de 48 unidades por bulto". Especificación que no habla de mínimos sino de máximos, por lo que si la presentación se lleva a cabo en bultos de menor cantidad, esto no afectaría las condiciones del cartel, por lo que sí doy aval para modificar el cartel de un máximo de 48 a un máximo de 40 a 48 unidades por bulto.
- 2- En el caso de la Empresa GOODEN REPRESENTACIONES S.A., en el cartel, en el ítem de Especificaciones Técnicas se indica que la base del recipiente es cuadrada, esto con el fin de que el embase tenga un buen sostén en superficies planas para que no se caiga y no haya peligro de derrame y pérdida de la muestra de orina de 24 horas. Dicha empresa solicita cambiar la especificación de "Base cuadrada" a "Base cuadrada y/o rectangular". Por lo que se aprueba esta modificación y luego con la presentación de las muestras, se evaluará la estabilidad de la misma en superficies planas.
- 3- De acuerdo con el punto de la Empresa GOODEN REPRESENTACIONES S.A con respecto al ítem de Literatura, donde se dice que: "se requiere copia de las características del recipiente, indicando aprobación por FDA o UE (Unión Europea) no certificadas por notario público de Costa Rica". Se amplía cartel en este punto específico para agregar el certificado ISO 9001:2015.
- 4- Por último, la Empresa GOODEN REPRESENTACIONES S.A indica que en el cartel, no se indica el uso de materiales biodegradables, por lo que apruebo incluir,



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
LABORATORIO CLÍNICO
QUÍMICA CLÍNICA

TEL: 2547-8441 TELFAX: 2257-5994

en Especificaciones Técnicas del cartel de "Recipiente para la Recolección y Envase de Proteinuria", que se aceptan ofertas de productos biodegradables.

Atentamente:

Dra. Nidia Lobe Innecken
Jefe División Química Clínica

cc/ archivo

Lic. María Luisa Jiménez, Asistente Administrativa Laboratorio Clínico