



AGBS-CA-2165-2020
10 de julio del 2020

ATENCIÓN SEÑORES PROVEEDORES

ACLARACION AL CARTEL CONTRATACION DIRECTA 2020CD-000344-2103

POR: GUIAS VARIAS.


Se les comunica aclaráción-modificación al cartel de la Contratación Directa mencionada en el epígrafe, efectuada por el Dr. Rafael Gutiérrez Álvarez, Jefe Servicio de Cardiología de este hospital, indica:

- ✓ **"ITEM #15 SE AMPLIA EL PERFIL EXTERNO DEL CATATER DE 2.4 A 2.3 Y LA LONGITUD DE TRABAJO SE AMPLIA DE 130CM A 135CM."**
- ✓ **CON RELACIÓN A LA GUÍA CORONARIA SE ACLARA QUE LA GUÍA ES DE ACERO INOXIDABLE PERO SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ES QUE EL RECUBRIMIENTO DEL EXTREMO DISTAL ES DE NITINOL (REQUISITO).**

Las demás condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Contratación Directa es el día **MIÉRCOLES 15 DE JULIO, 2020 A LAS 10:30 A.M.**

Sin otro particular se despide atentamente,


Licdo. Jeinner Rafael Castro Duvan
Analista-Compradora
Área Gestión de Bienes y Servicios

