



AGBS-CA-2214-2020
16 de julio del 2020

ATENCIÓN SEÑORES PROVEEDORES

ACLARACION AL CARTEL **CONTRATACION DIRECTA** **2020CD-000348-2103**

POR: MONITOR MEDIDOR DE OXIDO NITRICO.

Se les comunica **ACLARACION-MODIFICACION al cartel** de la Contratación Directa mencionada en el epígrafe, efectuada por el Dr. Jose Pablo Gutiérrez Schwanhauser, jefe Servicio Neumología y Terapia Respiratoria de este hospital, indica:

- ✓ PUNTO 11: SE AMPLIA REQUISITO DEL OFERENTE DEBE CONTAR MÍNIMO CON UN PROFESIONAL INGENIERO EN ELECTROMEDICINA O INGENIERO EN ELECTRÓNICA.
- ✓ PUNTO 25 DE LOS REQUISITOS, CARACTERISTICAS, DISPOSICIONES Y PREVENCIONES TECNICAS PARA CONCURSOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPO MEDICO: SE ANULA EL CONTENIDO INDICADO.

Las demás condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Contratación Directa es el **VIERNES 17 DE JULIO, 2020 A LAS 10:30 A.M.**

Sin otro particular se despide atentamente,

Licdo. Jeinner Rafael Castro Duran
Analista-Compradora
Área Gestión de Bienes y Servicios

