



AGBS-CA-2416-2020  
05 de agosto del 2020

**ATENCIÓN SEÑORES PROVEEDORES**  
**ACLARACION- MODIFICACION AL CARTEL**  
**LICITACION ABREVIADA**  
**2020LA-000024-2103**

**POR: APOSITOS VARIOS, DISPOSITIVO QUIRURGICO, EXPANSORES VARIOS, CARTUCHOS DE GRAPAS, GEL HIDROACTIVO, RECOLECTOR CANISTER, MEMBRANA SINTETICA.**

Se les comunica **ACLARACION-MODIFICACION al cartel** de la licitación abreviada mencionada en el epígrafe, efectuada por la Dra. Cinthya Mora Mesen, jefe Servicio Cirugía Reconstructiva de este hospital, indica:

- ✓ ITEM #01: SE DEBE LEER "APOSITO 100% COLAGENO EN EL ESTADO NATIVO CON ALTO GRADO DE ESTRUCTURA HELICOIDAL Y CLORURO DE PLATA O PLATA IONICA CON UNA CONCENTRACION DE 1.2%. PRESERVE LA HERIDA LIBRE DE BACTERIAS Y ALGUNOS MICROORGANISMOS. CON MEDIDAS DE 10.8CM X 11.13 CM (+/-2CM)"
- ✓ ITEM #07: SE DEBE LEER "APOSITOS DEBRIDANTES ANTIMICROBIANOS 100% HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA Y ALGINATO DE CALCIO CON UN ALTO CONTENIDO DE ACIDO GULURONICO Y PLATA IONICA. CON MEDIDAS DE 10.2CM X 12.1 CM (+/- 2CM. APOSITO CON CAPACIDAD DE ABSORCION Y RETENCION DE EXUDADO
- ✓ ITEM #08: SE DEBE LEER "CARTUCHOS DE GRAPAS PARA PIEL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO 5.7MM X 3.8MM APROXIMAMENTE. CADA CARTUCHO DEBERÁ TENER 35GRAPAS CADA UNA. DEBE INCLUIR UN TOTAL DE 50 QUITA GRAPAS.
- ✓ ITEM #10: SE ACLARA "EN EL FOLIO 75, DONDE ESTA LA FICHA TECNICA, NO SE DESCRIBE NINGUN COLOR DE LA ESPONJA, POR TAL MOTIVO QUEDA ABIERTA ESTA CARACTERISTICA. LA PRESION PUEDE MEDIRSE ADEMAS EN LA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. TODOS LOS COMPONENTES PUEDEN VENIR EN EMPAQUES ESTERILES POR SEPARADO. ES IMPORTANTE AGREGAR QUE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS QUE CUENTA EL SERVICIO.
- ✓ ITEM #11: SE ACLARA. LA PRESION PUEDE MEDIRSE ADEMAS EN LA UNIDAD DE TERAPIA DE PRESION NEGATIVA. TODOS LOS COMPONENTES PUEDEN VENIR EN EMPAQUES ESTERILES POR SEPARADO. ES IMPORTANTE AGREGAR QUE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS DEBEN SER COMPATIBLES CON LOS QUE CUENTA EL SERVICIO.
- ✓ ITEM #12: SE ACLARA LOS INSUMOS ADQUIRIDOS DEBEN SER ESTERILES Y COMPATIBLES CON LOS QUE CUENTA EL SERVICIO.

Las demás condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Licitación Abreviada es el **JUEVES 06 DE AGOSTO, 2020 A LAS 10:30 A.M.**

Sin otro particular se despide atentamente,

  
Licdo. Jeinner Rafael Castro Duran  
Analista-Compradora  
Área Gestión de Bienes y Servicios

