



AGBS-CA-0245-2021  
17 de marzo del 2021

## ATENCIÓN SEÑORES PROVEEDORES

### MODIFICACIÓN AL CARTEL

### CONTRATACION DIRECTA

### 2021CD-000012-2103

**POR:** PLACA DE ELECTRODO DE RETORNO DE MATERIAL HIPOALERGENICO, LAPIZ DE ELECTROCIRUGIA MANUAL DE TRES PINES, EXTENSION DE ELECTRODO PARA ENERGIA MONOPOLAR.

BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA AL AMPARO DEL ART. 162 - INCISO B DEL RCA.

Se les comunica **modificación al cartel** de la Contratación Directa mencionada en el epígrafe, autorizada mediante oficio SOP-053-21 efectuada por la **MSc. Jenny Jara Salas**, jefe a.i. del **Servicio Sala Operaciones**, del Hospital Nacional de Niños, donde manifiesta lo siguiente con respecto al **ITEM #2**:

**Se acepta las modificaciones para el ITEM numero 2 quedando de la siguiente manera: Tamaño del electrodo de 9.5 cm x 12.1 cm pediátrico para que se lea Tamaño del electrodo de 9.5 cm +/- 0.4 cm x 12.1 +/- 1.1 cm.**

Las demás condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Contratación Directa es el día **JUEVES 18 DE MARZO, 2021 A LAS 10:30 A.M.**

Sin otro particular se despide atentamente,



**Licda. Sandra Quesada Rojas**  
**Analista-Compradora**  
**Área Gestión de Bienes y Servicios**