



**ATENCIÓN SEÑORES PROVEEDORES**  
**MODIFICACIÓN AL CARTEL**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA 2021CD-000022-2103**

**POR: INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA.**


Se les comunica **Aclaración y/o Modificación al Cartel** de la Contratación Directa mencionada en el epígrafe, autorizada mediante oficio SOHNN-018-2021 por el Dr. Leslie Argüello Cruz Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional de Niños.

<b>Ítem 2 :</b>	Gas presurizado C3F8 para uso Intraocular en cilindro de 100 Gauge, puede ser en cilindro de 75ml a 100 ó jeringa lista para usar, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 3:</b>	Dilatador Castro viejo lagrimal doble, con puntas pulidas, mango redondo, largo de 100mm o mayor, de titanio y/o acero inoxidable, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 5:</b>	Cuchillete de 2.4mm angulado de bisel doble para córnea clara, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 11:</b>	Caja de esterilización para 20 o 30 instrumentos oftálmicos, doble bandeja con malla de silicón, para protección de instrumental oftálmico y esterilización, de 254mm x 152.4mm x 38.2mm (10 x 6.00x 1.5 pulgadas) lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 12:</b>	Kit de Vitrectomía de 23 Gauge, de un paso de segmento posterior, lo demás permanece invariable. Para utilizar en los equipos Facioemulsificador Visalis 500, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 13</b>	Manipulador de núcleo tipo Seibel, tamaño 122mm o sea +/-2mm, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 14</b>	Banda de Silicón para Cirugía de retina, con un cilindro de banda de 240 y con canal de 2,5mm, estéril, desechable, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 16</b>	Esponja absorbente de implante en desprendimiento de retina, medida con rango de 4.0mm a 5.0mm, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 18</b>	Porta Agujas Castro Viejo curvo sin seguro, para sutura de 8-3 a 11-0, en acero inoxidable y/o titanio. Del pivote a la punta que mida 3mm y el mango 110 +/- 2mm de largo, lo demás permanece invariable.
<b>Ítem 19</b>	Porta Agujas Barraquer curvo con cierre, con mandíbulas ligeramente curvas de <b>9mm (+-3mm)</b> , mango redondo rugoso, opaco, en acero inoxidable y/o titanio, longitud total <b>113mm (+-2mm)</b> , lo demás permanece invariable.
<b>Ítems 3, 4, 8, 9, 11, 13, 18 y 19 NO APLICA ESTERILIDAD.</b>	

Las demás condiciones y términos permanecen invariables.

Se les recuerda que la fecha y hora de la apertura de esta Contratación Directa es el día **VIERNES 26 DE MARZO DEL 2021, A LAS 10:30 A.M.**

Sin otro particular se despide atentamente,

  
 Licda. Johana Guadamuz Delgado  
 Analista-Compradora  
 Área Gestión de Bienes y Servicios



 Expediente respectivo