

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL



HOSPITAL MEXICO

SUB ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCURSO

2020CD-000261-2104

OBJETO CONTRACTUAL

**KIT PARA COSECHA DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS.
MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA COMPARA
ANUAL CON POSIBILIDAD DE PRORROGAR POR TRES
PERIODOS MAS**

SERVICIO SOLICITANTE

BANCO DE SANGRE

PRESUPUESTO ESTIMADO: ¢ 11, 607,535.00

FECHA Y HORA DE APERTURA

22 de OCTUBRE del 2020 a las 09:00

MODIFICACIONES



El HOSPITAL MEXICO - Caja Costarricense de Seguro Social, recibirá ofertas por ESCRITO, HASTA LAS 09:00 HORAS, DEL Día 22 de OCTUBRE del 2020, para el suministro de: KIT PARA COSECHA DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS. MODALIDAD DE ENTREGA SEGUN DEMANDA COMPARA ANUAL CON POSIBILIDAD DE PRORROGAR POR TRES PERIODOS MAS

Item	U.M	Código	Descripción	Petición	Modalidad	Proyec. cons.	No. Entregas	Intervalo	Primera Entrega
1	UD	2-88-26-0514	KIT PARA COSECHA DE PLASMA RICO EN	3529	PRORROGABLE	80.000	SEGUN DEMANDA	0 meses	Según Especificaciones

*Se aclara, que las cantidades expresadas en la tabla de insumos solicitados, siempre presentará tres decimales, aclarando así mismo que la nomenclatura utilizada en dicha tabla será siempre "coma (,)" para separar miles y "punto (.)" para separar los decimales.

Rigen: Las condiciones generales para la contratación administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades desconcentradas y no desconcentradas de la Caja Costarricense de Seguro Social publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 16 de abril 2009, sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 160 del 18 de agosto de 2009, y toda aquella normativa vigente aplicable según la naturaleza de lo requerido.

Condiciones Específicas

Amparada en el artículo 144 y 162 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Modalidad entrega según demanda

Compra por un año, con posibilidad de prorrogar por tres periodos más.

Oficio: BS.LC.HM-0205-2020

Este cartel consta de diez (10) páginas: tres (03) páginas de portada de cartel, seis (06) páginas con especificaciones técnicas y una (01) con tabla de ponderación.

Plazo de entrega: Como se indica en Especificaciones Técnicas.
Indicar: Fabricante y país de origen del producto cotizado.

La vigencia mínima de la oferta para esta compra directa deberá ser de: **60 días naturales**.

Notas importantes:

El plazo del contrato será establecido en cada compra en particular. No obstante, en aquellos contratos prorrogables, con al menos 60 días naturales de anticipación al vencimiento del plazo, la Administración podrá dar por terminado el contrato. A falta de pronunciamiento de la administración, se tendrá por prorrogado el plazo, cuando se tenga acreditado en el expediente: Que no se haya acreditado un incumplimiento grave en las condiciones y plazo pactados. (Reformada mediante acuerdo de Junta Directiva CCSS en el artículo 31 de la sesión N° 8369, celebrada el 6 de agosto del 2009. publicada en La Gaceta N° 160 del 18 de agosto 2009) Que la necesidad del aprovisionamiento del objeto del contrato prevalezca. Que las condiciones de compra y de precio no resulten excesivas en relación con el mercado al momento en que se valora prorrogar el contrato.

Si la oferta resulta adjudicada se deberá presentar una garantía de cumplimiento equivalente a un 5% del monto total adjudicado si este es igual o superior a \$50.000.000,00. En contrataciones con entrega según demanda se calculará en base a la proyección de un año por el precio unitario.

Para la debida presentación de garantías de cumplimiento: Cuando se depositen certificados de depósito a plazo en cualquier moneda, cheques certificados, de gerencia o dinero en efectivo, se debe adjuntar debidamente, con todos los datos solicitados, el documento denominado "Información complementaria para el depósito de garantías de cumplimiento", (el cual podrá ser solicitado en la Sub Área de Contratación Administrativa de este hospital) libre de borrones, tachaduras y alteraciones que hagan dudar de su legitimidad. Este documento debe ser entregado al momento de presentar la garantía de cumplimiento; el cual debe estar firmado por la persona legalmente facultada para ello.

El funcionario responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato en los términos establecidos en el cartel y/o complementados en la orden de compra o en el contrato respectivo será la Dirección Administrativa Financiera.

Tabla de Ponderación

Tipo de Evaluación	Descripción Evaluación	Porcentaje
EXPERIENCIA	15% EXPERIENCIA POSITIVA	15%
PRECIO	85% PRECIO	85%


**Declaraciones Juradas**

Nombre	Descripción
ARTICULO 22 Y 22 BIS	NO ME ALCANZAN LAS PROHIBICIONES DEL ARTICULO 22 Y 22 BIS DE LA LEY DE CONTRACION ADMINISTRATIVA
ARTICULO 65 INCISO A) RLCA	NOS ENCONTRAMOS AL DIA CON EL PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES, RENTA, VENTA, PATENTES Y OTROS.
ARTICULO 65 INCISO C) RLCA Y ARTICULO 74 DE LA LEY CONSTITUTIVA DE CCSS	NOS ENCONTRAMOS AL DIA CON EL PAGO DE LA CUOTAS OBRERO PATRONALES
ARTICULOS 99,100 Y 100 BIS DE LCA	NO ME ENCUESTRO SANCIONADO
TRIBUNALES DE COSTA RICA	QUE ACEPTO SOMETERME A LOS TRIBUNALES Y LEYES DE COSTA RICA EN TODO LO CONCERNIENTE AL PROCESO, LA EJECUCION DEL CONTRATO, Y LOS RECLAMOS POR RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVEN DEL MISMO , CON RENUNCIA EXPRESA DE MI JURISDICCION
CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS POR LAS UNIDADES DE LA CCSS	2.7.1 SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE CUALQUIER DEUDA U OBLIGACIÓN CON LA CAJA, ASÍ COMO DE AQUELLOS ARREGLOS DE PAGO FORMALIZADOS PARA ATENDER LAS MISMAS. 2.7.2. MERCADERÍA ENTREGADA POR DEL OFERENTE Y QUE HA SIDO RECHAZADA POR LAS INSTANCIAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CAJA FUE RETIRADA DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, PROPIAS O ALQUILADAS.

SAN JOSE, COSTA RICA 14 de octubre del 2020
HOSPITAL MEXICO

Sello


Revisado por



ENCARGADO DE CARTELES
FREDDY BERMUDEZ VILLALOBOS
Confecionado: de del

**Hospital México.
Laboratorio Clínico
Banco de Sangre**

05 de Octubre del 2020
BS.LC.HM-0205-2020



Especificaciones técnicas

1. Objeto de la compra: Kit para cosecha de plasma rico en plaquetas


No. de Item	Verificación Idoneidad de Código	Código Artículo	Unidad Medida	de Cantidad Solicitada
1		288260514	ud	Entrega según demanda

Esta compra se establece por un año, con posibilidad de prórroga por tres periodos iguales.

2. Especificaciones técnicas de cada artículo

Características básicas descriptivas.


- 1) El kit debe permitir la recolección autóloga de sangre, con el propósito de obtener un centrifugado de plaquetas y factores de crecimiento, para la promoción de la reparación y regeneración de tejidos.
- 2) La unidad debe permitir el procesamiento de la sangre en un sistema cerrado y estéril, que garantice la máxima eficacia y seguridad microbiológica.
- 3) La obtención del concentrado plaquetario debe realizarse con una extracción máxima de 60 ml +/- 5 mililitros de sangre del paciente.
- 4) El sistema debe permitir el incremento en un 70% como mínimo, a partir del conteo basal plaquetario del paciente.
- 5) El tiempo de procesamiento no debe ser mayor a 20 minutos.
- 6) El volumen obtenido de plasma rico en plaquetas, para aplicar al paciente debe ser como mínimo 7 ml.
- 7) El descartable debe estar dividido por cámaras, donde se divida los eritrocitos a descartar, el plasma rico en plaquetas y el plasma pobre en plaquetas, se permite también que el descartable realice la separación con un gel y el plasma pobre sea separado por medio de una aguja y jeringa.



- 8) El descartable debe tener como mínimo una vigencia de 1 año a partir de su ingreso a la bodega de la Sub Area de Almacenamiento y Distribución (Proveeduría)
- 9) El adjudicatario deberá suministrar en calidad de préstamo sin costo alguno para el hospital, por el período que dure el contrato una centrífuga, la cual debe adaptarse al dispositivo de recolección ofertado por la empresa.
- 10) La centrífuga debe ser digital controlado por un microprocesador, con pantalla donde se permita visualizar el tiempo y la velocidad.
- 11) El adjudicatario deberá suministrar con cada kit de plasma rico en plaquetas, sin costo adicional para la Institución los insumos o accesorios necesarios:
 - Una Jeringa de 20 cc, una Jeringa de 10 cc, una jeringa de 5 cc y una jeringa de 1 cc. Cada jeringa con su respectiva aguja.
 - Un adaptador
 - Una curita
 - Dos tubos con ACD o tapón amarillo
 - Una aguja aspiradora del concentrado (Aguja espinal descartable 22G X 9 cms
- 12) El adjudicatario deberá aportar con cada kit el activador (Cloruro de calcio o Gluconato de Calcio) en ampolla de no menos de 10 cc, es decir una ampolla de gluconato de por cada kit.
- 13) El adjudicatario deberá suministrar sin costo adicional para la Institución, el transporte e instalación del equipo, así como atender lo referente a entrenamiento, mantenimiento preventivo y correctivo, tanto del equipo como de sus accesorios.
- 14) El adjudicatario debe aportar una unidad de potencia suplementaria UPS, nueva, para no menos de veinte minutos. Se acepta UPS que tenga estabilizador incorporado, sin costo alguno para el hospital.
- 15) El equipo deberá operar a 110 voltios.

INDUCCIÓN.

1. El adjudicatario dará inducción a 10 microbiólogos, sin costo adicional para la institución, en el banco de sangre al personal designado por el jefe del banco de sangre en un periodo de 5 días hábiles, posteriores a la instalación del equipo.
2. La inducción debe ser impartida por un profesional, especializado en el dispositivo aportado, para lo cual deberá presentar los atestados.
3. Todos los descartables e insumos utilizados durante la inducción deben correr por cuenta del adjudicatario.
4. El horario para la inducción será de un día de 7 am a 3 pm.



5. El adjudicatario deberá dar educación continua mientras dure el contrato, dos veces al año, mediante un refrescamiento, análisis de errores, mejora del desempeño y retroalimentación con información de usuarios del sistema a nivel internacional, mediante un representante nacional o internacional certificado por la empresa fabricante para dar dicha inducción.
6. El adjudicatario debe emitir los certificados correspondientes que hagan constar la participación en dichas inducciones.


Mantenimiento Preventivo y Correctivo:

1. El adjudicatario deberá brindar el mantenimiento preventivo a la centrífuga, cada tres meses, iniciando 3 meses posterior a su instalación del equipo en el hospital México.
2. El adjudicatario deberá aportar el cronograma de visitas de mantenimiento preventivo 5 días hábiles posterior a la instalación del equipo. El mantenimiento deberá ser trimestral, la empresa deberá con un mínimo de 3 días hábiles vía telefónica, confirmar la visita para realizar el mantenimiento. El mantenimiento preventivo se puede realizar cualquier día de lunes a viernes después de la 1pm.
3. El mantenimiento correctivo para el adecuado funcionamiento de la centrífuga, se deberá brindar cuando sea necesario, de lunes a viernes de 7am a 3pm, sin costo adicional para el hospital.
4. Si en un eventual mantenimiento correctivo del equipo, la prestación del servicio de análisis se interrumpe, el adjudicatario deberá sustituirlo con un equipo similar que brinde el mismo servicio, compatible con los insumos adquiridos, en un lapso no mayor a 24 horas. El nuevo equipo deberá quedar debidamente instalado en el Banco de Sangre.
5. El adjudicatario deberá demostrar que dispone de personal técnico y profesional adecuado para brindar ágil y eficientemente el soporte de mantenimiento correctivo y preventivo al equipo aportando el currículum respectivo. Además, deberá indicar la disponibilidad del servicio técnico en todo momento, así como los correos, teléfonos y fax para solicitar el servicio. Se deberá anotar en una bitácora por parte del adjudicatario todo lo referente al mantenimiento realizado.
6. El adjudicatario deberá indicar que cuenta con la existencia de repuestos en plaza para el correcto funcionamiento de la centrífuga y del dispositivo.
7. En caso de eventual desastre natural, incendio o accidente, la institución no se hace responsable por el equipo en préstamo, para lo cual el adjudicatario, deberá contar con las pólizas de seguro sobre el equipo.

Tipo de material.

Medidas: No aplica.

**Hospital México.
Laboratorio Clínico
Banco de Sangre**



Tipos de empaque:

Empaque primario: Hermético, individual, resistente, impermeable, que le dé protección a las tarjetas durante su transporte y almacenamiento.

Debe tener en español los siguientes impresos de fábrica:

- Nombre del producto
- Casa fabricante
- País de origen
- Número de lote
- Número de referencia
- Indicaciones de uso

Empaque Secundario: En caja de cartón resistente, fuerte, que de protección al dispositivo en su transporte y almacenamiento.

El empaque debe tener los siguientes impresos de fábrica:

- Nombre producto
- Casa fabricante
- País de origen
- Número de lote

Adicionalmente la empresa adjudicada debe rotular mediante una etiqueta adhesiva en el empaque Secundario, los siguientes datos:


Servicio Solicitante.
Número de Expediente.
Número de Orden de compra o Contrato.
Código del Artículo CCSS.
Fecha Vencimiento.
Indicar cuando el artículo requiere cadena de Frio.

Estabilidad mínima: Los descartables deben tener fecha de vencimiento de al menos 12 meses, al momento de cada una de las entregas.

3. Condiciones especiales

3.1 Permisos y Certificaciones.

El adjudicatario deberá aportar la literatura original o copia correspondiente, para verificar las características del descartable, en idioma español, donde se pueda constatar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Así como los catálogos, manuales o guías con descripción del funcionamiento del descartable. En caso de traducción, la misma debe ser autenticada "como copia fiel del original", por un traductor debidamente acreditado, y que así conste en el documento.



Se solicita aportar el Permiso del Ministerio de Salud (registro de Material y Equipo Biomédico EMB), el cual debe estar vigente.

3.2 Uso de muestra. Art. 57 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.
No aplica.

4. Tiempo de entrega:

- Primera entrega:

El Banco de Sangre, notificará vía fax a la empresa adjudicada indicando la cantidad de la primera entrega con al menos 30 días hábiles de antelación posterior a la notificación de la disponibilidad de retiro de la orden de compra o contrato. Dicha documentación deberá ser confirmada al fax 22426753 o al correo xrojashm@ccss.sa.cr

El plazo para hacer efectiva ésta entrega no será mayor a 30 días hábiles posterior a la comunicación vía fax o correo electrónico xrojashm@ccss.sa.cr que emita el Servicio.

Los pedidos se realizarán posterior a que finalice la compra actual, es decir, posterior a Diciembre 2020.

Ambos documentos deberán ser adjuntados a la presentación de facturas para trámite de pago.

Para las entregas subsecuentes: El Banco de Sangre comunicará con al menos 30 días hábiles, vía fax 22426753 o correo electrónico xrojashm@ccss.sa.cr al proveedor sobre las cantidades y fecha máxima a entregar. Ambos documentos deberán ser adjuntados a la presentación de las facturas para el trámite de pago.

Lugar de entrega: Subárea de Almacenamiento y Distribución del Hospital México

5. Estimación de demanda:

Histórico de Consumo.

Insumos	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Kit para cosecha de plasma rico en plaquetas	80 ud	75 ud	80 ud


**Hospital México.
Laboratorio Clínico
Banco de Sangre**

Estimación de demanda

Producto a Comprar	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida
Kit para cosecha de plasma rico en plaquetas	80	UD

Nos comprometemos a monitorear el consumo mensual a fin de mantener los controles respectivos y ajustes necesarios en observancia al límite económico con el cual se fundamentó la compra.


Agradeciendo la atención a la presente



Dra. Xinia Rojas Camacho
Jefe Banco de Sangre
Hospital México



Cc. Archivo.



05 de Octubre del 2020
BS.LC.HM-0205-2020

TABLA DE PONDERACION

Variable Ponderable	Porcentaje
Precio	85 %
Experiencia Positiva	15%
TOTAL	100 %

Mecanismo de evaluación para el precio

Precio menor	X 85%
Precio a evaluar	

Precio Menor = Monto total del ítem de la oferta con menor precio

***Precio a evaluar Monto total del ítem de la oferta a comparar**

Experiencia positiva. Se refiere a una carta de recomendación, emitida por un Hospital, Clínica o Area de Salud de la CCSS, que haya utilizado el kit de plasma rico en plaquetas.


Mecanismo de evaluación para la experiencia positiva.

Se le dará 15 % al oferente que presente 3 cartas de recomendación.

Se le dará 10% al oferente que presente 2 cartas de recomendación.

Se le dará 05% al oferente que presente 1 carta de recomendación.

Se le dará 00% al oferente que no presente carta de recomendación.


Dra. Xinia Rojas Camacho
Jefe Banco de Sangre
Laboratorio Clínico
Hospital México

