



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva
Servicio de Anestesiología
Correo electrónico: equesadp@ccss.sa.cr
Teléfono: 2523-5920

J.A.226.09.2020
09 de septiembre del 2020

Señores
Proveedores

ASUNTO: ATENCIÓN A SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y / O AMPLIACIÓN AL ÍTEM 4, SISTEMA DE CIRCUITO COMPLETO, SEGÚN TIPO MARCA Y CRACT. PARA EQUIPO DE RESPIRADORES.

Estimados señores:

Con respecto a la solicitud de modificación y / o ampliación del ítem # 4, léase correctamente:

1. Circuito de manguera de plástico corrugado descartable con longitud de 180 cm, con diámetro de línea inspiratoria de 15 mm y un diámetro de línea espiratoria de 22 mm y manguera accesoria corrugada.
2. Codo de 90° para conectar el circuito al dispositivo de ventilación al paciente, y con capacidad para toma de capnometría.
3. Extensión de capnografo (CO2), de 300 cm.
4. Una bolsa de respiración de 3 litros y con dispositivo que garantiza la conexión entre el equipo.
5. Un Filtro bacteriano / viral con toma de capnografía y un Filtro Hidrófobo (Humidificador / bacterial / viral) adicional.

Se adiciona la siguiente especificación:

6. Estéril.

Sin otro en particular.

Atentamente,

Servicio de Anestesia

Dra. Yesenia Vado Caldera
Jefe a.i.



YVC/Gss*20

Archivo.

