



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología

Área de Gestión Bienes y Servicios

Subárea de Contratación Administrativa

HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0496-2020

12 de mayo del 2020

Señores

Potenciales oferentes

Estimados proveedores:

ASUNTO: 2020 CD-000040-2202 INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO
I Modificación al Cartel

Se les informa que las Especificaciones Técnicas del Cartel de la compra mencionada en el epígrafe, han sido modificadas; específicamente en los puntos indicados en oficio adjunto: HNGG-SO-068-2020, suscrito por el Dr. Luis Diego Giralt Apestegui – Jefatura Servicio de Odontología., recibido el 18 de mayo 2020, al ser las 02:34 p.m.

Por lo anterior, la fecha para el vencimiento, recepción y apertura de ofertas se mantiene para el día 21 de mayo del 2020 a las 09:00 a.m.

Se les insta que se verifiquen todas las condiciones del pliego de condiciones cartelarias con la finalidad de no omitir ningún aspecto.

El cartel modificado y este oficio se encontrarán disponibles en la página web institucional, https://www.ccss.sa.cr/licitaciones_detalle?up=2202

Atentamente,

Sub Area Contratación Administrativa


Lic. Douglas Rojas Barrantes. Mba
Coordinador



DRB/DBN

C.

Expediente



HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
DR. RAÚL BLANCO CERVANTES
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA
2522-7731

18 de mayo 2020
HNGG-SO- 068-05-2020

Licenciado
Douglas Rojas Barrantes, Mba
Coordinador
Sub Área Contratación Administrativa

REFERENCIA: 2020 CD-000040-2202 instrumental odontológico
ASUNTO: Solicitud aclaración y Modificación al Cartel

Estimado licenciado:

En atención a Oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-00489-2020, se remite la información solicitada.

Empresa: Optilez.Inc

Con respecto al ítem 1 lo siguiente:

- En la descripción del producto se solicita un portaagujas castroviejo de 13.97cm.
La empresa solicita participar también con un portaagujas de +/-0.5cm de la longitud solicitada.

No hay inconveniente en variar la descripción y que se lea 13.97cm +/-0.5cm

Con respecto al ítem 3 lo siguiente:

- En la descripción del producto se solicita tijera iris curva de 10.5 cm.
La empresa solicita participar también con una tijera de 12.5 cm de longitud.

No se acepta este cambio solicitada porque se requieren de tijeras iris que no superen el tamaño solicitado, para poder trabajar de forma mas cómoda en la cavidad oral del paciente.

Con respecto al ítem 4 lo siguiente:

- Se solicita una caja de esterilización para instrumentos Metálicas con tapa, para esterilizar en autoclave, medidas 30cms +/-2cms x 19cms +/- 2cms aproximadamente.
La empresa solicita participar también con una caja de esterilización para instrumentos Metálicas con tapa 32.7 cms x 22.5 cms.

No hay inconveniente en variar la descripción de la medida siempre y cuando se mantenga el material indicado en el cartel y sus características.

