


HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA
DR. RAUL BLANCO CERVANTES
JEFATURA SECCION MEDICINA GERIATRICA
TEL 25422188
FAX:2542-2189

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
APDO. 10105, SAN JOSE, COSTA RICA



HNGG-DG-JSMG-379-2020
15 de junio 2020

Licdo. Douglas Rojas Barrantes Mba.
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa

Referencia	2020-CD-000055-2202 Camilla de transporte para paciente
Asunto	Respuesta solicitud de modificación al cartel

En respuesta al oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0596-2020, referente al oficio vía correo electrónico firmado digitalmente por el Sr. Gustavo Ramírez Calderón Representante Legal de la empresa MEDITEK S.A, se aclara los siguientes puntos:

Ítems # 23

Con respecto a este punto se elimina de las especificaciones técnicas, porque queda definido en la modificación ítem # 27, donde se establece el alto y largo minino de las barandas.

Ítem # 24.

Se acepta la aclaración por lo cual se elimina el color amarillo de los anillos de las ruedas giratorias, quedando valido el respeto de la especificación técnica como sigue "Cuatro ruedas con cobertor, Omnidireccionales de tipo Tente de 8" (+/-1") de diámetro con frenado simultáneo. Accionamiento del freno de las cuatro ruedas por doble pedal situado tanto en la cabecera como a los pies".

Ítem # 27

Dada la eliminación del inciso e en el ítem No. 23 se procede a hacer la siguiente modificación en el ítem No.27, el cual se debe leer como sigue a continuación "Con barandas plegables de 20 cm mínimo de alto con bloqueo automático en posición elevada, sin espacios libres (es decir que las barandas queden debajo del lecho) y con una longitud mínima de 145 cm."

Justificación

No se acepta como modificación una longitud mínima de la baranda de 119 cm debido a que por el tipo de pacientes que se manejan en este centro, muchos cursan con deterioro cognitivo y tratan de bajarse de las camillas, por lo que una longitud mayor de la baranda es lo idóneo para la prevención de caídas en nuestra población.

tiorelle
CAW15 JUN 20 2020 12:41:49
CONTRATAC

Ítem # 28

Se rechaza la solicitud de modificación del forro de la columna incluyendo cobertor flexible de hule por considerarse de menor durabilidad y mayor desgaste del material con el tiempo por el uso de los desinfectantes hospitalarios, en aras de constar con un insumo con la mayor vida útil posible.

Ítem # 30

Se acepta la modificación solicitada de ampliar las opciones del chasis de tal forma que se consigna como sigue "Chasis para choque mínimo en los laterales y las cuatro esquinas radio transparente"

Item # 32


Léase: "Discos protectores en las cuatro esquinas". Se acepta la modificación solicitada.

De antemano le agradezco toda la colaboración brinda.

Atentamente,



Dra. Karina Chacón Gonzalez
Jefatura Sección Medicina Geriátrica
C. ArchivJUF



Dra. Kattia Alfaro Salas
Jefatura de Urgencias

