



HNGG-DG-LC-0160-2020

29 de julio del 2020

Licenciado

César Valverde Salazar, Coordinador a.i.

SubArea de Contratación Administrativa -2202

Estimado Licenciado:

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACION O MODIFICACION AL CARTEL

En respuesta a oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0731-2020 en la cual se traslada solicitud de la casa comercial Biocientífica Internacional de aclaración o modificación del cartel 2020 CD-00068-2202 Insumos Varios para el Laboratorio Clínico, al amparo de lo establecido en el RLCA me permito manifestar:

ITEM	Descripción Actual del Cartel	Modificación solicitada	Resultado de la solicitud
Ítem 5. Tubo de 16x100 mm sin anticoagulante y sin gel separador	5.11 Volumen de trabajo de 8 ml.	5.11 Volumen de trabajo de 5 a 8 ml	Aprobada
	5.14 Tamaño aproximado de 16x100 mm	5.14 Tamaño aproximado de 13x100 o 16x100 mm	Aprobada

Para lo correspondiente se remitirá el cartel con las modificaciones aceptadas.

Atentamente,

LABORATORIO CLÍNICO

Dra. Zianne Camacho Mora
DIRECTORA

ZCM/lzcm
C: Archivo