



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes

Jefatura Sección Medicina Geriátrica

Teléfono: 2542-2100 ext. 2187/2188 Fax: 2542-2189

Correo electrónico: kchacong@ccss.sa.cr//jbumana@ccss.sa.cr

**HNGG- DG-JSMG 474- 2020**

20 de agosto de 2020

Licenciado

Cesar Valverde Salazar , Coordinador

Sub Area Contratación Administrativa -2202

Estimados Señor:

**ASUNTO: RESPUESTA ACLARACION O MODIFICACION COMPRA DIRECTA 2020-LA-000009-2202 INSUMOS VARIOS PARA UROLOGIA POR PERIODO DE UN AÑO CON POSIBILIDAD DE TRES PRORROGAS Y CON MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA.**

En respuesta a los oficios HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0804-2020 y el emitido por el Sr. Nerio David Mavarez Iriarte Apoderado Generalísimo de la Empresa Eurociencia Costa Rica S.A y el oficio HNGG-DG-DAF-AGBS-SACA-0805-2020 y el emitido por el Sr. Arturo Alfaro Arrieta Apoderado Generalísimo de la Empresa Boston Scientific Comercial de Costa Rica BSCR S.R.L y el Licdo. Sergio Contreras García ,MSc Representante Legal de la Empresa UROTEC MEDICAL S.A donde solicitan aclarar – modificar los puntos mencionados.

**Empresa EUROCIENCIA COSTA RICA S.A**

**ITEM # 1**

**CANASTA EXTRACCION DE LITOS DE 1,8 CMS A 2,2 CM DE DIAMETRO Y DE 4 CM A 5 CM DE LARGO.**

Se realiza modificación quedando de la siguiente manera:

- Canasta extracción de litos, 1,8 Fr 2,2 Fr de diámetro y al menos 11mm de apertura.
- Descartables

*Leidy*  
CAN 21 AGO '20 AM 11:58:05  
CONTRATAC



## CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Hospital Nacional de Geriátría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes

Jefatura Sección Medicina Geriátrica

Teléfono: 2542-2100 ext. 2187/2188 Fax: 2542 2189

Correo electrónico: [kchacong@ccss.sa.cr//jbumana@ccss.sa.cr](mailto:kchacong@ccss.sa.cr//jbumana@ccss.sa.cr)

---

### ÍTEM # 5

#### FIBRAS GENUINAS DE 270MM DESCARTABLES

Se realiza modificación quedando de la siguiente manera:

- Salida max 30 w a 50 w
- Energía de pulso 200 -4200 mj +/-700mj
- Frecuencia de pulso 5-25Hz +/-5Hz
- Longitud de la fibra 3000 mm
- Fibra compatible con láser de holmio que se entregue al servicio el equipo debe contar con modelo de trabajo para evitar migración de litos.
- Fibra descartable

### ÍTEM # 6

#### FIBRAS GENUINAS DE 365MM DESCARTABLES

Se realiza modificación quedando de la siguiente manera:

- Salida max 30 w a 50 w
- Energía de pulso 200 -4200 mj +/-700mj
- Frecuencia de pulso 5-25Hz +/-5Hz
- Longitud de la fibra 3000 mm
- Fibra compatible con láser de holmio que se entregue al servicio el equipo debe contar con modelo de trabajo para evitar migración de litos.
- Fibra descartable

El cartel:

### ÍTEM # 6

#### FIBRAS GENUINAS DE 365MM DESCARTABLES

### ITEM # 7

#### FIBRAS GENUINAS DE 365MM REUSABLES

Se modifica a:

### ÍTEM # 6

#### FIBRAS GENUINAS DE 365um a 400um DESCARTABLES

### ITEM # 7

#### FIBRAS GENUINAS DE 365um a 400um REUSABLES



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Hospital Nacional de Geriátría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes

Jefatura Sección Medicina Geriátrica

Teléfono: 2542-2100 ext. 2187/2188 Fax: 2542 2189

Correo electrónico: kchacong@ccss.sa.cr//jbumana@ccss.sa.cr

---

**ITEM # 7**

**FIBRAS GENUINAS DE 365MM REUSABLES**

Se realiza modificación quedando de la siguiente manera:

- Salida max 30 w a 50 w
- Energía de pulso 200 -4200 mj +/-700mj
- Frecuencia de pulso 5-25Hz +/-5Hz
- Longitud de la fibra 3000 mm
- Fibra compatible con láser de holmio que se entregue al servicio el equipo debe contar con modelo de trabajo para evitar migración de litos.
- Fibra reutilizable de 10 usos

Con respecto a los ítems 5, 6 y 7 se agregará la de leyenda (se adjudicará a un único oferente por compatibilidad de los insumos y el equipo que cumple con la modalidad de préstamo.

**Empresa BOSTON SCIENTIFIC S.A**

**ITEM # 1**

**CANASTA EXTRACCION DE LITOS DE 1,8 CMS A 2,2 CM DE DIAMETRO Y DE 4 CM A 5 CM DE LARGO.**

Se realiza modificación quedando de la siguiente manera:

- Descartables

**ITEM # 5, ITEM # 6, ITEM # 7 Fichas, se realiza la modificación quedando se la siguiente forma.**

ITEM # 5: Fibra descartable

ITEM # 6: Fibra descartable

ITEM # 7: Fibra reutilizable de 10 usos



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Hospital Nacional de Geriatria y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes

Jefatura Sección Medicina Geriátrica

Teléfono: 2542-2100 ext. 2187/2188 Fax: 2542 2189

Correo electrónico: kchacong@ccss.sa.cr//jbumana @ccss.sa.cr

**ITEM # 14**

**GUIA UROLOGICA DE NITINOL Y TUNGSTENO, DE DIAMETRO DE 0.035 PULGADAS Y UNA LONGITUD DE 150 CM.**

No se acepta modificar la ficha técnica, a favor del diseño específico solicitado pero dicho diseño puede participar en la compra mencionada.

**Empresa UROTEC MEDICAL S.A**

**ÍTEM # 8**

**AGUJAS DE PUNCIÓN RENAL, DIAMETRO DE 18 GA., LONGITUD DE 20 CM**

No se acepta modificación ya que medica requerida es de 20cm, porque a menor longitud excluye el correcto funcionamiento en pacientes obesos.

**ÍTEM # 9**

**GUIAS PARA LA INTRODUCCION PERCUTANEA, TIPO ZEBRA, DIAMETRO DE 0.035 Y LONGITUD DE 150CM.**

No se acepta modificación ya que los materiales descritos en la ficha son los requeridos por el servicio.

**ITEM # 14**

**GUIA UROLOGICA DE NITINOL Y TUNGSTENO, DE DIAMETRO DE 0.035 PULGADAS Y UNA LONGITUD DE 150 CM.**

No se acepta modificación ya que los materiales descritos en la ficha son los requeridos por el servicio.

Atentamente,

**Jefatura Sección Medicina Geriátrica**

Dra. Karina Chacón González  
Jefatura a.i



KCHG/JUF

Anexo: N/A

Copia: Expediente 2020-CD-000009-2202

Ruta de Acceso: Electronico