

COMPRA 2017CD-000094-2205
EQUIPOS VARIOS PARA ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA
AVISO # 01

La Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela, comunica a los interesados en este concurso, que debido a la solicitud de aclaración que se presentó al cartel original, **SE MANTIENE LA APERTURA PARA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 9:00 AM. SE ADJUNTA CARTEL DEFINITIVO**

Alajuela, a las 09:00 horas del día 16 AGOSTO del 2017; el suscrito Cristian Ruiz Rostran, cédula de identidad 8-0080-0305, funcionario del Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela, procede a notificar el presente acto administrativo a:

NOMBRE DEL OFERENTE	FAX	TELÉFONO	NOMBRE DE QUIEN CONFIRMA
1. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A	2239-6863	2239-6464	
2. SIRE MEDICAL S.A	2290-2974	2220-4451	
3. ANCAMEDICA S.A	2248-4191	2248-3515	
4. ELVATRON S.A	2290-4985	2242-9900	
5. GERARD O. ELSNER LTDA	2223-5785	2222-3330	
6. TRI DM S.A	2257-6380	2257-7676	
7. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y MEDICA S.A	2227-6473	2217-7800	
8. EUROCIENCIA DE COSTA RICA S.A	2582-0725	2582-0724	
9. INNOVADORA MEDICA S.A	2248-3121	2258-5515	
10. MEDITEK S.A	2231-7590	2549-2200	

Nota: Favor devolver la notificación firmada y sellada al fax: 24-36-10-37 ó 24-36-10-39

De conformidad con lo señalado por la Contraloría General de la República en Resolución #RC-161-2001. En caso de que se omita devolver el oficio sin firmar y sello se tendrá el mismo por notificado.


 Contratación Administrativa
CRISTIAN RUIZ ROSTRAN



Archivo

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA

SUB ÁREA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCURSO:

**CONTRATACIÓN DIRECTA
2017CD-000094-2205**

CARTEL DEFINITIVO.

OBJETO CONTRACTUAL:

**EQUIPOS VARIOS PARA ESPECIALIDADES DE
CIRUGÍA.**

SERVICIO SOLICITANTE

**CIRUGÍA, ORTOPEDIA, UROLOGÍA, ELECTRO
MEDICINA.**

FECHA Y HORA DE APERTURA

18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS 09:00 A.M.

CONDICIONES GENERALES

El Hospital San Rafael de Alajuela de la Caja Costarricense del Seguro Social recibirá ofertas por escrito hasta las **09:00 horas del día 18 de AGOSTO del 2017**, fecha y hora en que se realizará el acto de apertura de ofertas en la oficina de la Subarea de Contratación Administrativa, ubicadas en el primer piso del edificio del Hospital, el cual se encuentra en la Alameda Tomás Guardia, 100 sur del ICE, Alajuela.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

- 1) El objeto de la presente contratación es la adquisición de **EQUIPOS VARIOS PARA ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA**, según el pliego de especificaciones técnicas desarrolladas en el presente cartel.
- 2) La estimación del costo total es de **¢ 20.836.384,80** que corresponde a la partida presupuestaria **2154,2320** contando con dicho monto en el presupuesto ordinario de este año.

OFERTAS

- 3) Corresponderá a la Subárea de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela, la tramitación del presente procedimiento de adquisición, y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la unidad técnica responsable. Para consultas comunicarse al teléfono 2436-1473, fax 2436-1037 o 2436-1039.
- 4) Los carteles o pliegos de condiciones válidos, son solamente aquellos comunicados por la institución por las vías establecidas para ese efecto; en virtud de ello, no es posible garantizar la fidelidad de la información contemplada en páginas disponibles en la red de Internet de uso privado o no oficiales de la CCSS, por lo tanto no se asume responsabilidad sobre su contenido.
- 5) La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y especificaciones del cartel y las disposiciones legales y reglamentarias.
- 6) La oferta económica deberá venir con la firma original del representante legal, o una persona autorizada por el representante legal; además deberá aportar copia de la cédula de identidad por ambos lados de la persona que firma la oferta y de la persona que autoriza a firmar la oferta.
- 7) La oferta presentada deberá ser clara, por lo que el oferente deberá desarrollar la misma, línea por línea, con la finalidad de permitir analizar si la empresa participante cumple con absolutamente todas las disposiciones solicitadas en las especificaciones técnicas del presente cartel de compra.
- 8) Las cotizaciones de precios deberán detallarse para cada bien, para ofertas en plaza, incluidos todos los impuestos y gastos que lo afecten (indicados por separado).
- 9) Las ofertas deben señalar claramente su vigencia, la cual deberá ser no menor de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura, misma que se entenderá en caso de omisión en la oferta.
- 10) El precio ofertado será considerado firme, definitivo y en plaza.
- 11) La forma de pago a utilizar es la usual de la CCSS, se realizara como máximo 30 días naturales posterior a la recepción definitiva del producto.

12) En atención de la Directriz N° 52-MP emitida por la Presidencia de la República se prescinde de la presentación de los siguientes documentos:

- Personería jurídica de la empresa, su presentación se reserva solo para el adjudicatario en etapa posterior, so pena de la declaración de insubsistencia en caso de no presentarla según lo previsto en cada caso particular.
- Cédula física del firmante de la oferta, se debe indicar el número de cédula del firmante para, en caso pertinente hacer las consultas necesarias en los diferentes registros y/o sistemas.

13) Presentar las siguientes declaraciones juradas:

- Declaración jurada de que no lo afectan las prohibiciones para contratar, establecidas en el Artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.
- Declaración jurada de que se encuentra al día en las obligaciones relativas al régimen de impuestos nacionales.
- Declaración jurada de que mercadería entregada y que ha sido rechazada por las instancias técnicas de la CCSS fue retirada de las bodegas de la Institución, propias o alquiladas.
- Declaración jurada de que cumple con las obligaciones laborales y de seguridad social impuestas por el derecho costarricense a favor de sus trabajadores o en su defecto como trabajador independiente de acuerdo con el régimen institucional aplicable.
- Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de cualquier deuda firme, líquida, cierta determinada y debidamente comunicada que registre la Institución a su favor producto de anteriores contrataciones incumplidas

14) El oferente debe presentar en la oferta el desglose de la estructura del precio con todos los elementos que lo componen.

15) El oferente debe indicar en su oferta el país de origen del producto ofertado.

16) El oferente debe indicar el número de proveedor inscrito ante la CCSS y en condición de activo so pena de la declaración de insubsistencia en caso de no presentarla según lo previsto en cada caso particular.

17) En caso de omitirse algún punto del cartel, la Administración podrá subsanar la información conforme a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

18) En caso de no subsanarse dicha información se procederá aplicar lo dispuesto en el numeral 82 del Reglamento General de Contratación Administrativa., que indica: "Si la prevención para subsanar no es atendida en tiempo, la Administración procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación".

19) La oferta será rechazada cuando presente un precio inaceptable, según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

20) En lo no contemplado en las presentes condiciones generales rige lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento así como las condiciones generales para la contratación administrativa institucional publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 16 de abril 2009, sus modificaciones publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 160 del 18 de agosto de 2009 y reforma publicada en La Gaceta No. 86 del 05 de mayo 2010 así mismo las demás especificaciones técnicas propias del cartel de este concurso, y toda aquella normativa vigente

aplicable según la naturaleza de lo requerido.

APERTURA Y VENCIMIENTO DE LA COMPRA

- 21) La fecha límite para la recepción de las ofertas corresponderá al día y hora programada para la apertura, de inmediato se realizará dicho acto en la Sub. Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela y/o en la sala disponible para este efecto.
- 22) Los proveedores interesados en participar en esta contratación, deberán presentar sus ofertas por escrito y en sobre cerrado, en la Sub. Área de Contratación Administrativa del Hospital San Rafael de Alajuela.
- 23) En la parte exterior del sobre se debe indicar claramente el número de concurso, el objeto del mismo y la identificación del oferente con el siguiente formato:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA CONCURSO N° : OBJETO: NOMBRE DEL OFERENTE:
--

- 24) No se aceptarán ofertas presentadas por correo electrónico, fax o teléfono.
- 25) Para efectos de notificaciones se requiere: nombre de la empresa o persona física, dirección exacta, números de teléfonos, número de fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.
- 26) La oferta debe hacerse en idioma español, sin tachaduras, borrones y alteraciones que puedan producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas.
- 27) La oferta deberá ser presentada en forma ordenada, separando la información legal, técnica y de precios en forma clara.
- 28) Se les recuerda que la Ley de Contratación Administrativa no prevé recursos de objeción ni solicitudes de prórrogas a la fecha de apertura para los concursos de las compras directas de escasa cuantía.
- 29) El oferente interesado podrá realizar la revisión del expediente de compra en un horario de lunes a jueves de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y los viernes de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

MÉTODO DE CALIFICACIÓN

- 30) Una vez que se ha determinado las ofertas que cumplen con los aspectos legales, administrativos y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a aplicar el sistema de evaluación de ofertas definido en el presente cartel tomando en cuenta los siguientes aspectos:
 - **Base de calificación:** la calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima cantidad que puede obtener una oferta es de cien puntos.
 - **Criterios de redondeo:** para los cálculos de puntaje que impliquen el manejo de decimales se utilizará el trunca en dos decimales.

- **Selección del adjudicatario:** la elección del adjudicatario recaerá en la oferta que obtenga el mayor puntaje.
- **Criterios de desempate:** en caso de presentarse empate entre dos o más ofertas en la calificación, prevalecerá la oferta presentada primero en la esta oficina de Contratación Administrativa.

ADJUDICACION

- 31) La adjudicación se efectuará dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura de ofertas. No obstante, la CCSS, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento General de Contratación Administrativa, podrá prorrogar este plazo, en caso de requerirse, de lo cual dará aviso escrito a las partes.
- 32) La CCSS se reserva el derecho de adjudicar en forma parcial o total por ítem el presente concurso así como el derecho de adjudicar o no este concurso, si considera que las ofertas no satisfacen los intereses de la Institución o por falta de contenido económico.
- 33) Quien resultare Adjudicatario quedará sometido a las cláusulas contenidas en el presente Cartel, a la Ley de Contratación Administrativa y al Reglamento de Contratación Administrativa, el Código de Comercio de Costa Rica, Ley de Protección al Trabajador, Ley de Salarios Mínimos, Código de Trabajo. La inobservancia comprobada de dichas disposiciones por parte del adjudicatario dará lugar a que el Hospital disuelva el Contrato y ejecute la garantía de cumplimiento.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ESPECIES FISCALES Y TIMBRES DE LEY

- 34) El Proveedor Adjudicado deberá rendir una Garantía de Cumplimiento de un 5% del monto adjudicado en los siguientes casos:

Toda compra igual o mayor a ₡10, 000,000.00.

Aquellas compras cuyas entregas sean pactada en forma parcial.
- 35) La vigencia de la garantía de cumplimiento deberá ser de cuatro meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual.
- 36) La garantía de cumplimiento deberá depositarse dentro de los 5 días siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, caso contrario la Administración declarara insubsistente el concurso sin perjuicio de las eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento.
- 37) En caso de reajustes de precios del bien y/o servicio contratado, la garantía de cumplimiento deberá ser ajustada al monto correspondiente.
- 38) Esta garantía tiene como propósito asegurar la correcta ejecución del contrato según las cláusulas de la presente licitación y de lo ofrecido expresamente por el o los adjudicatarios en su propuesta.
- 39) En caso de que se den atrasos en la entrega del bien y/o servicio por cualquier motivo, el contratista deberá prorrogar la garantía de cumplimiento por un período igual al del atraso total ocurrido.
- 40) El adjudicatario está obligado a aportar un equivalente al 0.25% del monto adjudicado por concepto de especies fiscales o un entero de gobierno por el monto correspondiente, así como el monto correspondiente por reintegro de papel de acuerdo a lo establecido en el código fiscal.
- 41) De conformidad con la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones, su derogatoria y sus Excepciones y el Reglamento para la Importación de Medicamentos y para la Exoneración de Materias Primas, Insumos y todo Producto Intermedio o Final que se utilice en la elaboración de Medicamentos y otros Equipos Médicos, los medicamentos así como demás bienes incluidos en

los anexos 1, 2, 3 y 4 se encuentran exentos del pago de tributos y sobretasas.

- 42) En caso de que la adjudicataria no cumpla con la presentación de los requisitos antes señalados, la Administración podrá declarar el contrato como insubsistente y procederá de acuerdo con lo señalado en el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, lo que implica la posibilidad de readjudicar el negocio a la oferta que siendo admisible, haya resultado segunda en la metodología de evaluación.

ENTREGA DEL PRODUCTO

- 43) El oferente adjudicado deberá realizar la entrega del producto en las instalaciones de la Subarea de Almacenamiento y Distribución del Hospital San Rafael de Alajuela. El horario de recepción es de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1 p.m. a 2:30 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. (este horario no aplica para despensa de víveres)


MULTAS

- 44) **Clausula penal:** Los atrasos o anticipos no autorizados por esta unidad, en la entrega del suministro, serán sancionados mediante las clausulas penales normadas en las condiciones generales para la contratación administrativa institucional publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 16 de abril 2009 y su reforma publicada en la Gaceta n° 53 del 17 de marzo 2014.
- 45) **Multa:** En caso de que la adjudicataria entregue un producto que no cumpla con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 0.5% por cada día hábil de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% del monto total de la respectiva entrega, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de cumplimiento, valoración de posibles daños y perjuicios, resolución del contrato.

FACTURACION

- 46) El oferente adjudicado podrá presentar en el momento de la entrega del producto contratado a la Subárea de Almacenamiento y Distribución del Hospital San Rafael de Alajuela la factura comercial y factura global de la CCSS indicando el número de proveedor ante la CCSS, número de cuenta bancaria y nombre del Banco donde realizar el depósito de pago respectivo.
- 47) Las facturas presentadas deberán cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de la Ley General del impuesto sobre ventas.

HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA
SUBAREA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.


BACH. ALBINA BURGOS CAMACHO.
COORDINADORA S.A.C.A.




CRISTIAN RUIZ ROSTRAN
ENCARGADO DE CARTELES



Objeto de la contratación:
“EQUIPOS VARIOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGIA”

ASPECTOS TÉCNICOS

Ítem	Código de la C.C.S.S.	UM	Detalle de lo solicitado	Cantidad solicitada
1	0-03-20-0064	UD	Mantenimiento preventivo y correctivo de sierra corta yesos 4 unidades corresponden a las 4 visitas de mantenimiento preventivo con frecuencias semestrales que debe efectuar la empresa durante los dos años de garantía.	4
2	0-03-20-0069	UD	Mantenimiento preventivo y correctivo de un fuente de luz 4 unidades corresponden a las 4 visitas de mantenimiento preventivo con frecuencias semestrales que debe efectuar la empresa durante los dos años de garantía.	4
3	0-03-20-0098	UD	Mantenimiento preventivo y correctivo de un monitores de signos vitales portátiles tipo Arturito 8 unidades corresponden a las 8 visitas de mantenimiento preventivo con frecuencias semestrales que debe efectuar la empresa durante los dos años de garantía para los dos equipos.	8
4	7-50-04-0336	UD	Monitores de signos vitales portátiles (Tipo Arturito) con las siguientes características: (indicar si cumple con cada apartado) 1. Generalidades. a. Portátil, liviano y pequeño con su respectivo carrito (tipo Arturito) b. Con pantalla LCD o LED que muestre la siguiente información: i. Parámetros de PNI, FC, curva o líneas pletismográficas, SPO2 y Temperatura. ii. Estado de alarmas iii. Carga de batería c. Para realizar mediciones en pacientes adultos y pediátricos d. Medida diagonal de pantalla de 10,5 cm como mínimo (<i>esta medición no incluye la carcasa, corresponde a la dimensión propia de la pantalla donde se muestran los datos</i>) e. Interfase con el usuario en idioma español f. El monitor debe tener los siguientes grados de protección (<i>esta información debe ser comprobada en la literatura técnica solicitada en la literatura de las condiciones específicas</i>): i. Que cumpla con la norma IEC-60601-1. Si se cumple con una norma equivalente, presentar la literatura que lo compruebe. ii. A prueba de descargas de desfibrilación g. El equipo debe tener prevista tecnológica para adquirir en un futuro lo siguiente: i. Telemetría inalámbrica hacia una central de monitoreo o servidor de datos <i>Esta información debe comprobarse en la literatura técnica solicitada en la literatura de las condiciones específicas</i> 2. Monitoreo de los siguientes parámetros como mínimo: a. ECG b. SPO2 c. Presión arterial no invasiva d. Frecuencia cardíaca e. Frecuencia respiratoria por impedancia	2,00



- f. Temperatura
- g. Estas mediciones las debe de tomar en pacientes pediátricos, neonatales y adultos según las requiera el médico y deben seleccionarse a través del software

3. Frecuencia Cardíaca

- a. La información para este parámetro debe ser tomada desde SPO2 y PNI
- b. Rango de medición de 40 a 260 \pm 20 latidos por minuto en PNI y SPO2
- c. Tolerancia máxima en la medición de \pm 5 latido por minuto
- d. Resolución en la medición de 1 latido por minuto

4. Oximetría de pulso (SPO2)

- a. Con intervalo de medición entre 1 al 100% de saturación de oxígeno
- b. Resolución mínima de 1%
- c. Tolerancia en mediciones de \pm 3% en rango de 70 a 100% como máximo
- d. Debe mostrar en pantalla la curva o líneas plestismográfica

5. Presión Arterial No Invasiva NIBP/PNI

- a. Medición por método oscilométrico
- b. Rangos de medición mínimo:
 - i. Adulto: 15 diastólica a 285 sistólica \pm 15 mmHg
 - ii. Pediátrico: 15 diastólica a 175 sistólica \pm 15 mmHg
 - iii. Neonatal: 15 diastólica a 145 sistólica \pm 15 mmHg
- c. Resolución de 1 mmHg
- d. Con programación de mediciones automáticas por parte del usuario
- e. Con una tolerancia máxima de \pm 8 mmHg

6. Medición de temperatura.

- a. Con un canal como mínimo.
- b. Con rango de medición de 10 a 45 Grados Celcius.
- c. Que permita la medición en pacientes adultos y pediátricos.
- d. Exactitud de \pm 0,1 grados Celcius.

7. Baterías / Alimentación eléctrica.

- a. Con batería recargable que brinde un soporte mínimo de 4 horas de uso cuando se opere sin fluido eléctrico de red.
- b. Tiempo de carga debe ser máximo de 6 horas.
- c. Debe poseer indicación visual del estado de la batería y mensaje de carga baja.
- d. Con conector o enchufe grado hospitalario que permita conectarse a 120 VAC a 60 Hz.

8. Alarmas

- a. Con alarma visual, en caso de presentar alguno de los signos anteriormente descritos en un rango anormal

9. Accesorios o artículos a incluir por cada equipo como mínimo:

- a. Una batería
- b. Un cable de poder o alimentación eléctrica
- c. Un carrito original de fábrica con canasta para colocación de accesorios, de al menos cuatro ruedas que den estabilidad, material resistente a la corrosión de la humedad o líquidos corporales y resistente a los abrasivos de los líquidos de desinfección
- d. Dos sensores de SPO2 reusable de dedo adulto-pediátrico (que sirva para ambos tipo de pacientes) o en caso contrario:
 - i. Un sensor de SPO2 reusable de dedo adulto
 - ii. Un sensor de SPO2 reusable de dedo pediátrico
- e. Tres brazaletes reusable estándar para adulto, con velcro cocido (no se



			<p>aceptan adheridos con pegamento).</p> <p>f. Dos brazaletes reusable estándar para pacientes pediátricos, con velcro cocido (no se aceptan adheridos con pegamento)</p> <p>g. Un brazaletes reusable estándar para paciente bariátrico, con velcro cocido (no se aceptan adheridos con pegamento).</p> <p>h. Dos sensores de piel de temperatura adulto.</p> <p>i. Dos sensores de piel temperatura pediátricos.</p> <p>j. Cualquier aditamento necesario para su funcionamiento.</p>	
5	7-50-34-0260	UD	<p>Fuente de luz, con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Que sea de alta intensidad luminica mediante lámpara de luz fría Xenón con mínimo 300 W de potencia• Intensidad luminica regulable manualmente sin escalas, que la corriente de luz permanezca invariable. También que incluya una regulación automática de la intensidad luminica• Tensión de trabajo 100-125 VAC, 60 Hz• Temperatura de color 6000 +/- 250 K.• Con cable de conexión eléctrica.• Con conexión para fibra óptica• Con indicación de intensidad de luz en panel frontal• Vida útil de la lámpara de Xenón de 500 horas mínimo• Que tenga un panel que permita la regulación de la intensidad de luz.• Debe permitir el encendido y apagado de la lámpara de Xenón sin apagar el sistema, es decir que al presionar un botón se apague la lámpara de xenón sin tener que presionar el botón de apagado (Stand by).• El equipo debe contar con un contador de horas de uso de la lámpara de Xenón.• Indicador de falla en el equipo.• Incluir 02 cables de fibra óptica esterilizables a vapor, de mínimo 3,5 mm diámetro, longitud mínima de 300 cm y que se adapte a lentes rígidos u ópticas de visión marca Karl Storz	1,00
6	7-50-44-0120	UD	<p>Sierra corta yesos con extracción, con las siguientes características:</p> <p>1. Sierra</p> <ol style="list-style-type: none">a. Para uso grado medicob. Para uso pesado en hospital.c. Carcasa resistente a impactosd. Con botón de encendido/apagadoe. Con un nivel de ruido menor a 70 dB.f. El mango debe contar con diseño ergonómicog. Que no genere mucha vibración en la mano del operadorh. El motor debe tener protección contra el ingreso de polvoi. Con sistema de extracción de polvo incorporado a la sierraj. El motor de la sierra debe tener una potencia no menor a 100 Wattsk. Con al menos dos velocidades que generan:<ol style="list-style-type: none">i. Alta: de 12 500 ± 500 oscilaciones por minuto como mínimo a 15 500 ± 500 oscilaciones por minuto como máximo	1,00



- ii. Baja: de $7\,500 \pm 500$ oscilaciones por minuto mínimo a $11\,000 \pm 1000$ oscilaciones por minuto como máximo

I. Con dos tipos de sierra cortadora:

- i. Para yesos normales con diámetros de 50 mm y 65 mm.
- ii. Para yesos sintéticos con diámetros de 50 mm y 65 mm.

2. Aspiradora extractora de polvo

- a. La aspiradora y la sierra se deben conectar entre sí por medio de un tubo flexible por el cual pasará el polvo a la aspiradora
- b. El ducto de la aspiración debe entrar por la parte trasera de la sierra para una mayor comodidad de agarre y manipulación de la misma
- c. La aspiradora debe tener una potencia no menor a 1.000 Watts.
- d. Con una succión no menor a 2.500 mmH₂O.
- e. La aspiradora no debe generar un nivel de ruido mayor a 60 dB.
- f. La capacidad de almacenamiento de polvo de la aspiradora debe ser al menos de 7 litros.
- g. La aspiradora debe filtrar el 99.997% de las partículas de polvo y aspirar partículas mayores a 0.5 micrones.
- h. La limpieza del tanque de la aspiradora debe ser fácil de realizar por el operario. Debe poseer una base para colocación del filtro.
- i. La aspiradora debe activarse al encender la sierra y debe apagarse al menos cinco segundos después de apagada la sierra, esto con el fin de purgar el sistema de aspirado.
- j. La longitud de la manguera de la aspiradora debe ser mínimo de 2,4 metros

3. Alimentación eléctrica

- a. Para trabajar con una alimentación eléctrica de 120 VAC, 60 Hz
- b. Con enchufe grado médico. Debe ser compatible con los tomacorrientes del hospital. No se aceptan adaptadores para hacer coincidir el cable con los tomacorrientes.
- c. La longitud del cable de alimentación debe ser mínima de 3,5 metros, con el fin de poder movilidad el equipo sin correr el riesgo de desenfundarse durante el procedimiento

4. Accesorios que se deben incluir por cada sierra:

- a. 10 Sierra para yesos normales
- b. 10 Sierras para yesos sintéticos
- c. 10 bolsas recolectoras de polvo
- d. 3 juegos de carbones (si el diseño del fabricante lo requiere)
- e. Con carrito para movilización del equipo completo, que tenga soporte para sujetar la sierra y al menos cuatro ruedas para facilitar su movilización y estabilidad
- f. Cualquier tipo de accesorio, módulo o aditamento necesario para su utilización.



CONDICIONES ESPECÍFICAS

A. Notas Técnicas

- Los equipos deben ser totalmente nuevos, de última generación, no reconstruido ni haber sido utilizado como demo.
- Los equipos ofrecidos, deben estar en línea de producción.
- *Vida útil de los equipos: 08 Años*
- *Los oferentes deben cotizar los ítems 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4 de manera conjunta, ya que son complementos uno del otro.*
- *Para la empresa adjudicada:*
 - Deben entregar con el equipo la siguiente documentación:
 - Manual de usuario preferiblemente en el idioma español, en caso de ser en idioma diferente al solicitado, se debe adjuntar la traducción.
 - Una Bitácora tipo libro de actas. No se aceptan portafolios.
 - Listado de los accesorios/consumibles de cada equipo para la Unidad de Compras Médicas

B. Mantenimiento Preventivo y Correctivo (ítem 1, 2 y 3)

- Durante el tiempo de garantía la empresa adjudicada debe brindar mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de los equipos.
- El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (reparaciones) durante la garantía de funcionamiento, debe realizarse en el lugar donde está instalado el equipo. En caso que el equipo(s) deba trasladarse a los talleres del proveedor, el traslado y la custodia del equipo serán bajo la total responsabilidad del mismo proveedor.

1. *Mantenimiento preventivo*

- a. Cuatro visitas semestrales durante los dos años de garantía a cada equipo. Las visitas se efectuarán en el sexto, décimo segundo, décimo octavo y vigésimo cuarto mes, contados a partir de la recepción definitiva del equipo. La empresa contará con todo el mes calendario para efectuar el mantenimiento preventivo del equipo, considerando solamente los días hábiles.
- b. Debe efectuar una evaluación completa de cada equipo.
- c. Debe entregar por visita efectuada un reporte técnico, el cual debe ir firmado por el servicio usuario y un representante del Área de Electromedicina.
- d. Debe realizar un limpieza interna y externa del equipo en cada visita de mantenimiento y debe traer todos los consumibles necesarios (toallas, limpiador...) así como los accesorios de seguridad para el personal. El hospital no dará consumibles ni accesorios de protección personal para ejecutar el servicio de mantenimiento.
- e. Para brindar el mantenimiento preventivo debe contar con un **equipo de medición de seguridad eléctrica para los tres equipos (ítem 1, 2, 3) y un simulador de PNI, SPO2 y FC para el monitor de signos vitales (ítem 3) debidamente calibrado.** Debe presentar la certificación de calibración de este equipo de medición/simulación en la visita segunda y cuarta de mantenimiento preventivo.



2. *Mantenimiento correctivo*

- a. Debe atender reportes de fallas o funcionamiento irregular cada vez que sea necesario, para lo cual se establece un tiempo de respuesta máximo de 8 horas hábiles después de la llamada de reporte de falla.
- b. El mantenimiento correctivo no debe generar ningún costo adicional para la Institución, ya que es cubierto por la garantía solicitada.
- c. El proveedor debe tener y llevar un registro con los reportes de avería reportados.
- d. El tiempo fuera de servicio comenzará a contar a partir del día y la hora que se haga el reporte de avería.

3. *Reporte de Servicio o Trabajo*

- a. Debe venir con un número consecutivo y se debe entregar al menos una copia al Servicio de Mantenimiento y otra a la Unidad Ejecutora de Compras Médicas.
- b. Debe completarse con los siguientes datos: nombre del equipo, marca, modelo, activo, ubicación, fecha, tipo de mantenimiento, nombre del personal que realiza el mantenimiento, observaciones y estado final (funcional o fuera de servicio).
- c. Ingeniería y Mantenimiento no firmará reportes en los siguientes casos:
 - i. Si no cuenta con el nombre, firma y sello del usuario del equipo
 - ii. Si no cuenta con el nombre y firma del técnico responsable de realizar el servicio
 - iii. Si no es legible, no está debidamente completo con la información solicitada o tiene tachones.
 - iv. Cuando se detecte alguna anomalía o inconformidad en la ejecución del servicio realizado
 - v. Si el servicio no se encuentra registrado en la bitácora, donde debe anotar como mínimo: fecha de visita, activo, procedimiento realizado, estado del equipo y nombre del personal de la empresa que brindo el servicio.

C. **Cobro del servicio de Mantenimiento Preventivo**

1. El cobro del servicio se realizará por cada visita de mantenimiento preventivo, siempre que los equipos se encuentren en funcionamiento en el momento en que se realiza dicha visita. No aplica pago a un equipo que se encuentre fuera de servicio.
2. Se emitirá un Acta de Conformidad del mantenimiento ejecutado. Dicha emisión se realizará una vez revisados los reportes de servicio. Tanto el Área de Compras Médicas ubicado en el Edificio llamado Unidad Ejecutora como Ingeniería y Mantenimiento estarán facultadas para la emisión de dicha acta.
3. La factura debe ser tramitada por la empresa directamente en el Sub-Área de Almacenamiento y Distribución.

D. **Empaque**

Para todos los ítems: deben venir protegidos contra agua, humedad, polvo y golpes.



E. Garantía

1. Deben garantizar el equipo contra defectos de fábrica, por un mínimo de **24 meses**, contados a partir de la fecha de recepción definitiva de los equipos.
2. La garantía debe incluir el cambio y sustitución de cualquier repuesto, accesorio o aditamento del equipo, que en condiciones normales de utilización presente alguna falla o mal funcionamiento. Esta sustitución no debe implicar ningún costo adicional para la Institución.
3. Cuando un equipo queda fuera de servicio, la garantía se suspenderá de acuerdo a la fecha que se establezca en el reporte y la bitácora y la misma reiniciará una vez que el equipo (s) haya quedado a punto o en funcionamiento.
4. Al finalizar el periodo de Garantía el proveedor debe presentar a Ingeniería y Mantenimiento y a la Unidad de Compras un informe que indique como mínimo las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, especificando fechas de ejecución.

F. Documentos que debe incluir con la oferta

- Literatura o información técnica (manual o catálogo), donde pueda identificarse el producto ofrecido y el cumplimiento de los aspectos técnicos solicitados. Indicar en la literatura el número de ítem ofrecido (puede ser con lapicero) y que el número de referencia del catálogo del fabricante venga tanto en la oferta como en la literatura de cada ítem. No se acepta literatura diseñada por la empresa oferente, por lo cual cualquier tipo de información técnica debe contar con logo o leyenda que refiera al fabricante del equipo. El oferente es responsable de adjuntar en su oferta cualquier documentación para corroborar los aspectos técnicos solicitados.
- Documento vigente emitido por parte del fabricante (casa matriz o filial) en donde indique que autoriza al oferente para que le represente en actividades comerciales en Costa Rica.

Justificación: se solicita documento de representación comercial con el fin de corroborar que las empresas participantes posean un compromiso comercial con el fabricante con el fin de dar solidez y respaldo a los procesos de instalación, capacitación, atención de problemas de índole técnico como procedimientos de reparación, calibración, solicitud y cambio de repuestos o accesorios. Todo ello durante el periodo de garantía. A modo de ejemplo, en reiteradas ocasiones cuando un equipo médico presenta algunas fallas o códigos de error, el representante comercial autorizado que vendió el equipo se comunica directamente con el los ingenieros del fabricante para solventar la situación, ya que internamente se manejan ciertos protocolos que por su complejidad no se especifican en los manuales de servicio. Con lo anterior la Administración obtiene un mayor respaldo técnico.

- Certificado de capacitación emitido por parte del fabricante (casa matriz o filial), en donde conste la capacitación del al menos un técnico o ingeniero en el equipo ofrecido o similar, siempre que sea de la misma naturaleza del equipo objeto de compra.

NOTA: para un mejor control, se solicita que la persona o personas aportadas en la oferta como capacitada sean las que brinden la capacitación y el servicio técnico, pudiendo la empresa adjudicada actualizar otras personas que obtengan capacitación reconocida por el fabricante durante el desarrollo de la garantía.

Justificación: se solicita documento de al menos un técnico o ingeniero capacitado, ya que en el proceso de capacitación de los usuarios, cualquier consulta o duda sobre la funcionalidad del equipo es evacuada de una forma más efectiva. Asimismo, con esta persona capacitada, cualquier atención de falla técnica será mejor atendida, ya que al poseer el conocimiento del mecanismo de funcionamiento del equipo se puede filtrar de una mejor forma los errores y dar su respectiva solución. Además, en caso de realizar alguna consulta al fabricante y al aplicar algún protocolo de reparación o calibración, dicha persona capacitada establecerá un mejor canal comunicativo con los ingenieros del fabricante al conocer detalles técnicos específicos.

- Certificado EMB vigente solo para los ítems 4 y 5, con el anexo adjunto donde se compruebe que el equipo ofertado está registrado. En caso de no aplicar registro EMB presentar documentación probatoria.

NOTA: se entiende como vigente un año anterior contado a partir de la fecha de apertura o si el documento establece una fecha de validez posterior a la fecha de apertura.



CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
Hospital San Rafael de Alajuela
Cirugía – Ortopedia – Urología
Tel. 2436-1117



G. Tiempo de Entrega

Para el equipamiento: Única entrega, será **45 días hábiles** posteriores a la comunicación del retiro de la Orden de Compra, no obstante, se acepta un menor plazo o tiempo de entrega al indicado anteriormente, siempre y cuando los oferentes especifiquen el plazo de entrega ofrecido (*es decir, que indiquen la cantidad de días que ofrecen*).

Para el servicio de mantenimiento: Las visitas se efectuarán en el sexto, décimo segundo, décimo octavo y vigésimo cuarto mes, contados a partir de la recepción definitiva del equipo. La empresa contará con todo el mes calendario para efectuar el mantenimiento preventivo del equipo, considerando solamente los días hábiles.

Dr. Francisco Pabete Otero
Jefe Cirugía



Ing. Jose Luis Cordero Coto
Área Electromedicina





CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
Hospital San Rafael de Alajuela
Cirugía – Ortopedia – Urología
Tel. 2436-1117



SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Objeto de la contratación:

“EQUIPOS VARIOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGIA”

1. PROCEDIMIENTO DE PONDERACIÓN DE ELEGIBLES

La evaluación se aplica siempre y cuando cumpla con las especificaciones administrativas, técnicas y legales solicitadas en el cartel. No se considerarán las ofertas que no se ajusten a los requisitos previamente solicitados. El oferente debe anexar la información que estime pertinente para verificar el cumplimiento del aspecto evaluado. Los resultados parciales y totales se redondearán en enteros y centésimos. La calificación se hará de 0 a 100 puntos.

En concordancia con lo establecido en el Reglamento General de Contratación Administrativa, y con el propósito de disponer de un instrumento de comparación de las ofertas, se seguirá la forma de evaluación que se muestra más adelante.

2. Sistema de ponderación

No.	Factor a ponderar	%	Criterios de valoración
1	Precio total del ítem ofertado:	100%	$\frac{\text{Precio menor ofrecido} \times 100\%}{\text{Precio a evaluar}}$
Todos	Para que una oferta sea calificada, debe cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones administrativas y legales del cartel.		
Total		100%	

Dr. Francisco Poblete Otero
Jefe Cirugía



Ing. Jose Luis Cordero Coto
Área Electromedicina

